

Raport sterylizacji

Data: 2025-12-09	Parametry krytyczne procesu		
Nr cyklu: 00372	Temperatura: 134°C	Czas: 3 min 59 s	Ciśnienie: 211 - 214
W tym miejscu podkleić raport	Podmioty dla których zostały wysterylizowane narzędzia w danym cyklu		
	K014-JW K034-DBA K045-AJ K049-NID		
	K076-PC		
Dmytro Sirenko Podpis osoby odpowiedzialnej			

Raport sterylizacji

Data: 2025-12-08	Parametry krytyczne procesu		
Nr cyklu: 00371	Temperatura: 134°C	Czas: 4 min 0 s	Ciśnienie: 211 - 215
W tym miejscu podkleić raport	Podmioty dla których zostały wysterylizowane narzędzia w danym cyklu		
	K045-AJ K067-IB P004-HB P054-MM		
Dmytro Sirenko Podpis osoby odpowiedzialnej			