

Raport sterylizacji nr 00377

Data: 2025-12-10		Parametry krytyczne procesu	
Nr cyklu: 00377		Temperatura: 134°C Czas: 4 min 0 s Ciśnienie: 209 - 215	
W tym miejscu podkleić raport		Podmioty dla których zostały wysterylizowane narzędzia w danym cyklu	
		K056-JM K067-IB K159-SG	
		góra	
			Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo
środek			
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo		
dół			
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo		
Dmytro Sirenko			
Podpis osoby odpowiedzialnej			

Raport sterylizacji nr 00376

Data: 2025-12-10		Parametry krytyczne procesu	
Nr cyklu: 00376		Temperatura: 134°C Czas: 4 min 0 s Ciśnienie: 211 - 215	
W tym miejscu podkleić raport		Podmioty dla których zostały wysterylizowane narzędzia w danym cyklu	
		K011-AK	
		góra	
			Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo
środek			
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo		
dół			
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo		
Dmytro Sirenko			
Podpis osoby odpowiedzialnej			