

# Raport sterylizacji

Data: <b>2025-12-05</b>
Nr cyklu: <b>00366</b>
<p>W tym miejscu podkleić raport</p>
<p style="text-align: center;"><i>Dmytro Sirenko</i></p> <p style="text-align: center;">Podpis osoby odpowiedzialnej</p>

Parametry krytyczne procesu	
Temperatura: <b>121°C</b> Czas: <b>20 min 2 s</b> Ciśnienie: <b>112 - 118</b>	
Podmioty dla których zostały wysterylizowane narzędzia w danym cyklu <div> <div>K007-MS</div> <div>K045-AJ</div> </div>	
górną	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo
środek	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo
dół	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo

# Raport sterylizacji

Data: <b>2025-12-05</b>
Nr cyklu: <b>00365</b>
<p>W tym miejscu podkleić raport</p>
<p style="text-align: center;"><i>Dmytro Sirenko</i></p> <p style="text-align: center;">Podpis osoby odpowiedzialnej</p>

Parametry krytyczne procesu	
Temperatura: <b>121°C</b> Czas: <b>20 min 3 s</b> Ciśnienie: <b>111 - 117</b>	
Podmioty dla których zostały wysterylizowane narzędzia w danym cyklu <div> <div>K-165-KW</div> <div>K007-MS</div> <div>K023-AS</div> <div>K025-AZ</div> <div>K027-DF</div> <div>K034-DBA</div> <div>K042-MD</div> <div>K048-OL</div> <div>K063-AP</div> <div>K064-NS</div> </div>	
górażródło	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo
środek	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo
dół	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo