

# Raport sterylizacji nr 00377

Data: <b>2025-12-10</b>
Nr cyklu: <b>00377</b>
<div>W tym miejscu podkleić raport</div>
<div>Dmytro Sirenko</div> <div>Podpis osoby odpowiedzialnej</div>

Parametry krytyczne procesu	
Temperatura: <b>134°C</b> Czas: <b>4 min 0 s</b> Ciśnienie: <b>209 - 215</b>	
Podmioty dla których zostały wysterylizowane narzędzia w danym cyklu	
<div>K056-JM      K067-IB      K159-SG</div>	
góra	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo
środek	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo
dół	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo