

Raport sterylizacji

Data: 2025-12-05
Nr cyklu: 00367
<div>W tym miejscu podkleić raport</div>
<div>Dmytro Sirenko</div> <div>Podpis osoby odpowiedzialnej</div>

Parametry krytyczne procesu	
Temperatura: 121°C Czas: 20 min 3 s Ciśnienie: 112 - 117	
Podmioty dla których zostały wysterylizowane narzędzia w danym cyklu	
<div>K067-IB K078-MG K137-EH P002-KI</div>	
gó ra	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo
śro dek	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo
dół	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo