

# Raport sterylizacji

Data: <b>2025-12-05</b>
Nr cyklu: <b>00367</b>
<p>W tym miejscu podkleić raport</p>
<p style="text-align: center;"><i>Dmytro Sirenko</i></p> <p style="text-align: center;">Podpis osoby odpowiedzialnej</p>

Parametry krytyczne procesu	
Temperatura: <b>121°C</b> Czas: <b>20 min 3 s</b> Ciśnienie: <b>112 - 117</b>	
Podmioty dla których zostały wysterylizowane narzędzia w danym cyklu <div> <div>K067-IB</div> <div>K078-MG</div> <div>K137-EH</div> <div>P002-KI</div> </div>	
góra	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo
środek	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo
dół	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo

# Raport sterylizacji

Data: <b>2025-12-05</b>
Nr cyklu: <b>00368</b>
<p>W tym miejscu podkleić raport</p>
<p><i>Dmytro Sirenko</i></p> <p>Podpis osoby odpowiedzialnej</p>

Parametry krytyczne procesu	
Temperatura: <b>134°C</b>	Czas: <b>4 min 0 s</b> Ciśnienie: <b>211 - 214</b>
Podmioty dla których zostały wysterylizowane narzędzia w danym cyklu	
<div>K008-GG</div> <div>K082-MJ</div> <div>K087-MM</div> <div>K157-MK</div>	
góra	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo
środek	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo
dół	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo