

Raport sterylizacji

Data: 2025-12-05
Nr cyklu: 00366
<div>W tym miejscu podkleić raport</div>
<div>Dmytro Sirenko</div> <div>Podpis osoby odpowiedzialnej</div>

Parametry krytyczne procesu	
Temperatura: 121°C Czas: 20 min 2 s Ciśnienie: 112 - 118	
Podmioty dla których zostały wysterylizowane narzędzia w danym cyklu	
<div>K007-MS K045-AJ</div>	
górn	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo
środek	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo
dół	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo