

# Raport sterylizacji

Data: <b>2025-12-05</b>
Nr cyklu: <b>00365</b>
<div>W tym miejscu podkleić raport</div>
<div>Dmytro Sirenko</div> <div>Podpis osoby odpowiedzialnej</div>

Parametry krytyczne procesu	
Temperatura: <b>121°C</b> Czas: <b>20 min 3 s</b> Ciśnienie: <b>111 - 117</b>	
Podmioty dla których zostały wysterylizowane narzędzia w danym cyklu	
<div>K-165-KW    K007-MS    K023-AS    K025-AZ    K027-DF</div> <div>K034-DBA    K042-MD    K048-OL    K063-AP    K064-NS</div>	
góra	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo
środek	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo
dół	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo