



VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
Bureau of Accreditation (BoA)

CHÍNH SÁCH
VỀ LIÊN KẾT CHUẨN ĐO LƯỜNG

MEASUREMENT TRACEABILITY POLICY

Mã số/Code: APL 02

Lần ban hành/Issued number: 1.08

Ngày ban hành/ Issued date: 8.08

	Biên soạn/ Prepared by	Xem xét/ Reviewed by	Phê duyệt/ Approved by
Họ tên/ name	Đặng Quốc Quân	Trần Thu Hà	Vũ Xuân Thủy
Ký tên/ signatory			

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

DOCUMENT REVISION HISTORY

TT	Vị trí Location	Nội dung sửa đổi Revision content	Ngày sửa đổi Revision date

1. Chính sách về liên kết chuẩn của BOA yêu cầu tất cả các thiết bị đo, thử và các thiết bị hiệu chuẩn có ảnh hưởng đáng kể đến các kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn (bao gồm cả thiết bị theo dõi điều kiện môi trường) phải được liên kết tới các đơn vị SI thông qua các chuẩn quốc gia và quốc tế với độ không đảm bảo đo phù hợp. Để đảm bảo chính sách này được duy trì, các thiết bị của các PTN đang đề nghị công nhận và đã được công nhận phải được hiệu chuẩn bởi các tổ chức sau:

- + Trung tâm Đo lường Việt nam
- + Phòng hiệu chuẩn được BOA công nhận.
- + Phòng hiệu chuẩn được công nhận bởi một trong các tổ chức công nhận nằm trong thoả ước thừa nhận lẫn nhau của APLAC và ILAC
- + Các Viện đo lường quốc gia đã ký thoả ước thừa nhận lẫn nhau của CIPM

Các phòng hiệu chuẩn được công nhận, đang đề nghị công nhận đều phải có sơ đồ truyền chuẩn để chứng minh khả năng liên kết chuẩn đo lường của mình. Nếu chuẩn đo lường quốc gia không có khả năng liên kết trực tiếp đến chuẩn đầu của đơn vị SI thì phải đảm bảo liên kết tới các chuẩn quốc gia của các nước khác và các chuẩn này liên kết được với đơn vị đo SI.

Khi liên kết chuẩn của các phép đo đến các đơn vị SI là không thể và hoặc không thích hợp thì phải thiết lập tính liên kết chuẩn tới các chuẩn đo lường thích hợp như:

- + Mẫu chuẩn đã được chứng nhận, phương pháp đã thoả thuận và/hoặc các chuẩn thoả thuận. Các chuẩn thoả thuận và phương pháp hiệu chuẩn phải được miêu tả rõ ràng và được chấp nhận của tất cả các bên có liên quan.
- + Kết quả so sánh liên phòng

1. BOA's Measurement traceability policy requires all test, measurement and calibration equipment that has a significant effect on testing and calibration results (include instruments used for monitoring environment conditions..) be traceable to national and international standards with an appropriate measurement uncertainty. To ensure this policy is maintained, all equipments of application/ accredited laboratory shall be calibrated by organizations include below:

- + Vietnam National Metrology Institute (VMI)
- + BOA's accredited calibration laboratory
- + Calibration laboratory accredited by one of APLAC MRA members
- + The National Metrology Institute that are signatories to the Comite International des poids et Measure (CIPM) MRA

The application and accredited calibration laboratory shall have traceability chart to demonstrate its traceability ability. If the national standard does not has facilities to directly link to the national standard (SI), Vietnam Metrology center has to ensure that the national standard shall be linked to an national standard maintained in another country with condition the national standard of this country has been linked to national standard (SI) .

Where traceability of measurements to SI units is not possible and/or not relevant, establishing traceability to appropriate measurement standards such as:

- + Certified reference materials, agreed methods and /or mutual consensus standards that are clearly described and agreed by all parties concerned.
- + Inter-laboratory comparision

2. Đối với các phòng thí nghiệm tiến hành hiệu chuẩn nội bộ đối với các thiết bị liên quan các chỉ tiêu xin công nhận/ đã được công nhận (các phép hiệu chuẩn đó không nằm trong phạm vi xin công nhận). Phòng thí nghiệm phải đáp ứng về các yêu cầu sau:

- + Có chuẩn, thiết bị phù hợp và được liên kết chuẩn với các tổ chức được đề cập ở mục 1;
- + Có phương pháp hiệu chuẩn, bao gồm phương pháp tính toán độ không đảm bảo đo;
- + Môi trường hiệu chuẩn phù hợp;

- + Nhân viên được đào tạo;
- + Hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17025.

Trên cơ sở các yêu cầu trên BOA sẽ tiến hành đánh giá khả năng hiệu chuẩn nội bộ của PTN bởi các chuyên gia kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình đánh giá tại chỗ.

2. The laboratories carry out in-house calibration activities for equipments relating to application/ accredited tests and calibrations (these in-house calibrations not include in the accreditation scope). The laboratory shall satisfy requirements include below:

- + Have appropriate measurement standards, equipments and meet requirement in clause 1;
- + Have calibration method, include procedure for calculating uncertainty of each calibration;
- + An appropriate environment for carrying out the calibration
- + Trained staff.
- + Implimented management system according to ISO/IEC 17025;

Based on upper requirements, BOA will assess competence of Lab's in-house calibration activities during on-site assessment.