

Listado de pruebas de antígeno para SARS-CoV-2 durante la contingencia de COVID-19 en México

Nombre de la Prueba	No. Catálogo	Fabricante	Sensibilidad (Concordancia positiva*)	Especificidad (Concordancia negativa*)	Antígeno Detectado	Instrumento requerido
Sofia2 SARS Antigen FIA.	20374	Quidel Corporation.	78%	97%	Proteína de Nucleocapside	Sofia o Sofia 2

Información actualizada al 27 de octubre del 2020

