

ANALIZA BIAŁEK



100014955

## Laboratorium Analizy

**Klient:** PEPTIVEX  
**Numer zamówienia:** 100014955  
**Nazwa:** PX PEPTIVEX LABS GHK CU  
**Ilość próbek:** 1 fiolka

**Numer partii:** -----  
**Data przyjęcia:** 2026-05-27  
**Data rozpoczęcia:** 2026-05-29  
**Data zakończenia:** 2026-06-01

## Identyfikacja próbki

| Szukana substancja | Metoda pobrania próbki           | Postać                              |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| GHK-Cu             | Próbka dostarczona przez klienta | Fioletowy proszek w szklanej fiolce |


## Wyniki

| Substancja | Nazwa próbki                 | Ilość   | Czystość |
|------------|------------------------------|---------|----------|
| GHK-Cu     | PX PEPTIVEX LABS GHK CU 50MG | 51,95mg | 99%      |

## Komentarz do badania

Badaną próbkę naniesiono w ilości 3ul na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H<sub>2</sub>O oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 51,95mg. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/- 0,05mg. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

## Zdjęcie badanej próbki




## Hasło dostępu

J43FC8K2

**Analiza Białek sp. z o.o.**  
**KRS:** 0000966168  
**NIP:** 8992922970  
**REGON:** 521751875

**Siedziba i Laboratorium:**  
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław  
Budynek DELTA

**Badanie przeprowadził:**  
Specjalista ds. analiz i badań  
mgr Arkadiusz Zajac




ANALIZA BIAŁEK



100014955

## Chromatogram



## Metoda

| Czas  | H <sub>2</sub> O + 0,1% TFA | ACN + 0,1% TFA |
|-------|-----------------------------|----------------|
| 0min  | 95%                         | 5%             |
| 2min  | 95%                         | 5%             |
| 12min | 5%                          | 95%            |
| 15min | 5%                          | 95%            |

## Hasło dostępu

J43FC8K2

**Analiza Białek sp. z o.o.**

**KRS:** 0000966168

**NIP:** 8992922970

**REGON:** 521751875

**Siedziba i Laboratorium:**

ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław  
Budynek DELTA

**Badanie przeprowadził:**

Specjalista ds. analiz i badań  
mgr Arkadiusz Zajac