

 Gruppe:
 3.2

 Name:
 Roman 2an

 Datum:
 11.06.2020

 Matrikel:
 CUC4

## **Praktikum Chemistry**

Versuchsauswertung

Oberflächenspannung an Grenzflächen

1. Einwaagen

Stoff	Konzentration	Dichte bei 20°C *1	Einwaage
	М	g/cm <sup>3</sup>	g
Ethanol	0,1	0,7995	0,461
Natriumchlorid	0,1	1,0025	0,584
Natriumdodecylsulfat 10g/l	0,001	1,0002	0,023

<sup>\*1:</sup> bestimmt mit DEMettler Toledo DE40

2. Bestimmung des Apparaturkorrekturfaktors  $K_{Kal}$  Oberflächenspannung  $\sigma$  von reinem Wasser bei 20°C:

72,8 mN/m

 $\sigma^{*}$  ... abgelesene Oberflächenspannung

σ\* Messung mN/m Nr 63,8 69.8 6313 63,3 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 69,9 Mittelwert:

Standardabweichung: 0.08Apparaturkorrekturfaktor  $K_{kal}$ : 1.041

## 3. Oberflächenspannung $\sigma$ verschiedener Lösungen bei 20°C

Messung	N	atriumchlori	d		Ethanol			Natrium dodecyl sulfat		
Nr.	σ*	К	σ	σ*	К	σ		σ*	K	σ
,	mN/m	mN/m	mN/m	mN/m	mN/m	mN/m		mN/m	mN/m	mN/m
1	68,8	0.355	71,22	65,0	1,006	68,06		39,0	0,354	38,73
2	68,0	0,935	70,39	64,5	1,006	67,54		40,0	0,354	39,7 z
3		0,335	70,31	64,4	1,006	67,44		40,8	0,354	40,51
4		0,335	70,49	63,5	1,006	66,43		44,0	0,354	40,71
5	68,5	0,935	70,31	64,5	1,006	67,54		uo, B	0,354	40,51
6	-	0,935	70,39	64,6	1,006	C7,65		41,0	0,354	40,71
7	68,0	0,335	70,33	63,5	1,006	66,43	1/4	40,8	0,354	40,51
8	68,5	0,335	70,91	64,6	1,006	67,65		33,0	0,354	36,73
9		0,935	70,23	64,8	1,006	67,85		33,0	0,354	38,73
10		0,935	70,60	64,8	1,006	67,85		40,0	0,354	39,72
		Mittelwert:	70,65		Mittelwert:	67,46			Mittelwert:	33,86
	Standardabweichung:			Standard	labweichung:	0,54		Standard	dabweichung:	0,86

 $<sup>\</sup>sigma^*$  ... abgelesene Oberflächenspannung

K ... Korrekturfaktor nach Harkins & Jordan siehe Tabelle im Anhang der Versuchsanleitung

σ ... Oberflächenspannung

## 4. Temperaturabhänigkeit der Oberflächenspannung $\boldsymbol{\sigma}$ von Wasser

Temperatur T	Dichte ρ von H2O *2
°C	g/cm <sup>3</sup>
20	0,99821
25	0,99705
30	0,99565
35	0,99404
40	0,99222
45	0,99022
50	0,98805
55	0,98570
60	0,98321

<sup>\*2</sup> aus Operating Manual Mettler Toledo DE\$0, DE50 and DE51 Density Meters

Messung	T = 20°€			Messung T = <b>30</b> %			°C Messung		T = 35°C		
Nr.	σ*	К	σ	Nr.	σ*	К	σ	Nr.	. σ*	К	σ
	mN/m	mN/m	mN/m		mN/m	mN/m	mN/m		mN/m	mN/m	mN/m
1	6318		72,7	1	69,0		71.8	1	68,2		71,0
2	6318		72,7	2	63,0		71,8	, 2	6814		71,2
3	63,3		72.8	3	63,0		74,8	3	6815		71,3
4	6319		72,8	4	/ \			4			
5	70,0		7219	5				5			
6	7010		72,5	6				6			(V.)
7	70,0		7213	7				7			
8	70,0		72.3	8				8			
9	70,0		72,5	9				9			
10	70,0		72,3	10				10			
3		Mittelwert:	77.8			Mittelwert:	71,8			Mittelwert:	71,2
	Standard	Standardabweichung: 0.03			Standar	dabweichung:	0,00	~	Standard	dabweichung:	0,16

Messung		T = 40	°C	Messung		T = 439	'C	Messung		T =	
Nr.	σ*	К	σ	Nr.	σ*	К	σ	Nr.	σ*	K	σ
	mN/m	mN/m	mN/m		mN/m	mN/m	mN/m		mN/m	mN/m	mN/m
1	67,8		70,6	1	66,0		68,7	. 1			
2	67,8	,	70,6	2	66,5		63,Z	2			
3	68,0		70,8	3	67,0		63,7	3			
4			_	4				4			
5				5				5			
6	`			6				6			
7				7				7			
8		-		8				8			
9				9				9			4.5
10				10				10			
	Mittelwert: 70,6			,	Mittelwert:	63,2			Mittelwert:		
	Standardabweichung: 0,12			Standard	dabweichung:	0,52		Standard	labweichung:		

Messung		T =		Messung		T = ,		Messung			
Nr.	σ*	K	σ	Nr.	σ*	К	σ	Nr.	σ*	K	σ
	mN/m	mN/m	mN/m		mN/m	mN/m	mN/m	1	mN/m	mN/m	mN/m
1				1				1			
2				2				2			
3				3				3			
4				4				4			
5				5			è	5			
6				6				6			
7				- 7				7			
8				. 8				8			
9				9				9			
10				10			V.	10			
	Mittelwert:				Mittelwert:				Mittelwert:		
	Standard	labweichung:			Standard	labweichung:			Standard	dabweichung:	