



ФАЙЛ МОДЕЛИ HBOT CITY TECH

# GENEVA

Решение госпитального класса большой вместимости.

Эксплуатация · Безопасность · Монтаж · Обслуживание · City Tech

Предпродажная техническая информация · Ред. 1.0 · 23 августа 2026

**СТАТУС ДОКУМЕНТА**

# Предпродажная информация для обоснованного планирования

Документ помогает выбрать продукт и спланировать проект. Он не заменяет окончательную инструкцию по эксплуатации, технический файл по серийному номеру, документы соответствия, план монтажа или обучение оператора. При расхождении приоритет имеют подписанный договор, окончательный технический файл и инструкция производителя.

**01 · ОБЗОР МОДЕЛИ**

## Соотнесите модель с предполагаемыми условиями эксплуатации

### Решение госпитального класса большой вместимости.

Камера госпитального класса большой вместимости для медицинских учреждений. Модульная конструкция и продвинутые системы мониторинга отвечают потребностям самых загруженных лечебных центров.

| Технический параметр          | Опубликованные данные модели       |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Вместимость                   | 6+ человек (сидя)                  |
| Диапазон давления             | 3.0 - 6.0 ATA                      |
| Чистота кислорода             | 93-95%                             |
| Безопасность                  | Система аварийных клапанов         |
| Конструкция                   | Госпитальный класс                 |
| Расширение                    | Готовность к модульному расширению |
| Положение                     | Сидя                               |
| Операционная система          | CityOS™                            |
| Удалённый мониторинг          | CityConnect™                       |
| Резервное питание             | Стандарт                           |
| Измерение сатурации кислорода | Стандарт                           |
| Начальная цена (EUR, FOB)     | 259 900 €+                         |

Опубликованные значения давления и производительности не являются клиническим протоколом. Итоговые значения зависят от конфигурации, назначения, рынка и проверенного файла модели.

## 02 · МОНТАЖ И БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

# Безопасность обеспечивается площадкой, командой и процессом

Монтаж и эксплуатация объединяют инструкции производителя, обученного оператора, мониторинг пользователя, пожарную профилактику, заземление, очистку и плановое обслуживание.

- Соблюдайте инструкцию и установленное назначение.
- Контролируйте пожарные риски и материалы в среде с кислородом.
- Проверяйте заземление, статическое электричество и электробезопасность.
- Поддерживайте обучение персонала, мониторинг и аварийные процедуры.
- Регистрируйте очистку, расходные материалы, сервис и проверки безопасности.

## Планирование площадки и монтажа

- Проверьте маршрут доставки, размеры дверей и лифтов, сервисные зазоры и эвакуационный путь.
- Подтвердите несущую способность пола, крепление и конструктивную пригодность.
- Обеспечьте защищённое питание, заземление и проверку местных электрических требований.
- Документируйте вентиляцию, температуру, влажность и контроль риска обогащения кислородом.
- Утвердите меры пожарной безопасности, запрет материалов, сигнализацию, эвакуацию и аварийные процедуры до ввода.

## Безопасный ход сеанса

# Безопасный ход сеанса

| # | Безопасный ход сеанса                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Назначьте уполномоченного оператора и подтвердите назначение и клиническое управление.            |
| 2 | Проверьте личность, согласие, состояние здоровья, противопоказания и аварийный контакт.           |
| 3 | Осмотрите дверь, уплотнение, клапаны, датчики, сигнализацию, связь, вентиляцию и газовые системы. |
| 4 | Удалите источники воспламенения, масла, неподходящую электронику, ткани и запрещённые материалы.  |
| 5 | Проинструктируйте пользователя о давлении, выравнивании ушей, связи и остановке.                  |
| 6 | Непрерывно контролируйте пользователя и систему; применяйте только утверждённый протокол.         |
| 7 | Безопасно выровняйте давление, оцените пользователя и завершите запись сеанса.                    |

При тревоге или отклонении приоритетом является безопасность пользователя. Завершите сеанс по процедуре объекта, инструкции производителя и обучению для модели. Не возвращайте установку в работу без разрешения.

**03 · АВАРИЙНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

# Документированные проверки поддерживают безопасность

| Периодичность        | Минимальный объём контроля                                             | Запись              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Перед сеансом        | Дверь/уплотнение, связь, сигнализация, клапаны, датчики и рабочая зона | Лист оператора      |
| После сеанса         | Разрешённая очистка поверхностей, принадлежности и вентиляция          | Журнал очистки      |
| Ежедневно            | Индикаторы, признаки утечки, предупреждения, необычный звук или запах  | Ежедневный контроль |
| По графику           | Система давления, клапаны, калибровка, электрика, заземление и газы    | Форма сервиса       |
| Ежегодно / по нормам | Проверки оборудования под давлением, пожарной безопасности и объекта   | Технический отчёт   |

## Безопасность обеспечивается площадкой, командой и процессом

- Соблюдайте инструкцию и установленное назначение.
- Контролируйте пожарные риски и материалы в среде с кислородом.
- Проверяйте заземление, статическое электричество и электробезопасность.
- Поддерживайте обучение персонала, мониторинг и аварийные процедуры.
- Регистрируйте очистку, расходные материалы, сервис и проверки безопасности.

**04 · CITY TECH И УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ**

# Подключённые функции поставляются в проверенном объёме

| Компонент    | Назначение и объём                                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CityConnect™ | Подключённая видимость для уполномоченных пользователей; удалённые функции зависят от проверенного проекта.           |
| CityOS™      | Платформа управления камерой и ПО; активные функции и версия указываются в предложении.                               |
| CityAI™      | Сводка операционных данных и поддержка решений; не ставит диагноз и не принимает самостоятельных клинических решений. |
| CitySync™    | Обмен данными с утверждёнными системами; интерфейсы, поля и испытания определяются проектом.                          |
| CityGuard™   | Поддержка состояния, зарегистрированных предупреждений и обслуживания для уполномоченных команд.                      |

## Примечание к дорожной карте

Интеграции Apple Health, Google Fit и Huawei Health входят в дорожную карту и не являются текущими стандартными функциями.

## 05 · ДОКУМЕНТЫ ПРОЕКТА И СООТВЕТСТВИЕ

## Подтвердите решение письменным пакетом документов

Объём каждого документа подтверждается по модели, конфигурации, назначению и стране поставки.

- Идентификация продукта и установленное назначение
- Пакет соответствия по модели и стране
- Инструкция по эксплуатации и обучение оператора
- План обслуживания, очистки и сервиса
- Записи заводской/площадочной приёмки, монтажа и ввода
- Процедуры пожарной безопасности и аварийных действий

### Нормативное раскрытие

Нормативный статус, классификация и доступность на рынке зависят от модели, конфигурации, назначения и страны. HBOT Chamber Tech заявляет соответствие только для проверенного объёма модели и рынка и не использует общее утверждение об одобрении FDA.

### Официальные источники по безопасности

[U.S. FDA - Follow Instructions for Safe Use of Hyperbaric Oxygen Therapy Devices](#)

[Undersea & Hyperbaric Medical Society - Accepted HBOT Indications](#)

ФАЙЛ МОДЕЛИ И ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

[sales@hbotchambertech.com](mailto:sales@hbotchambertech.com) [www.hbotchambertech.com](http://www.hbotchambertech.com) Tuzla · Istanbul · Türkiye