



ФАЙЛ МОДЕЛИ HBOT CITY TECH

TOKYO PLUS

Расширяемая, многоместная вместимость для учреждений.

Эксплуатация · Безопасность · Монтаж · Обслуживание · City Tech

Предпродажная техническая информация · Ред. 1.0 · 23 августа 2026

СТАТУС ДОКУМЕНТА

Предпродажная информация для обоснованного планирования

Документ помогает выбрать продукт и спланировать проект. Он не заменяет окончательную инструкцию по эксплуатации, технический файл по серийному номеру, документы соответствия, план монтажа или обучение оператора. При расхождении приоритет имеют подписанный договор, окончательный технический файл и инструкция производителя.

01 · ОБЗОР МОДЕЛИ

Соотнесите модель с предполагаемыми условиями эксплуатации

Расширяемая, многоместная вместимость для учреждений.

Высоконапорная, многоместная институциональная версия Токуо. Разработана для клиник, больниц и велнес-центров с поэтапной вместимостью от 2 до 4 человек.

Технический параметр	Опубликованные данные модели
Вместимость	2-4 человека (поэтапно)
Диапазон давления	2.0 - 3.0 ATA
Чистота кислорода	93-95%
Безопасность	Система аварийных клапанов
Управление	Двойная система управления
Область применения	Учреждения (клиники / больницы / велнес)
Положение	Сидя
Операционная система	CityOS™
Удалённый мониторинг	CityConnect™
Резервное питание	Стандарт
Измерение сатурации кислорода	Стандарт
Начальная цена (EUR, FOB)	149 900 €+

Опубликованные значения давления и производительности не являются клиническим протоколом. Итоговые значения зависят от конфигурации, назначения, рынка и проверенного файла модели.

02 · МОНТАЖ И БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Безопасность обеспечивается площадкой, командой и процессом

Монтаж и эксплуатация объединяют инструкции производителя, обученного оператора, мониторинг пользователя, пожарную профилактику, заземление, очистку и плановое обслуживание.

- Соблюдайте инструкцию и установленное назначение.
- Контролируйте пожарные риски и материалы в среде с кислородом.
- Проверяйте заземление, статическое электричество и электробезопасность.
- Поддерживайте обучение персонала, мониторинг и аварийные процедуры.
- Регистрируйте очистку, расходные материалы, сервис и проверки безопасности.

Планирование площадки и монтажа

- Проверьте маршрут доставки, размеры дверей и лифтов, сервисные зазоры и эвакуационный путь.
- Подтвердите несущую способность пола, крепление и конструктивную пригодность.
- Обеспечьте защищённое питание, заземление и проверку местных электрических требований.
- Документируйте вентиляцию, температуру, влажность и контроль риска обогащения кислородом.
- Утвердите меры пожарной безопасности, запрет материалов, сигнализацию, эвакуацию и аварийные процедуры до ввода.

Безопасный ход сеанса

Безопасный ход сеанса

#	Безопасный ход сеанса
1	Назначьте уполномоченного оператора и подтвердите назначение и клиническое управление.
2	Проверьте личность, согласие, состояние здоровья, противопоказания и аварийный контакт.
3	Осмотрите дверь, уплотнение, клапаны, датчики, сигнализацию, связь, вентиляцию и газовые системы.
4	Удалите источники воспламенения, масла, неподходящую электронику, ткани и запрещённые материалы.
5	Проинструктируйте пользователя о давлении, выравнивании ушей, связи и остановке.
6	Непрерывно контролируйте пользователя и систему; применяйте только утверждённый протокол.
7	Безопасно выровняйте давление, оцените пользователя и завершите запись сеанса.

При тревоге или отклонении приоритетом является безопасность пользователя. Завершите сеанс по процедуре объекта, инструкции производителя и обучению для модели. Не возвращайте установку в работу без разрешения.

03 · АВАРИЙНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Документированные проверки поддерживают безопасность

Периодичность	Минимальный объём контроля	Запись
Перед сеансом	Дверь/уплотнение, связь, сигнализация, клапаны, датчики и рабочая зона	Лист оператора
После сеанса	Разрешённая очистка поверхностей, принадлежности и вентиляция	Журнал очистки
Ежедневно	Индикаторы, признаки утечки, предупреждения, необычный звук или запах	Ежедневный контроль
По графику	Система давления, клапаны, калибровка, электрика, заземление и газы	Форма сервиса
Ежегодно / по нормам	Проверки оборудования под давлением, пожарной безопасности и объекта	Технический отчёт

Безопасность обеспечивается площадкой, командой и процессом

- Соблюдайте инструкцию и установленное назначение.
- Контролируйте пожарные риски и материалы в среде с кислородом.
- Проверяйте заземление, статическое электричество и электробезопасность.
- Поддерживайте обучение персонала, мониторинг и аварийные процедуры.
- Регистрируйте очистку, расходные материалы, сервис и проверки безопасности.

04 · CITY TECH И УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

Подключённые функции поставляются в проверенном объёме

Компонент	Назначение и объём
CityConnect™	Подключённая видимость для уполномоченных пользователей; удалённые функции зависят от проверенного проекта.
CityOS™	Платформа управления камерой и ПО; активные функции и версия указываются в предложении.
CityAI™	Сводка операционных данных и поддержка решений; не ставит диагноз и не принимает самостоятельных клинических решений.
CitySync™	Обмен данными с утверждёнными системами; интерфейсы, поля и испытания определяются проектом.
CityGuard™	Поддержка состояния, зарегистрированных предупреждений и обслуживания для уполномоченных команд.

Примечание к дорожной карте

Интеграции Apple Health, Google Fit и Huawei Health входят в дорожную карту и не являются текущими стандартными функциями.

05 · ДОКУМЕНТЫ ПРОЕКТА И СООТВЕТСТВИЕ

Подтвердите решение письменным пакетом документов

Объём каждого документа подтверждается по модели, конфигурации, назначению и стране поставки.

- Идентификация продукта и установленное назначение
- Пакет соответствия по модели и стране
- Инструкция по эксплуатации и обучение оператора
- План обслуживания, очистки и сервиса
- Записи заводской/площадочной приёмки, монтажа и ввода
- Процедуры пожарной безопасности и аварийных действий

Нормативное раскрытие

Нормативный статус, классификация и доступность на рынке зависят от модели, конфигурации, назначения и страны. HBOT Chamber Tech заявляет соответствие только для проверенного объёма модели и рынка и не использует общее утверждение об одобрении FDA.

Официальные источники по безопасности

[U.S. FDA - Follow Instructions for Safe Use of Hyperbaric Oxygen Therapy Devices](#)

[Undersea & Hyperbaric Medical Society - Accepted HBOT Indications](#)

ФАЙЛ МОДЕЛИ И ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

sales@hbotchambertech.com www.hbotchambertech.com Tuzla · Istanbul · Türkiye