



DOSSIÊ DO MODELO HBOT CITY TECH

DUBAI

O Ápice da Sua Saúde Pessoal. Só você e o oxigênio.

Utilização · Segurança · Instalação · Manutenção · City Tech

Informação técnica pré-venda · Rev. 1.0 · 23 de agosto de 2026

ESTADO DO DOCUMENTO

Informação pré-venda para planeamento fundamentado

Este documento apoia a seleção e o planeamento. Não substitui as instruções finais, o dossier por número de série, os documentos de conformidade, o plano de instalação ou a formação. Em caso de divergência prevalecem o contrato, o dossier final e as instruções do fabricante.

01 · RESUMO DO MODELO

Associe o modelo ao contexto de operação previsto

O Ápice da Sua Saúde Pessoal. Só você e o oxigênio.

Uma câmara compacta, elegante e totalmente equipada, projetada para oxigenoterapia hiperbárica individual. Com controle por tela touchscreen, é ideal para uso doméstico ou clínico.

Item técnico	Informação publicada
Capacidade	1 pessoa (sentado)
Faixa de Pressão	1.5 - 2.0 ATA
Controle	Touchscreen
Material	Alumínio de nível aeronáutico
Segurança	Válvula de segurança dupla
Dimensões Externas	120x110x180 cm
Nível de Ruído	<60 dB (CitySilent™)

Os valores publicados de pressão e desempenho não constituem protocolo clínico. Os valores finais dependem da configuração, finalidade, mercado e dossier verificado.

02 · INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO SEGURA

A segurança integra local, equipa e processo

A instalação e a operação combinam instruções do fabricante, operadores formados, monitorização, prevenção de incêndio, ligação à terra, limpeza e manutenção programada.

- Cumprir as instruções e a finalidade definida.
- Controlar incêndio e materiais em ambientes ricos em oxigénio.
- Verificar ligação à terra, eletricidade estática e segurança elétrica.
- Manter formação, monitorização e procedimentos de emergência.
- Registrar limpeza, consumíveis, intervalos de serviço e verificações.

Planeamento do local e instalação

- Confirme rota de entrega, portas, elevadores, espaços de serviço e evacuação.
- Verifique carga do piso, fixação e adequação estrutural.
- Disponibilize alimentação protegida, ligação à terra e verificação elétrica local.
- Documente ventilação, temperatura, humidade e controlo do enriquecimento de oxigénio.
- Aprove prevenção de incêndio, materiais proibidos, alarme, evacuação e emergência antes do arranque.

Fluxo de sessão segura

Fluxo de sessão segura

#	Fluxo de sessão segura
1	Designe operador autorizado e confirme finalidade e governação clínica.
2	Verifique identidade, consentimento, saúde, contraindicações e contacto de emergência.
3	Inspeccione porta, vedação, válvulas, sensores, alarme, comunicação, ventilação e gases.
4	Remova fontes de ignição, óleos, eletrónica, tecidos e materiais proibidos.
5	Explique pressão, equalização dos ouvidos, comunicação e pedido de paragem.
6	Monitorize continuamente utilizador e sistema; siga apenas protocolo autorizado.
7	Equalize a pressão em segurança, avalie o utilizador e conclua o registo.

Perante alarme ou anomalia, priorize o utilizador e termine a sessão segundo o procedimento, as instruções do fabricante e a formação do modelo. Não reutilize sem autorização.

03 · EMERGÊNCIA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Controlos registados sustentam a segurança

Frequência	Controlo mínimo	Registo
Antes da sessão	Porta/vedação, comunicação, alarmes, válvulas, sensores e área	Lista do operador
Após a sessão	Limpeza aprovada, acessórios e ventilação	Registo de limpeza
Diário	Indicadores, fugas, avisos, ruídos ou odores anormais	Controlo diário
Programado	Pressão, válvulas, calibração, eletricidade/terra e gases	Ficha de serviço
Anual / regulamentar	Equipamentos sob pressão, incêndio e instalação conforme país e modelo	Relatório técnico

A segurança integra local, equipa e processo

- Cumprir as instruções e a finalidade definida.
- Controlar incêndio e materiais em ambientes ricos em oxigénio.
- Verificar ligação à terra, eletricidade estática e segurança elétrica.
- Manter formação, monitorização e procedimentos de emergência.
- Registrar limpeza, consumíveis, intervalos de serviço e verificações.

04 · CITY TECH E GOVERNAÇÃO DE DADOS

Funcionalidades conectadas dentro de um âmbito verificado

Componente	Finalidade e âmbito
CityConnect™	Visibilidade conectada para utilizadores autorizados; funções remotas dependem do âmbito verificado.
CityOS™	Plataforma de controlo e software da câmara; versão e funções constam da proposta.
CityAI™	Resumo de dados operacionais e apoio à decisão; não diagnostica nem decide clinicamente de forma autónoma.
CitySync™	Troca de dados com sistemas aprovados; interfaces, campos e testes são definidos por projeto.
CityGuard™	Apoio de estado, alertas registados e manutenção para equipas autorizadas.

Nota do roteiro

As integrações Apple Health, Google Fit e Huawei Health estão no roteiro e não são funções padrão atuais.

05 · DOCUMENTAÇÃO E CONFORMIDADE

Conclua a decisão com um pacote documental escrito

O âmbito de cada documento é confirmado por modelo, configuração, finalidade e país de destino.

- Identidade do produto e finalidade definida
- Pacote de conformidade por modelo e país
- Instruções e formação do operador
- Plano de manutenção, limpeza e serviço
- Aceitação em fábrica/local, instalação e arranque
- Procedimentos de incêndio e emergência

Divulgação regulamentar

O estado regulamentar, a classificação e a disponibilidade variam por modelo, configuração, finalidade e país. A HBOT Chamber Tech declara conformidade apenas para âmbitos verificados e não utiliza uma afirmação geral de aprovação FDA.

Referências oficiais de segurança

[U.S. FDA - Follow Instructions for Safe Use of Hyperbaric Oxygen Therapy Devices](#)

[Undersea & Hyperbaric Medical Society - Accepted HBOT Indications](#)

DOSSIÊ DO MODELO E REUNIÃO DE PROJETO

sales@hbotchambertech.com www.hbotchambertech.com Tuzla · Istanbul · Türkiye