



DOSSIÊ DO MODELO HBOT CITY TECH

MILANO

Uma experiência premium para quatro pessoas em design cubo espaçoso.

Utilização · Segurança · Instalação · Manutenção · City Tech

Informação técnica pré-venda · Rev. 1.0 · 23 de agosto de 2026

ESTADO DO DOCUMENTO

Informação pré-venda para planeamento fundamentado

Este documento apoia a seleção e o planeamento. Não substitui as instruções finais, o dossier por número de série, os documentos de conformidade, o plano de instalação ou a formação. Em caso de divergência prevalecem o contrato, o dossier final e as instruções do fabricante.

01 · RESUMO DO MODELO

Associe o modelo ao contexto de operação previsto

Uma experiência premium para quatro pessoas em design cubo espaçoso.

Uma cabine premium para quatro pessoas com interior espaçoso em formato cubo. Com estofamento em couro acolchoado, iluminação ambiente em LED e unidade de controle independente, proporciona terapia multipessoal confortável para clínicas e centros de bem-estar.

Item técnico	Informação publicada
Capacidade	4 pessoas (sentado)
Faixa de Pressão	2.5 - 6.0 ATA
Pureza de Oxigênio	93-95%
Interior	Couro acolchoado, ambiente em LED
Segurança	Sistema de válvula de emergência
Controle	Unidade de controle independente

Os valores publicados de pressão e desempenho não constituem protocolo clínico. Os valores finais dependem da configuração, finalidade, mercado e dossier verificado.

02 · INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO SEGURA

A segurança integra local, equipa e processo

A instalação e a operação combinam instruções do fabricante, operadores formados, monitorização, prevenção de incêndio, ligação à terra, limpeza e manutenção programada.

- Cumprir as instruções e a finalidade definida.
- Controlar incêndio e materiais em ambientes ricos em oxigénio.
- Verificar ligação à terra, eletricidade estática e segurança elétrica.
- Manter formação, monitorização e procedimentos de emergência.
- Registrar limpeza, consumíveis, intervalos de serviço e verificações.

Planeamento do local e instalação

- Confirme rota de entrega, portas, elevadores, espaços de serviço e evacuação.
- Verifique carga do piso, fixação e adequação estrutural.
- Disponibilize alimentação protegida, ligação à terra e verificação elétrica local.
- Documente ventilação, temperatura, humidade e controlo do enriquecimento de oxigénio.
- Aprove prevenção de incêndio, materiais proibidos, alarme, evacuação e emergência antes do arranque.

Fluxo de sessão segura

Fluxo de sessão segura

#	Fluxo de sessão segura
1	Designe operador autorizado e confirme finalidade e governação clínica.
2	Verifique identidade, consentimento, saúde, contraindicações e contacto de emergência.
3	Inspeccione porta, vedação, válvulas, sensores, alarme, comunicação, ventilação e gases.
4	Remova fontes de ignição, óleos, eletrónica, tecidos e materiais proibidos.
5	Explique pressão, equalização dos ouvidos, comunicação e pedido de paragem.
6	Monitorize continuamente utilizador e sistema; siga apenas protocolo autorizado.
7	Equalize a pressão em segurança, avalie o utilizador e conclua o registo.

Perante alarme ou anomalia, priorize o utilizador e termine a sessão segundo o procedimento, as instruções do fabricante e a formação do modelo. Não reutilize sem autorização.

03 · EMERGÊNCIA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Controlos registados sustentam a segurança

Frequência	Controlo mínimo	Registo
Antes da sessão	Porta/vedação, comunicação, alarmes, válvulas, sensores e área	Lista do operador
Após a sessão	Limpeza aprovada, acessórios e ventilação	Registo de limpeza
Diário	Indicadores, fugas, avisos, ruídos ou odores anormais	Controlo diário
Programado	Pressão, válvulas, calibração, eletricidade/terra e gases	Ficha de serviço
Anual / regulamentar	Equipamentos sob pressão, incêndio e instalação conforme país e modelo	Relatório técnico

A segurança integra local, equipa e processo

- Cumprir as instruções e a finalidade definida.
- Controlar incêndio e materiais em ambientes ricos em oxigénio.
- Verificar ligação à terra, eletricidade estática e segurança elétrica.
- Manter formação, monitorização e procedimentos de emergência.
- Registrar limpeza, consumíveis, intervalos de serviço e verificações.

04 · CITY TECH E GOVERNAÇÃO DE DADOS

Funcionalidades conectadas dentro de um âmbito verificado

Componente	Finalidade e âmbito
CityConnect™	Visibilidade conectada para utilizadores autorizados; funções remotas dependem do âmbito verificado.
CityOS™	Plataforma de controlo e software da câmara; versão e funções constam da proposta.
CityAI™	Resumo de dados operacionais e apoio à decisão; não diagnostica nem decide clinicamente de forma autónoma.
CitySync™	Troca de dados com sistemas aprovados; interfaces, campos e testes são definidos por projeto.
CityGuard™	Apoio de estado, alertas registados e manutenção para equipas autorizadas.

Nota do roteiro

As integrações Apple Health, Google Fit e Huawei Health estão no roteiro e não são funções padrão atuais.

05 · DOCUMENTAÇÃO E CONFORMIDADE

Conclua a decisão com um pacote documental escrito

O âmbito de cada documento é confirmado por modelo, configuração, finalidade e país de destino.

- Identidade do produto e finalidade definida
- Pacote de conformidade por modelo e país
- Instruções e formação do operador
- Plano de manutenção, limpeza e serviço
- Aceitação em fábrica/local, instalação e arranque
- Procedimentos de incêndio e emergência

Divulgação regulamentar

O estado regulamentar, a classificação e a disponibilidade variam por modelo, configuração, finalidade e país. A HBOT Chamber Tech declara conformidade apenas para âmbitos verificados e não utiliza uma afirmação geral de aprovação FDA.

Referências oficiais de segurança

[U.S. FDA - Follow Instructions for Safe Use of Hyperbaric Oxygen Therapy Devices](#)

[Undersea & Hyperbaric Medical Society - Accepted HBOT Indications](#)

DOSSIÊ DO MODELO E REUNIÃO DE PROJETO

sales@hbotchambertech.com www.hbotchambertech.com Tuzla · Istanbul · Türkiye