



HBOT CHAMBER^{TECH}



ملف طراز HBOT CITY TECH

OSLO

التميز في وضعية الاستلقاء. استلق، استرخ، تعاف.

الاستخدام • السلامة • التركيب • الصيانة • City Tech

معلومات فنية قبل البيع • الإصدار 1.0 • 23 أغسطس 2026

حالة الوثيقة

معلومات قبل البيع لتخطيط المشروع بوعي

المطابقة أو خطة التركيب أو تدريب المشغل. عند وجود اختلاف، تكون الأولوية للعقد الموقع والملف الفني النهائي وتعليمات المصنع. الوثيقة اختيار المنتج وتخطيط المشروع، ولا تحل محل تعليمات الاستخدام النهائية أو الملف الفني المرتبط بالرقم التسلسلي أو وثائق تدعم هذه

01 • ملخص الطراز

طابق الطراز مع سياق التشغيل المقصود

التميز في وضعية الاستلقاء، استلق، استرخ، تعاف.

للعلاج في وضعية الاستلقاء. يوفر سريرها الطبي التقويمي وهيكلها من الألومنيوم بمعايير الطيران أقصى درجات الراحة خلال الجلسات الطويلة. طورت خصيصا للمستخدمين الذين يحتاجون

معلومات الطراز المنشورة	البند الفني
شخص واحد (وضعية الاستلقاء)	السعة
1.5 - 2.0 ATA	نطاق الضغط
طبي تقويمي، 200x80 سم	السرير
ألومنيوم بمعايير الطيران	المادة
صمام أمان مزدوج	السلامة
سم 240x110x120	الأبعاد الخارجية
أقل من 60 ديسيبل (CitySilent™)	مستوى الضجيج

والأداء المنشورة ليست بروتوكولا سريريا. تعتمد القيم النهائية على التكوين والغرض والسوق المستهدف وملف الطراز المتحقق منه. قيم الضغط

تبنى السلامة في الموقع والفريق والإجراءات

يجمع التركيب والتشغيل بين تعليمات المصنع والمشغل المدرب ومراقبة المستخدم ومنع الحريق والتأريض والتنظيف والصيانة المجدولة.

- اتباع تعليمات الاستخدام والغرض المحدد.
- ضبط الحريق والمواد في البيئات الغنية بالأكسجين.
- التحقق من التأريض والكهرباء الساكنة والسلامة الكهربائية.
- الحفاظ على تدريب الموظفين والمراقبة وإجراءات الطوارئ.
- تسجيل التنظيف والمواد الاستهلاكية وفترات الخدمة وفحوص السلامة.

تخطيط الموقع والتركيب

- تحقق من مسار التسليم وأبعاد الأبواب والمصاعد ومساحات الخدمة ومسار الإخلاء.
- تحقق من قدرة الأرضية والتثبيت والملاءمة الإنشائية مع المختص المسؤول.
- وفر تغذية كهربائية محمية وتأريضاً وتحققاً من المتطلبات الكهربائية المحلية.
- وثق التهوية ودرجة الحرارة والرطوبة وضوابط مخاطر زيادة الأكسجين.
- اعتمد إجراءات منع الحريق والمواد المحظورة والإنذار والإخلاء والطوارئ قبل التشغيل.

مسار الجلسة الآمنة

مسار الجلسة الآمنة

#	مسار الجلسة الآمنة
1	عين مشغلا معتمدا وتحقق من الغرض وحوكمة الاستخدام السريبي المطلوبة.
2	أكمل فحوص الهوية والموافقة والحالة الصحية والموانع واتصال الطوارئ.
3	افحص الباب والحشية والصمامات والحساسات والإنذار والاتصال والتهوية وأنظمة الهواء والأكسجين.
4	أزل مصادر الاشتعال والزيوت والإلكترونيات والمنسوجات غير المناسبة والمواد المحظورة.
5	اشرح للمستخدم إحساس الضغط ومعادلة ضغط الأذن والاتصال وطلب الإيقاف.
6	راقب المستخدم والنظام باستمرار واتبع بروتوكولا معتمدا فقط.
7	عادل الضغط بأمان وقيم المستخدم وأكمل سجل الجلسة قبل المغادرة.

أولا وتنتهي الجلسة وفق إجراءات المنشأة وتعليمات المصنع النهائية والتدريب الخاص بالطراز. لا يعاد الجهاز للخدمة دون تصريح معتمد.
عند حدوث إنذار أو حالة غير طبيعية، تكون سلامة المستخدم

الفحوص المسجلة تحافظ على السلامة

السجل	الحد الأدنى من الفحص	التكرار
قائمة المشغل	الباب والحشية والاتصال والإنذارات والصمامات والحساسات ومنطقة العمل	قبل كل جلسة
سجل التنظيف	تنظيف الأسطح المعتمد وإدارة الملحقات وتهوية الغرفة	بعد كل جلسة
فحص فني يومي	مؤشرات المرشح والخط والتسرب والتحذيرات والأصوات أو الروائح غير المعتادة	يوميًا
نموذج خدمة معتمد	الضغط وصمامات الأمان ومعايرة الحساسات والكهرباء والتأريض وأنظمة الغاز نظام	حسب الجدول
تقرير فني رسمي	فحوص معدات الضغط والحريق والمنشأة وفق الدولة وملف الطراز	سنويًا / تنظيميًا

تبنى السلامة في الموقع والفريق والإجراءات

- اتباع تعليمات الاستخدام والغرض المحدد.
- ضبط الحريق والمواد في البيئات الغنية بالأكسجين.
- التحقق من التأريض والكهرباء الساكنة والسلامة الكهربائية.
- الحفاظ على تدريب الموظفين والمراقبة وإجراءات الطوارئ.
- تسجيل التنظيف والمواد الاستهلاكية وفترات الخدمة وفحوص السلامة.

وحكمة البيانات • CITY TECH • 04

تقدم الميزات المتصلة ضمن نطاق متحقق منه

المكون	الغرض والنطاق
CityConnect™	رؤية متصلة للمستخدمين المخولين؛ تعتمد الوظائف البعيدة على نطاق المشروع المتحقق منه.
CityOS™	منصة تحكم وبرمجيات الغرفة؛ تذكر الوظائف المفعلة والإصدار في العرض.
CityAI™	ملخصات للبيانات التشغيلية ودعم القرار؛ لا يشخص ولا يتخذ قرارا سريريا مستقلا.
CitySync™	تبادل البيانات مع الأنظمة المعتمدة؛ تحدد الواجهات والحقوق والاختبارات لكل مشروع.
CityGuard™	دعم الحالة والتنبيهات المسجلة والصيانة للعمليات وفرق الخدمة المخولة.

ملاحظة خارطة الطريق

تكاملات Apple Health و Google Fit و Huawei Health ضمن خارطة الطريق وليست ميزات قياسية حالية.

05 • وثائق المشروع والامتثال

أغلق قرار الشراء بحزمة وثائق مكتوبة

يتم تأكيد نطاق كل وثيقة حسب الطراز والتكوين والغرض ودولة الوجهة.

- هوية المنتج والغرض المحدد
- حزمة امتثال خاصة بالطراز والدولة
- تعليمات الاستخدام وتدريب المشغل
- خطة الصيانة والتنظيف والخدمة
- سجلات قبول المصنع والموقع والتركيب والتشغيل
- إجراءات السلامة من الحريق والطوارئ

الإفصاح التنظيمي

تقدم HBOT Chamber Tech ادعاءات المطابقة فقط ضمن نطاق طراز وسوق متحقق منه، ولا تستخدم ادعاء عاما بموافقة FDA. تختلف الحالة التنظيمية والتصنيف وإتاحة السوق حسب الطراز والتكوين والغرض والدولة.

مراجع السلامة الرسمية

[U.S. FDA - Follow Instructions for Safe Use of Hyperbaric Oxygen Therapy Devices](#)

[Undersea & Hyperbaric Medical Society - Accepted HBOT Indications](#)

ملف الطراز ومناقشة المشروع

sales@hbotchambertech.com www.hbotchambertech.com Tuzla • Istanbul • Türkiye