
温育震荡
洗涤
酶联检测
加入100μL样本
37℃环境下
温育震荡60min
配洗涤液
注入洗涤液
静置3min后弃去
重复4次
吸干所有液体
加入100μL酶结合物
37℃环境下
温育震荡45min
配洗涤液
注入洗涤液
静置3min后弃去
重复5次
吸干所有液体
加入100μL底物溶液
37℃无光环境下
温育震荡30min
加入50μL终止液
在450nm波长下
读取光密度
计算物质浓度