PROF

# Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

## TP 1 · La verrerie et les gestes du laboratoire

| Version | Principe | Matériel et liens d'achat | Coût |
|---|---|---|---|
| *A* | Chaque groupe a un plateau avec les 8 pièces de verrerie : il les reconnaît, mesure des volumes et compare la précision. | Verrerie du laboratoire : bécher 100 mL, erlenmeyer, éprouvettes 10 et 100 mL, fiole jaugée 100 mL, pipette jaugée 10 mL avec propipette (ou poire), tube à essai, entonnoir, pissette. balance 500 g / 0,1 g, Pierron 00471.10 (une suffit pour la partie C). | 0 € (55 € si pas de balance) |
| *B* | Peu de verrerie : quatre ateliers tournants de 12 minutes (A reconnaître, B mesurer à l'éprouvette, C pipette et fiole, D trier les déchets). Un seul jeu de chaque pièce suffit. | Un exemplaire de chaque pièce de verrerie, une balance. | 0 € |

## Mise en œuvre · TP 1

**AVANT LA SÉANCE**

1. Préparer un plateau par groupe avec les 8 pièces numérotées dans l'ordre de la figure de la fiche (étiquettes autocollantes).
2. Colorer l'eau d'un bidon avec une goutte de colorant alimentaire : les ménisques se voient mieux.
3. Préparer quatre flacons vides avec une étiquette imprimée de produit (eau de Javel, acétone, décapant inox, dégraissant) pour la partie D.

**PENDANT LA SÉANCE**

1. Montrer une fois au tableau la lecture du ménisque, l'œil à la hauteur du trait.
2. Partie C : faire peser les volumes mesurés (1 mL d'eau ≈ 1 g) ; c'est ce qui montre aux élèves que la fiole et la pipette sont plus précises que le bécher.
3. Interdire de pipeter à la bouche : toujours la propipette ou la poire.

**CE QUI PEUT RATER**

Les élèves lisent le haut du ménisque : refaire la lecture à deux.

La balance doit être tarée avec le bécher vide avant chaque pesée.