

Informe de trabajos

Pozo BN6

Fecha de generación: 26 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de mantención preventiva realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.

Campo	Respuesta
OT:	145
Técnico:	Ángel Zamora
Proyecto:	Global Tórtolas
Fecha de realización:	02/04/2026
Cliente:	Paula Riquelme
Equipo/instrumento:	Sensor de Nivel
Modelo:	Keller
N° de serie:	1099937

Observaciones al equipo

- Serie gastada

Observaciones generales

- Mantenimiento ok. Limpieza y aprietes de terminales. Ande voltajes de fuente ok. Validación de datos terreno y plataforma ok. Se realiza registro manual de datos.

Variables



Datos caudalímetro Pozo BN6




Caudal Pozo BN6	1,73	l/s		
Volumen Pozo BN6	142351,00	m3		

Pozo Datos Generales



Histórico Horómetro Pozo BN6	13423,00	h		
Nivel Pozo BN6	48,43	m		
Horómetro Pozo	13423,00	h		



We-Techs
BN-06
02.04.2026 09:21
-33.13464, -70.68310
Autop. los Libertadores, El Talhuenal, Colina



We-Techs
BN-06
02.04.2026 09:21
-33.13464, -70.68311
Autop. los Libertadores, El Talhuenal, Colina



We-Techs
BN-06
02.04.2026 09:27
-33.13465, -70.68313
Autop. los Libertadores, El Talhuenal, Colina



We-Techs
BN-06
02.04.2026 09:28
-33.13463, -70.68310
Autop. los Libertadores, El Talhuenal, Colina



We-Techs
BN-06
02.04.2026 09:29
-33.13466, -70.68310
Autop. los Libertadores, El Talhuenal, Colina