

Informe de trabajos

Pozo N° 3A (P3A) Nodo B1

Fecha de generación: 31 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de instalación realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.

Campo	Respuesta
OT:	218
Técnico:	Leonardo Gonzalez
Proyecto:	Gestión Hídrica El Soldado
Fecha de realización:	11/05/2026
Cliente:	Superintendencia de recursos hidricos
Equipo/instrumento:	Sonda multiparamétrica
Modelo:	Tripod aqualobo
N° de serie:	MC2009Q
Alcance:	Ciclo de calibración

Observaciones al equipo

- NaN

Observaciones generales

- Realizamos el retiro de sondas multiparamétricas Tripod Aqualobo del pozo P3A para ser enviadas a calibración, con el fin de asegurar su correcto funcionamiento y precisión en las mediciones. Mientras se realiza el proceso de calibración, queda instalada una sonda de reemplazo para mantener la continuidad del monitoreo y transmisión de datos.

Sensor Multiparamétrico	
N° Certificado	MC-200080
F. Calibración	27-08-2025
F. Vencimiento	27-01-2026
Numero Serie	No Tiene
In del cliente	5510-4

We-techs
P3A
11.05.2026 09:41
-32.64132, -71.17389
Unnamed Road, Nogales



We-techs
P3A
11.05.2026 09:41
-32.64134, -71.17389
Unnamed Road, Nogales





We-techs
P3A
11.05.2026 09:41
-32.64135, -71.17389
Unnamed Road, Nogales

