審查意見回覆表

申請編號	**APIG-115002**
研究名稱	新世代生物工程瓣膜開發：解決同種瓣供體不足與耐久性不足的異種移植策略
計畫主持人	宋世英

初審紀錄

1.執行秘書

項次	審查意見	申請人回覆
p.3	為避免後續修正流程，請確認計畫期限至 2026/12/31 時間是否足夠完成實驗	足夠
6.4	請說明切創大小	切創大小約 10 cm
6.6	如術後出現血栓、假性動脈瘤、破裂、感染、遠端缺血，該如何處理?	假性動脈瘤可以手術改善，其他術後不良情形，會影響豬隻活動，故將豬隻進行犧牲

2.獸醫師

審查項目	符合（v） 不符合（ x ） 不適用（－）	審查意見 （需補充說明之事項）	申請人回覆
計畫基本資料	V		
簡述研究目的	V		
說明動物實驗必要性	V		
動物實驗試驗設計	V		
實驗預期結束時機及人道終點	V		
實驗結束動物處置方式	V		
有無進行危害性物質實驗	-		
動物麻醉用藥及方法合理性	V		
手術操作及術中動物觀察	X	如委員一回覆	
手術後照護及術後給藥方式	V		
實驗動物資料	V		
動物實驗相關人員資料	v		
獸醫師簽名：[illegible]	日期：2026.2.9		

委員審查紀錄

版權為豬博士動物科技股份有限公司所有，禁止任何未經授權的使用
All Rights Reserved © DrPIG. Unauthorized use in any form is prohibited.

1.委員一

項次	一審意見	意見回覆	二審意見	意見回覆
6.4	計畫書上只有一側股動脈的手術流程，另一側的手術流程也需在計畫書上說明	僅左側股動脈進行手術，右側對照組血管為未進行手術的豬隻股動脈。	我沒有其他意見，謝謝	

2.委員二

項次	一審意見	意見回覆	二審意見	意見回覆
	請說明術後需觀察項目,若出現血循異常,豬博士同仁應注意什麼異常狀況？	1. 觀察豬隻的食慾與活動力，後肢是否跛行或腫脹，影響其站立、行走或抬腳。 2. 觀察豬的後肢末梢組織是否因缺血而變色或壞死。 3. 縫合傷口是否發炎或潰爛難以癒合。 4. 輕微按壓後肢傷口及其周邊區域來評估脈搏或體溫是否異常。	我無其他意見	

3.委員三

項次	一審意見	意見回覆	二審意見	意見回覆
	本案無意見			

4.委員四

項次	一審意見	意見回覆	二審意見	意見回覆
6.4	一、兔去細胞瓣膜之異種移植手術「反式植入經超臨界二氧化碳去細胞之兔瓣膜移植物，以 7-0 PROLENE	指的是左側股動脈的 $ScCO_2$去細胞兔瓣、ePTFE 5 mm 與 SDS 去細胞兔瓣等植入操作;右側對照組血管為未進行手	本案無其他意見	

版權為豬博士動物科技股份有限公司所有，禁止任何未經授權的使用
All Rights Reserved © DrPIG. Unauthorized use in any form is prohibited.

	縫線連續縫合方式端對端吻合。」 請問是指左側股動脈的 $ScCO_2$去細胞兔瓣、ePTFE 5 mm 與SDS 去細胞兔瓣等植入操作？右側股動脈對照組血管會有何種處置？	術的豬隻股動脈。		

版權為豬博士動物科技股份有限公司所有，禁止任何未經授權的使用
All Rights Reserved © DrPIG.　Unauthorized use in any form is prohibited.