L 实验室仪器

P 在线折光仪

S 软件

A 自动化系统

SCHMIDT HAENSCH

自公元1864-160年光电检测仪器制造经验

德国S+H

Coloromat100-V2

分光光度计

专业的白糖色值测量，可直接使用100mm漏斗样品管倾倒进样

参数	Coloromat100 – V2
测量原理	单光束分光光度原理
波长范围	340 – 900 nm*
预置波长	560, 420, 720 nm
FWHM半峰全宽	420 nm = 4 nm** 720 and 560 nm = 7 nm**
波长操作	触摸屏
光源	LED
测量范围	0 – 16,000 ICUMSA Units (IU)
准确度	± 0.020 消光 420 nm ± 0.010 消光 560 nm ± 0.010 消光 720 nm ± 0.020 消光 其他波长
消光精度	0.001
ICUMSA分辨率	1 IU
IU准确度	± 10 % for colors < 20 IU ± 5 % for colors > 20 IU
操作界面	触摸屏操作 多种方法内置
数据显示	图形界面
数据输出	RS232C & USB
操作温度	10 – 40°C
语言	English and German / Indonesian / Russian / Spanish

* For WL < 500 nm and > 700 nm, additional LED's may be required to ensure measurement accuracy and stability

** This very narrow half-value width enables high measurement accuracy as well as very good repeatability

- 测量可靠且重复性极佳
- 3个预置的波长560、420和720nm
- 极窄的波峰宽度
- 6个可选的波长（在340-900纳米的范围内）
- 自动波长切换
- 可使用长达100mm旋光样品管直接倾倒式进样或常规比色皿
- 单次或连续监测测量
- 通过PC进行远程控制
- 数据输出到电脑或直接连接打印机，也可通过USB输出
- 可编程的方法多达250种
- 符合GLP/GMP标准的文件
- 免维护

应用

- 白糖的色值测定(ICUMSA 测定方法 GS2/3-10),国标方法
- 啤酒、麦芽汁颜色的测定(EBC color number)
- 软饮料和红酒的颜色指数测定
- 简单的消光值测定
- 提取物的颜色测定如咖啡
- 颜色测定中APHA数值的测定
- 依据功能设计需求，监测颜色随时间变化
- 酶法测定，如NAD(P)-和NAD(P)H-方法

单光束分光光度应用于液体色值的测定应用

Coloromat100分光光度计可以非常方便的应用于透射、消光和色值测定；
可使用最长为100mm旋光管作为样品管，直接倾倒入样品进样，或使用常规的比色皿测量；
样品室向上开启，液体不会进入仪器内部；
采用独特的光学设计，测定不受光散射影响，符合GLP/GMP要求；
可采用连续检测模式，直接测定流动样品的颜色变化，并构建函数；
仪器操作软件可通过联机PC进行升级，仪器本身最多可预存250个不同的测试方法，最多99个样品的测量；
结果可以直接存储在仪器内部存储器中；
通过触摸屏可以快速录入批次号，用户信息等；
在340和900纳米之间的范围内，可以轻松测量透射率、消光率和颜色单位。对于波长低于500nm以下和750nm以上的波长，可能需要额外的LED以确保测量的准确性和稳定性。
波长是通过触摸屏选择的，三种波长作为标准预装，Coloromat 100还可以配备6个额外其他定制的波长；

采用100mm旋光管作为样品管时，样品可以快速方便的倾倒式注入，无需像传统比色皿测量时，需频繁清洗。100mm的样品管的测量精度和分辨率是传统10mm比色皿的10倍。与10mm的比色皿相比，测量精度和分辨率提高了10倍。

SCHMIDT HAENSCH
innovators by tradition since 1864

ISO 9001

© Schmidt + Haensch reserved all rights over texts and images