PT ISPAT INDO					
P.T. ISPAT INDO	INSTRUKSI KERJA K3LEn	Nomor : SMK3L-En/IS	SP/IK-39-01		
		Revisi : 01			
	PENGECEKAN ALAT UKUR (VERIFIKASI)	Tanggal : 01 Maret 202	23		
		Halaman : 1/4			

INSTRUKSI KERJA PENGECEKAN ALAT UKUR (VERIFIKASI)

No Dokumen : SMK3L-En/ISP/IK-39-01

No. Revisi : 01

	Nama	Jabatan	batan Tanggal Tar	
Disusun oleh :	M. Arif Setiawan	SHE Engineer	01 Maret 2023	Amny
Disetujui oleh :	Irwan Agung Satrianto	Manager SHE	01 Maret 2023	James

PT ISPAT INDO INSTRUKSI KERJA K3LEn Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-39-01 Revisi : 01 Revisi : 01 PENGECEKAN ALAT UKUR (VERIFIKASI) Tanggal : 01 Maret 2023 Halaman : 2/4

DAFTAR ISI

ŀ	Halaman
Lembar Persetujuan	1
Daftar lsi	2
Lembar Perubahan Dokumen	3
Instruksi Keria Verifikasi Alat Ukur	4

PT ISPAT INDO					
P.T. ISPAT INDO	INSTRUKSI KERJA K3LEn	Nomor	:	SMK3L-En/ISP/IK-39-01	
		Revisi	:	01	
	PENGECEKAN ALAT UKUR (VERIFIKASI)	Tanggal	:	01 Maret 2023	
		Halaman	:	3/4	

PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor		Alasan perubahan dokumen	Direvisi oleh		Disetujui			
Revisi	Hlm.	Alasan perubahan dokumen	Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf	
04	4	Poruhahan cover pangasahan	SHE		01/03/23	MR		
01	1	Perubahan cover pengesahan	Officer					

PT ISPAT INDO					
P.T. ISPAT INDO	INSTRUKSI KERJA K3LEn	Nomor	:	SMK3L-En/ISP/IK-39-01	
		Revisi	:	01	
	PENGECEKAN ALAT UKUR (VERIFIKASI)	Tanggal	:	01 Maret 2023	
		Halaman	:	4/4	

- 1. Pastikan alat ukur yang akan kita cek dalam kondisi normal "ON"
- 2. Pakailah Alat Pelindung diri (APD) sebelum melakukan pengukuran berupa sarung tangan untuk mencegah dari tersengat listrik.
- 3. Gunakan lock out tag out sebelum melakukan pengukuran untuk memberi informasi bahwa sedang dilakukan pengukuran insulation resistance dan mencegah orang lain untuk menghidupkan sumber listrik motor listrik.
- 4. Alat ukur yang kita monitoring kita compare dengan "Clamp Meter " dengan deviasi sekitar 10% berdasarkan dari equipment yang kita pergunakan.
- 5. Alat ukur yang terpasang mengalami penyimpangan maka kita akan melakukan penggantian alat ukur tersebut dengan pengganti yang layak (normal/baru)
- 6. Setelah melakukan pengantian maka akan kita monitoring selama beberapa dekade untuk memastikan alat ukur tersebut benar2 normal dan layak