Algoritmos

Pesaje de Filtros

Código Termohigrómetro: THI-002 **Código Masa Patrón:** MSP-004 **Tipo de Filtro:** Gravimetria PM 2.5 Monitoreado

ID FILTRO	Peso_1 mg	Fecha_1	HR % Lect	T ºC Lect	HR %	T ºC	Peso_2 mg	Fecha_2	HR % Lect	T ºC Lect	HR %	T ºC	Peso_3 mg	Fecha_3	HR % Lect	T ºC Lect	HR %	T ºC	Peso_4 mg	Fecha_4	HR % Lect	T ºC Lect	HR %	T ºC	Promedio Peso Final	Factor HR	Factor T	Responsable
PU-1502													154.036	2023-06-23 14:22:50	41.7	21	41.9	21.2	154.026	2023-06-27 11:02:54	43.2	18.4	43.4	18.6	154.031	-0.2	-0.2	JR
PU-1503													152.986	2023-06-23 14:24:42	41.7	21	41.9	21.2	153.006	2023-06-27 11:04:49	43.2	18.4	43.4	18.6	152.996	-0.2	-0.2	JR
PU-1504													152.116	2023-06-23 14:25:56	41.7	21	41.9	21.2	152.116	2023-06-27 11:05:23	43.2	18.4	43.4	18.6	152.116	-0.2	-0.2	JR
PU-1489													154.034	2023-06-23 14:26:40	41.7	21	41.9	21.2	154.056	2023-06-27 11:06:05	43.2	18.4	43.4	18.6	154.045	-0.2	-0.2	JR
PU-1490													152.961	2023-06-23 14:28:17	41.7	21	41.9	21.2	152.946	2023-06-27 11:06:53	43.2	18.4	43.4	18.6	152.954	-0.2	-0.2	JR
PU-1491													152.745	2023-06-23 14:29:27	41.7	21	41.9	21.2	152.743	2023-06-27 11:09:00	43.2	18.4	43.4	18.6	152.744	-0.2	-0.2	JR
PU-1428													153.160	2023-06-23 14:30:21	41.7	21	41.9	21.2	153.164	2023-06-27 11:10:35	43.2	18.4	43.4	18.6	153.162	-0.2	-0.2	JR
PU-1429													150.861	2023-06-23 14:31:19	41.7	21	41.9	21.2	150.855	2023-06-27 11:11:39	43.2	18.4	43.4	18.6	150.858	-0.2	-0.2	JR
PU-1430													154.040	2023-06-23 14:32:29	41.7	21	41.9	21.2	154.074	2023-06-27 11:12:56	43.2	18.4	43.4	18.6	154.057	-0.2	-0.2	JR
C9245544													137.493	2023-06-23 14:34:37	41.7	21	41.9	21.2	137.515	2023-06-27 11:16:16	43.2	18.4	43.4	18.6	137.504	-0.2	-0.2	JR
C9245545													137.271	2023-06-23 14:35:54	41.7	21	41.9	21.2	137.268	2023-06-27 11:18:51	43.2	18.4	43.4	18.6	137.270	-0.2	-0.2	JR
C9245546													137.572	2023-06-23 14:36:57	41.7	21	41.9	21.2	137.562	2023-06-27 11:20:13	43.2	18.4	43.4	18.6	137.567	-0.2	-0.2	JR
C9245547													137.505	2023-06-23 14:37:51	41.7	21	41.9	21.2	137.499	2023-06-27 11:21:23	43.2	18.4	43.4	18.6	137.502	-0.2	-0.2	JR
QC													99.997	2023-06-23 14:38:29	45.7	20.9	45.9	21.1	99.996	2023-06-27 11:21:55	38.5	18.9	38.7	19.1	99.996	-0.2	-0.2	JR

Denisse Abarca M.
Coordinador de Laboratorio
Algoritmos y Mediciones
Ambientales SPS