Prolab LIS™

Gestion de laboratoire médical

DOCUMENTATION

Versions STARTER – SILVER - PLATINIUM

Dernière mise à jour : 20/12/2019

www.prolablis.com

Table des matières

Introduction 5
Configurations matérielle et logicielle requises 5
Modules et fonctionnalités 5
Prolab LIS STARTER 5
Prolab LIS SILVER 5
Prolab LIS PLATINIUM 6
Installation et configuration 7
Version qui requiert une connexion à internet 7
Version offline 9
Premiers pas 9
Activation de Prolab LIS 11
Configuration des données du laboratoire 12
Configuration de la messagerie électronique 14
Créer un nouveau compte messagerie 15
SMTP GMAIL 15
Autres serveurs de messagerie SMTP 15
Configuration du réseau 16
Télécharger et installer Microsoft SQL Server Configuration Manager + Microsoft SQL Management Studio 16
Configuration SQL Server 18
Configuration du pare-feu Windows 19
Configuration de la base de données 19
Configurez Prolab LIS 20
Comptes utilisateur, e-signature 21
e-Signature 22
Configuration du code à barres 23
Comment un code à barres sera-t-il généré 24
Rechercher des dossiers patients en scannant code à barres 24
QR 25
Configuration de la nomenclature des paramètres et des Prix 25
Mode rapide 26
Créer un paramètre : 26
..... 26
Modifier un paramètre 29
Mode simple 30

Ajouter un paramètre 31
Bonne pratique 31
Modifier un paramètre 32
Supprimer un paramètre / groupe de paramètres 32
Mode avancé 34
Ajouter un paramètre 34
Configuration du style des résultats 43
Entête personnalisé 43
Personnaliser le code HTML de l'entête courant 44
Pied de page personnalisé 45
Comment le style des résultats est-il généré 46
Les annexes résultats 53
L'éditeur avancé 55
Éditeur simple 56
Importer vos fiches depuis Microsoft Word dans l'éditeur simple : 56
Impression 65
Impression du résultat 65
Réglages des marges d'impression 66
Autosuggestion des conclusions 67
Réductions / catégories client 68
Modifier les réductions 72
Traçabilité 72
Formules de Calcul mathématique 72
Diagramme d'une routine d'un laboratoire d'analyses médicales 75
Exemple simplifié d'un cas avec Prolab LIS 75
Dossiers patients / Résultats 78
Ajouter un nouveau patient 78
Date de naissance et autogénération d'âge : 79
Paramètres d'analyse 82
Imprimer ticket de prélèvement et la file d'attente 85
Imprimer les tickets de code à barres à apposer sur les tubes / récipients des prélèvements 87
Saisie résultat patient 88
Attachez des annexes 90
Valeur à calculer par les formules mathématiques préconfigurées : 91
Afficher les Antériorités 93
Envoyer un email de résultats 94

Recherche dans les dossiers patients 96
Recherche rapide 96
Moteur de recherche paramétré 96
Actualiser le système 96
Devis d'analyse 97
Imprimer une fiche patient 98
Supprimer un dossier patient 100
Chargement automatique des dossiers anciens 101
Fiches de paillasse 102
Impression 102
Devis 105
Statistiques 107
Paramètres et groupes de paramètres 107
Paramètres 107
Groupes de paramètres 107
Liste de travail 108
Patients 109
Revenus 109
Performance des employés 110
Médecins traitants 110
Comptabilité 111
Gestion des sauvegardes / base de données 113
Réinitialiser tous les patients / résultats 113
Vider les données d'une table spécifique 113
Import/Export de données sous format XML 114
Backup et restauration sur Microsoft SQL Server 116
Gestion de Stock 117
Configuration 117
Les comptes des achats 117
Fournisseurs 118
Nomenclature des articles 119
Création de lots d'articles 120
Achat 121
Visualiser les mouvements du stock 124
Décharges 125
Rebut/Destruction 127

Paiements 128
Journal des paiements 129
Enregistrement des paiements partiels 130
Antériorités 132
Gestion électronique des documents 133
Exemple, attribuer un ou des document(s) à un dossier patient. 134
Planificateur / Agenda 135
Communication Host 136
Configuration matérielle 136
Principe 138
La première étape : configuration des alias paramètres 138
Où trouver les Alias des paramètres ? 138
Configuration des ports de communication sur Prolab LIS 139
Checkpoints (conclusion) : 140
Signal non reçu ? 140
Informations supplémentaires à fournir 142
Worklist 144

Introduction

PROLAB LIS (Laboratory Information System) est un logiciel de gestion de laboratoire d'analyses médicales qui offre de nombreuses fonctionnalités et une flexibilité maximum afin de pourvoir gérer l'intégralité de l'activité de votre laboratoire à savoir : gestion des dossiers patients, résultats, prélèvements, traçabilité, automates, communications réseau, etc.

Configurations matérielle et logicielle requises

Pour que Prolab LIS fonctionne correctement, une configuration minimum inclut :

- Microsoft Windows 7 et plus (8/10) de préférence Windows 10
- RAM 2 Go et plus pour un fonctionnement optimal (de préférence 4 Go +)
- Espace disque dur de +400 Mo pour les fichiers d'installation et la base de données
- Résolution d'écran de préférence minimum 1600 x 900 pixels.

Modules et fonctionnalités

La solution Prolab LIS existe en 3 versions différentes : STARTER, SILVER, PLATINIUM.

Prolab LIS STARTER

Le pack Starter comprend :

- Gestion des dossiers patients et des pièces jointes
- Gestion des résultats d'analyse
- Gestion des utilisateurs et niveaux d'accès
- Gestion des imprimantes (code à barres, fiches, résultats, et fiche de prélèvements)
- Gestion du Fil d'attente
- Devis
- Comptabilité
- Code à barres (+32 Systèmes)
- Gestion et référencement des échantillons avec code à barres
- Gestion des paramètres d'analyses : nomenclature, catégorie (groupe), coût, bénéfice, prélèvement, ordre d'affichage, valeurs usuelles en deux unités différentes, commentaires, etc. (+300 paramètres préconfigurés)
- Moteurs de recherche paramétrés pour une recherche rapide
- Formules mathématiques à intégrer et calcul automatique de certaines valeurs de résultat
- Gestion des antériorités (résultats antérieurs) et alarmes
- Réseau illimité (sans configuration)
- Base de données **Microsoft SQL Server** pour une performance meilleure
- Gestion des fiches de paillasse.
- Assistance technique prioritaire gratuite 1 mois

Prolab LIS SILVER

Le pack Silver comprend :

- Gestion des dossiers patients et des pièces jointes
- Gestion des résultats d'analyse

- Gestion des utilisateurs et niveaux d'accès
- Gestion des imprimantes (code à barres, fiches, résultats, et fiche de prélèvements)
- Gestion du Fil d'attente
- Code à barres (+32 Systèmes) => gestion et référencement **des échantillons**
- **QR**
- **ID UNIQUE de patient**
- Devis
- Comptabilité
- Gestion des paramètres d'analyses : nomenclature, catégorie (groupe), coût, bénéfice, prélèvement, ordre d'affichage, valeurs usuelles en deux unités différentes, commentaires, etc. (+300 paramètres préconfigurés)
- Moteurs de recherche paramétrés pour une recherche rapide
- Formules mathématiques à intégrer et calcul automatique de certaines valeurs de résultat
- Gestion des antériorités (résultats antérieurs) et alarmes
- Réseau illimité (sans configuration)
- Base de données **Microsoft SQL Server** pour une performance meilleure
- Gestion des fiches de paillasse.
- Configuration réseau illimitée
- Flux de travail (Worklist)
- Système de réductions / sous-traitance – Réductions par catégorie de clients (idéal pour les conventions, sous-traitance, etc.)
- Statistiques, traçabilité et graphes
- Annexes résultats (+25 fiches préconfigurées) + 2 éditeurs visuels pour importer vos fiches depuis Microsoft Word (Microbiologie, Parasitologie, FNS, etc.)
- Messagerie électronique – emails – un nombre illimité de comptes email
- Système de sauvegarde et de restauration des données
- Diagnostic et transmission des signaux des appareils (modules communication sans interface)
- SMS (frais de facturation ne sont pas inclus)
- Gestion des événements – maintenance – calendrier
- Système de Gestion électronique des documents GED
- Assistance technique prioritaire gratuite 3 mois

Prolab LIS PLATINIUM

Le pack PLATINIUM comprend :

- Gestion des dossiers patients et des pièces jointes
- Gestion des résultats d'analyse
- Gestion des utilisateurs et niveaux d'accès
- Gestion des imprimantes (code à barres, fiches, résultats, et fiche de prélèvements)

- Gestion du Fil d'attente
- Code à barres (+32 Systèmes)
- **QR**

- **ID UNIQUE de patient**
- Devis

- Comptabilité
- Gestion et référencement des échantillons avec code à barres
- Gestion des paramètres d'analyses : nomenclature, catégorie (groupe), coût, bénéfice, prélèvement, ordre d'affichage, valeurs usuelles en deux unités différentes, commentaires, etc. (+300 paramètres préconfigurés)
- Moteurs de recherche paramétrés pour une recherche rapide
- Formules mathématiques à intégrer et calcul automatique de certaines valeurs de résultat
- Gestion des antériorités (résultats antérieurs) et alarmes
- Réseau illimité (sans configuration)
- Base de données **Microsoft SQL Server** pour une performance meilleure
- Gestion des fiches de paillasse.
- Configuration réseau illimitée
- Flux de travail (Worklist)
- Système de réductions / sous-traitance – Réductions par catégorie de clients (idéal pour les conventions, sous-traitance, etc.)
- Statistiques, traçabilité et graphes
- Annexes résultats (+25 fiches préconfigurées) + 2 éditeurs visuels pour importer vos fiches depuis Microsoft Word (Microbiologie, Parasitologie, FNS, etc.)
- Messagerie électronique – emails – un nombre illimité de comptes email
- Système de sauvegarde et de restauration des données
- Diagnostic et transmission des signaux des appareils (modules communication sans interface)
- SMS (frais de facturation ne sont pas inclus)
- Gestion des événements – maintenance – calendrier (**Version 3.0 mise à jour gratuite)**
- Système de Gestion électronique des documents GED **(Version 3.0 mise à jour gratuite)**
- Gestion de Stock de réactifs (disponible sur la version 3.0)
- Gestion des achats, facturation, paiements et devis (disponible sur la version 3.0)
- Hébérgement Cloud Microsoft Azure (frais d'hébergement ne sont pas inclus)
- Site web connecté avec espace client + PACK SEO (référencement Google, réseaux sociaux)
- Intégration d'appareils illimitée (pendant la période de 6 mois)
- Assistance technique prioritaire gratuite 6 mois


Installation et configuration

L'installation de Prolab LIS se fait en un clic.


Version qui requiert une connexion à internet

Assurez-vous que vous êtes connecté à internet. Le processus d'installation va télécharger des packages essentiels depuis le site officiel Microsoft.com.


Une fois téléchargée, cliquez deux fois sur le fichier exécutable **setup.exe**



Acceptez l'installation de tous les composants requis à savoir Microsoft SQL Server 2014 Express LocalDB et Microsoft .NET Framework :




Ensuite, cliquez sur Installer




Version offline

La version hors ligne ne requiert pas une connexion à internet, les packages essentiels à l'installation sont inclus dans l'exécutable de déploiement, par conséquent, la taille de ce dernier est relativement plus importante (environ +200 Mo)

Cliquez deux fois sur Prolab LIS.exe :




Cliquez sur installer maintenant :




Suivez les étapes jusqu'à la finalisation de l'installation.

Premiers pas

Après l'installation, le programme démarre automatiquement (exemple v2.3) :



Note : à ce stade, il se peut que vous receviez un message d'erreur relatif au temps d'attente de SQL Server, cela est normal, redémarrez l'application et le message devrait disparaitre.




Une fois sur l'écran accès administrateur, saisissez l'utilisateur et le mot de passe par défaut (vous pourrez les modifier par la suite) :

Utilisateur par défaut : prolab


Mot de passe par défaut : prolab


Activation de Prolab LIS

Si vous disposez d'une licence de Prolab LIS, cliquez sur **Licence achetée ? (Figure ci-dessus)**



Saisissez votre numéro de téléphone, ainsi que la clé qui vous a été délivrée après achat de votre licence.






Configuration des données du laboratoire

Vous devez configurer les informations relatives à votre laboratoire (Nom, téléphone, adresses, email, etc.). Pour cela cliquez sur Config Labo. Certaines informations apparaissent sur vos fiches patients, résultats, devis, etc.


Remplissez les champs comme dans la figure ci-dessous.



Remarque : la mise en page peut être modifiée aussi depuis la fenêtre **style résultat.**

Vous pouvez également contacter l'assistance technique pour une configuration personnalisée (support@yoctobe.com | prolabmedico@gmail.com)

Si vous êtes sur la version PLATINIUM, vous devez configurer également vos coordonnées pour la gestion de stock. Cliquez sur le bouton avancé.




Cliquez sur Enregistrer les modifications une fois terminé.

Configuration de la messagerie électronique

PROLAB LIS vous offre la possibilité d'envoyer automatiquement les résultats d'analyse à vos patients par e-mail. Pour activer cette fonctionnalité, vous devez configurer votre messagerie électronique. Nous préconisons l'utilisation d'une adresse de messagerie gratuite Gmail.

Sur le tableau de bord, cliquez sur **e-mail**.



Créer un nouveau compte messagerie

Le module messagerie vous permet de créer et configurer un nombre illimité de comptes messagerie électronique. Pour créer un nouveau compte cliquez sur **Nouveau.**

SMTP GMAIL

Si vous avez une adresse email Gmail, copiez la configuration ci-dessus, et remplacez le login et le mot de passe par les vôtres.

Assurez-vous que l'option connexions moins sécurisées est activée. Pour cela cliquez sur le lien Gmail en bleu :



Activez les connexions moins sécurisées si elles sont désactivées.

Autres serveurs de messagerie SMTP

Si votre email est sur d'autres serveurs que Gmail, vous pouvez trouver sa configuration en tapant sur Google le nom du serveur et le mot : SMTP configuration, par exemple : Yahoo configuration SMTP :



Vous devriez trouver des informations comme suit :

- **Nom du serveur SMTP Yahoo**: mail.yahoo.fr
- **Nom d'utilisateur SMTP Yahoo**: votre adresse Yahoo
- **Mot de passe SMTP Yahoo**: votre mot de passe
- **Port SMTP Yahoo**: 25 ou 465

Une fois que vous aurez terminé, cliquez sur **enregistrer**. Vous pouvez tester votre configuration en envoyant un email de test :




Si le test a réussi, votre messagerie est prête à l'emploi.

Remarque : Assurez-vous que le modèle email existe bien sur Annexes/Modèles. Si ce dernier n'existe pas vous devez le créer (voir section Annexes résultats) :

Nom du modèle : email

Code source : {result}

Ce modèle sera utilisé pour envoyer des emails contenant les résultats des patients. Si ce modèle n'existe pas, ou vous l'avez supprimé, vous risquez d'envoyer des emails vides.



Configuration du réseau

Prolab LIS vous permet de relier et synchroniser vos postes de travail à une seule et unique base de données centralisée. Cette connexion permet à vos utilisateurs de travailler sur un seul flux de données qui comprend les informations relatives aux dossiers patients, résultats, configuration, historique, niveaux d'accès, etc.


La configuration du Microsoft SQL Server est la première étape à suivre et qui consiste à activer les protocoles qui gèrent la connexion au serveur SQL et à configurer les options disponibles pour ces protocoles de réseau. Elle permet également de crypter la communication entre l'instance du serveur SQL et les postes clients (autres PCs).

La configuration du réseau SQL Server peut être gérée à l'aide de l'outil SQL Server Configuration Manager.

Télécharger et installer Microsoft SQL Server Configuration Manager + Microsoft SQL Management Studio

Télécharger SQL Server Configuration Manager (Version 2014) → Sélectionner SQL Server Express (x64 | x86) ET SQLManagementStudio_x64_ENU.exeSQLManagementStudio_x64_ENU.exe


Télécharger SQL Server Configuration Manager (Version 2014) → Sélectionner SQL Server Express (x64 | x86) ET SQLManagementStudio_x64_ENU.exeSQLManagementStudio_x64_ENU.exe



NB. Prolab LIS est compatible avec MS SQL Server V2014+.

Acceptez les valeurs par défaut lors de de la sélection des fonctionnalités, de la configuration des instances et de la configuration du serveur.

Dans la Configuration du moteur de base de données, sous Mode d'authentification, choisissez Mode mixte :




Acceptez les valeurs par défaut affichées sur les boîtes de dialogue restantes.


Configuration SQL Server

Prolab LIS utilise le protocol TCP/IP pour connecter au serveur SQL.


Pour activer ou désactiver un protocole réseau spécifique, ouvrez le **gestionnaire de configuration du serveur SQL** et Activer les connexions TCP/IP (cliquez sur **Enabled puis cliquez sur Properties** > voir figure ci-dessous).



Dans l'onglet IP addresses, déroulez vers le bas (**TCP: All**) et saisissez 1433 dans le champs TCP Port, et cliquez sur Ok.




Redémarrez le serveur en cliquant sur **Restart**.



Configuration du pare-feu Windows

Vous devez configurer le pare-feu Windows afin d'autoriser les configurations entrantes et sortantes via le port 1433.

Pour cela : naviguez dans pare-feu Windows > paramètres avancés > créer une nouvelle règle qui autorise (pour le trafic entrant et sortant) la communication via le port **TCP 1433**.




Configuration de la base de données

Arrêtez le réseau SQL Server (via **gestionnaire de configuration du serveur SQL** > voir étape 2)

Naviguez vers le dossier racine de Prolab LIS en cliquant sur Config labo > dossier racine.


Copiez les deux fichiers .MDF et .LDF.

Par défaut, le serveur SQL stocke les fichiers de base de données dans son dossier d'installation, plus précisément dans le dossier Data. Collez les deux fichiers dans le dossier des fichiers MDF de MS SQL Server (voir figure ci-dessous):



Lancez l'application **Microsoft SQL Server Management Studio**. Saisissez le mot de passe que vous avez saisi lors de l'installation (voir étape 1).

Attachez le fichier MDF de la base de données que vous venez de copier.




Configurez Prolab LIS

La dernière étape consiste à configurer tous les postes de travail sur lesquels Prolab LIS est installé en appliquant la configuration simple suivante :


Cliquez sur Réseau et remplacez la ligne data source par : **NOM-DU-PC,1433\SQLEXPRESS** (où **NOM-DU-PC** est le nom du PC sur lequel est installé MS SQL Server).

Assumant que vous avez 3 PC connectés de la manière suivante :

PC 1 : Serveur : PC-NAME : SERVEUR : configuration réseau :



Tous les PC clients connectés à **« SERVEUR »**



Vous devez configurer le Firewall du PC1 (serveur) afin d'autoriser les connexions entrantes via le port 1433.


Vous devez configure SQL Server afin d'autoriser le partage de données via le port 1433.

Si vous désirez switcher vers la connexion locale, cliquez sur connexion locale et redémarrez l'application. Les paramètres du réseau vont être sauvegardés automatiquement.

Comptes utilisateur, e-signature

Sur Prolab, LIS, vous pouvez créer un nombre illimité de comptes utilisateur, leur attribuer des privilèges spéciaux et les modifier à tout moment depuis un compte administrateur.

Pour créer ou modifier un compte utilisateur, depuis le tableau de bord, cliquez sur **Comptes.**




Pour ajouter un nouveau compte, cliquez sur **Ajouter**.

Remplissez les champs de texte utilisateur, mot de passe (obligatoire), photo, email, téléphone, poste (facultatif), et définissez la portée du contrôle en cochant les cases appropriées.

e-Signature

Si vous souhaitez que les résultats soient signés automatiquement une fois validés, vous devez d'abord configurer votre e-signature.

Scannez votre signature, allez sur l'onglet e-signature :



Importer votre signature.

N'oubliez pas d'enregistrer une fois que vous aurez terminé.



Configuration du code à barres

La configuration du système de code à barres sur Prolab LIS est prête à l'emploi, néanmoins certains laboratoires préfèrent l'utilisation de systèmes différents. Prolab LIS offre la possibilité de choix entre + 30 systèmes différents avec la configuration des dimensions et le système de codage.

Pour configurer le code à barres cliquez sur code à barres depuis le tableau de bord :



Modifier le système d'encodage depuis la liste déroulante au-dessus, et si nécessaire, les dimensions et les autres paramètres (chaine de caractères au début, maximum de caractères, etc.), cliquez sur générer un aperçu pour visualiser les modifications. Une fois terminé, cliquez sur enregistrer.

Comment un code à barres sera-t-il généré


Si par exemple (configuration par défaut) le code à barres contient 14 caractères, début par 213, l'identifiant du prélèvement en cours est 1, le code à barres généré sera composé de la séquence de départ (213) + un nombre aléatoire unique + ID du patient :



Rechercher des dossiers patients en scannant code à barres

Le code à barres peut être un moyen utile et efficace pour la traçabilité des échantillons. Par exemple vous pouvez utiliser un **lecteur de code à barres** connecté à Prolab LIS afin de lire le code à barres sur un échantillon et trouver instantanément le dossier patient correspondant.






Note : pour certains lecteurs de code à barres vous devez allumer le bouton '**Lock** ' du clavier et mettre le focus sur le champ de texte recherche sur Prolab LIS.

QR

Le QR n'est disponible que dans les versions SILVER/PLATINIUM. Le QR représente un identifiant unique du patient, vous pouvez avoir plusieurs dossiers / plusieurs prélèvements d'un seul patient ayant un identifiant unique codé par le QR.



Il arrive que dans certains cas, vous auriez besoin de voir l'historique d'un patient, dans les versions qui précèdent 2.3 cela était possible en recherchant le nom du patient, bien entendu, Prolab LIS vous permet de créer plusieurs dossiers pour le même patient sans écraser les enregistrements précédents. Le code unique patient vous permet de visualiser tous les dossiers du même patient en le saisissant simplement sur le champ de texte recherche (assurez-vous que vous avez coché le filtre ID Unique / QR) :




Le code/ID unique est encodé dans le QR, et sera imprimé dans les étiquettes des prélèvements à côté du code à barres, et dans les tickets de prélèvements et ainsi dans les résultats d'analyse.

Configuration de la nomenclature des paramètres et des Prix

Prolab LIS vient avec une base de données de paramètres préconfigurée, contenant plus de 200 paramètres et plus de 25 groupes de paramètres. Cependant vous pouvez créer, modifier ou supprimer librement et facilement des paramètres, des groupes de paramètres en quelques secondes.

Il existe 3 modes pour la configuration des paramètres d'analyses. Mode rapide, simple, et avancé.


Pour afficher la fenêtre de choix des 3 modes, cliquez sur **Nomenclature** depuis le tableau de bord.




Mode rapide

Le mode rapide est le mode le plus simplifié et le plus rapide des 3 modes qui vous permet de créer, modifier instantanément des paramètres et des groupes de paramètres même si vous n'avez aucune connaissance préalable du logiciel.

Créer un paramètre :



Pour créer un nouveau paramètre, cliquez sur le bouton vert **Ajouter.**




Saisissez le nom du paramètre désiré, exemple : Glycémie, Lipémie …etc.

Dans le champ Groupe, commencer à taper la première lettre du groupe lequel vous souhaiteriez lui attribuer le paramètre créé, exemple ici : **nouveau paramètre** dans le groupe **Biochimie.**


Note : Si vous le groupe de paramètre sélectionné possède déjà un groupe supérieur (un groupe parent) Prolab LIS va automatiquement le mentionner dans la champ groupe supérieur. Dans le cas contraire, laissez ce champ vide. (Voir plus loin comment créer des groupes supérieurs ou groupes de groupes).

Même chose pour unité de mesure, commencez par taper la première lettre et choisissez l'unité appropriée depuis la liste déroulante. Si l'unité de mesure n'a pas été trouvée, saisissez-la, Prolab LIS va la sauvegarder, et l'affichera dans les prochaines suggestions.



Même chose pour la valeur de référence.


Une fois terminé, cliquez sur suivant (bouton bleu).



Les ordres de paramètre, groupe seront générés automatiquement, modifier uniquement le **coût**, le **prix** et le type de prélèvement nécessaire (facultatif) à partir duquel l'analyse du paramètre en question sera effectuée.

Note : si vous saisissez les valeurs du cout/prix, la marge bénéficiaire sera calculée automatiquement, et sera utilisée dans la comptabilité.

Cliquez sur suivant une fois terminé.



Terminé !

Vous avez réussi à créer un nouveau paramètre appelé *nouveau paramètre* dans la catégorie *Biochimie*.


Cliquez sur **Terminé**.



Si vous souhaitez continuer à créer des paramètres, cliquez sur **Recommencer**.

Si vous avez terminé, cliquez sur **Fermer**.

Allons maintenant tester le paramètre créé.




PARAMÈTRE	RÉSULTAT	ANTERIORITÉ	UNITÉ	VALEUR DE RÉFÉRENCE
BIOCHIMIE				
Nouveau paramètre			U/L	[12-13] U/L


Le paramètre est désormais prêt à l'emploi.

Modifier un paramètre

Pour modifier un paramètre, c'est simple, il suffit de revenir à la case de départ, ne cliquez pas cette fois sur ajouter.




Sur le champ paramètre, commencer à taper les premières lettres du paramètre que vous souhaitez modifier, sélectionner le depuis la liste déroulante. Ça configuration devrait être affichée instantanément (figure ci-dessous).



Suivez les mêmes étapes précédentes jusqu'à **l'étape 3** puis cliquez sur terminé.

Mode simple

Le mode simple vous permet d'afficher et de configurer vos paramètres en mode tableau Excel. Il vous donne accès aussi à d'autres détails tels que l'unité de mesure secondaire, Alias du paramètre (lors de la configuration des machines), etc.




Paramètre	alias	Ordre	Catégorie	Ordre	Coût	Prix du test	Bénéfice	Prélèvement	Catégorie mère
Troponine		7	MARQUEURS CARDIAQUES	270	2	1300	1298	Tube hépariné	
Glycémie		1	BIOCHIMIE	90		150	20	Tube hépariné	
CRP		1	BILAN INFLAMMATOIRE	210		350	20	Tube sec	
Urée sanguine (Urémie)		2	BIOCHIMIE	90		200	20	Tube hépariné	
Créatinine sanguine		3	BIOCHIMIE	90		200	20	Tube hépariné	
Acide Urique sanguin (Uricé...		4	BIOCHIMIE	90		250	20	Tube hépariné	
Triglycerides		4	BILAN LIPIDIQUE	130		200	20	Tube hépariné	
Cholésterol total		1	BILAN LIPIDIQUE	130		200	30	Tube hépariné	
Cholésterol HDL		2	BILAN LIPIDIQUE	130		200	30	Tube hépariné	
Cholésterol LDL		3	BILAN LIPIDIQUE	130		0	30	Tube hépariné	
GAMMA GT		4	BILAN HEPATIQUE	110		450	30	Tube hépariné	
Phosphatases Alcalines		3	BILAN HEPATIQUE	110		200	3	Tube hépariné	
Bilirubine indirecte		3	BILIRUBINE	120		0	30	Tube hépariné	
Transaminases: ASAT (TGO)		1	BILAN HEPATIQUE	110		200	30	Tube hépariné	
Transaminases: ALAT (TGP)		2	BILAN HEPATIQUE	110		200	3	Tube hépariné	
Magnesium		5	BIOCHIMIE	90		250	30	Tube hépariné	
Phosphorémie		6	BIOCHIMIE	90		250	30	Tube hépariné	
Diurèse		7	BIOCHIMIE	90		0	30	Pot à vis	
Microalbuminurie		8	BIOCHIMIE	90		800	30	Pot à vis	
Albumine		9	BIOCHIMIE	90		300	30	Tube hépariné	
Aldolase		10	BIOCHIMIE	90		850	30	Tube hépariné	
Amylasemie		11	BIOCHIMIE	90		500	30	Tube hépariné	
Amylasurie		12	BIOCHIMIE	90		500	30	Pot à vis	
Bilirubine Directe		2	BILIRUBINE	120		150	20	Tube hépariné	
Billirubine Total		1	BILIRUBINE	120		200	20	Tube hépariné	

Sur le mode simple, vous devrez être plus attentif à l'ordre ainsi qu'à l'orthographe des catégories de paramètres (ou groupes de paramètres) car celles-ci ne sont pas autosuggérées.

Ajouter un paramètre

Pour ajouter un paramètre dans une catégorie (groupe) de paramètres spécifique, cliquez sur le bouton vert **Ajouter**.



	Rapport PSA T/PSA L		19	HORMONOLOGIE	190
	LH		35	HORMONOLOGIE	190
	FNS		93	FORMULE NUMERATION S...	10
	Nouveau paramètre		41	BIOCHIMIE	90
	Nouveau paramètre 2		0		0

En bas du tableau à gauche, vous allez remarquer une icône de stylo indiquant une édition en cours. Saisissez votre nouveau paramètre, ordre, catégorie, ordre de la catégorie (copier le même ordre déjà configuré), et les autres attributs dans la même ligne, comme l'exemple ci-dessous.




Nouveau paramètre 2		42	BIOCHIMIE	90	110	221	0	Pot à vis

L'ordre du paramètre est 42 puisque je veux l'afficher en dernier après le paramètre 41.

L'ordre de la catégorie BIOCHIMIE est 90 (ne doit pas être changé).

Cliquez sur **enregistrer** une fois terminé.




Si vous souhaitez mettre à jour les réductions client pour les paramètres ajoutés, cliquez sur Oui. Toutefois, vous pouvez ignorer ce message et revenir vers les réductions clients ultérieurement.

Bonne pratique

Pour ne pas vous perdre dans la configuration de vos paramètres dans le mode simple, il est recommandé de procéder par catégorie. Pour cela, commencez à filtrer le tableau en affichant **seulement la catégorie en cours d'édition**.

Pour cela :



Sélectionnez le filtre de catégorie, et saisissez le nom de la catégorie en question dans le champ de la recherche rapide.

Paramètres | Détails paramètre | Avancé

Paramètre	alias	Ordre	Catégorie	Ordre	Coût	Prix du test	Bénéfice	Prélèvement	Catégorie mère
Glycémie		1	BIOCHIMIE	90		150	20	Tube héparin	
Urée sanguine (Urémie)		2	BIOCHIMIE	90		200	20	Tube héparin	
Créatinine sanguine		3	BIOCHIMIE	90		200	20	Tube héparin	
Acide Urique sanguin (Uricé...		4	BIOCHIMIE	90		250	20	Tube héparin	
Magnesium		5	BIOCHIMIE	90		250	30	Tube héparin	
Phosphorémie		6	BIOCHIMIE	90		250	30	Tube héparin	
Diurèse		7	BIOCHIMIE	90		0	30	Pot à vis	
Microalbuminurie		8	BIOCHIMIE	90		800	30	Pot à vis	
Albumine		9	BIOCHIMIE	90		300	30	Tube héparin	
Aldolase		10	BIOCHIMIE	90		850	30	Tube héparin	
Amylasemie		11	BIOCHIMIE	90		500	30	Tube héparin	
Amylasurie		12	BIOCHIMIE	90		500	30	Pot à vis	
Calcéurie		13	BIOCHIMIE	90		200	20	Pot à vis	
Calcémie		14	BIOCHIMIE	90		200	10	Tube héparin	
Clairance de la Créatinine		15	BIOCHIMIE	90		0	30	Tube héparin	
CPK		16	BIOCHIMIE	90		450	30	Tube héparin	
Créatinine urinaire		17	BIOCHIMIE	90		200	3	Pot à vis	
Coefficient de saturation [CS]		18	BIOCHIMIE	90		0	3	Tube héparin	
Electrophorese des proteines		19	BIOCHIMIE	90		950	30	Tube sec	
Fer serique		20	BIOCHIMIE	90		400	30	Tube héparin	
Ferritine		21	BIOCHIMIE	90		950	30	Tube sec ou EDTA	
Folates (Vit B9)		22	BIOCHIMIE	90		1650	30	Tube EDTA ou Citraté	
G6PD		23	BIOCHIMIE	90		1450	30	EDTA	
Haptoglobines		24	BIOCHIMIE	90		1300	30	Tube Sec	
LDH		25	BIOCHIMIE	90		450	30	Tube héparin	

Cliquez sur l'entête des colonnes « **ordre** » afin d'afficher les lignes par ordre croissant ou décroissant.

Allez maintenant vers le bas du tableau.


Double-cliquez sur la dernière colonne **Paramètre** VIDE.

	Nouveau paramètre 2	42	BIOCHIMIE	90
▶*		0		0

Suivez les mêmes étapes précédentes, puis, une fois terminées, cliquez sur enregistrer.

Modifier un paramètre

Pour modifier un paramètre, il suffit juste de double-cliquer sur le paramètre en question. Vous allez être redirigé vers l'onglet **propriétés paramètre**.



Modifiez la ou les propriétés du paramètre en question puis enregistrez.

Note : nous allons détailler les valeurs de référence, unité secondaire, méthode d'analyse dans la prochaine section (même principe).


Supprimer un paramètre / groupe de paramètres

Pour supprimer un paramètre, sélectionnez toute la ligne depuis le tableau en cliquant sur la tête de la ligne à gauche, puis appuyez sur la touche **Supprimer** du clavier.




Une fois que vous avez terminé de supprimer tous les paramètres indésirables, cliquez sur **enregistrer**.

Pour supprimer une catégorie entière, commencez par filtrer le tableau en affichant seulement la catégorie que vous désirez supprimer. Dans cet exemple (ci-dessus) **chimie des urines**.



Sélectionnez tout en cliquant sur la cellule d'entête commune à côté de l'entête des colonnes paramètre :




Paramètre	alias	Ordre	Catégorie
Sang		1	CHIMIE DES URINES
Bilirubine		2	CHIMIE DES URINES
Urobilirubinogène		3	CHIMIE DES URINES
Proteines		4	CHIMIE DES URINES
Nitrites		5	CHIMIE DES URINES
Corps cétoniques		6	CHIMIE DES URINES
Glucose		7	CHIMIE DES URINES
PH		8	CHIMIE DES URINES
Leucocytes		9	CHIMIE DES URINES
Densité		91	CHIMIE DES URINES

Appuyez sur la touche **Supprimer** du clavier.

Une fois terminé, cliquez sur **enregistrer**.


Mode avancé

Le mode avancé vous donne accès à encore plus de détails de la configuration des paramètres que vous allez les trouver sur l'onglet droit à chaque fois que vous cliquez sur un paramètre.



Ajouter un paramètre


Pour ajouter un nouveau paramètre, cliquez sur le bouton en vert **Ajouter**.




Une nouvelle ligne est ajoutée, sur l'onglet droit, saisissez tous les détails du paramètre en question.

Saisissez l'ordre du paramètre.

Sur le champ catégorie, commencer à saisir les premières lettres de la catégorie laquelle vous souhaitez au paramètre en cours d'édition.



Si vous souhaitez créer une nouvelle catégorie, cliquez sur le **bouton (+)** en vert.




Un ordre sera automatiquement attribué à cette nouvelle catégorie.

Configuration des valeurs de référence

Prolab LIS vous permet de configurer les valeurs de référence de chaque paramètre en fonction de **l'âge et le sexe** du patient. Les valeurs seront affichées dans la fiche de résultats en fonction de l'âge et le sexe du patient.

Note : Si vous souhaitez afficher une valeur de référence générique il suffit de remplir le champ valeur de référence.




Remarque : le symbole **
** peut être utilisé dans tous les champs de texte pour indiquer un saut de ligne.


Résultat :

PARAMÈTRE	RÉSULTAT	ANTERIORITÉ	UNITÉ	VALEUR DE RÉFÉRENCE
		NOUVELLE CATEGORIE		
Nouv Par	**VAL.**			[12-13] U/L HOMMES [12-55] U/L FEMMES


Plusieurs valeurs de référence pour un seul paramètre

Pour un affichage personnalisé des valeurs de référence cliquez sur **ouvrir l'assistant** :





Commencer à saisir toutes les valeurs de références pour toutes les combinaisons **âge-sexe**.




Note : assurez-vous que les bornes d'intervalles d'âge ne sont pas égales.

Une fois terminé, cliquez sur **Accepter**.

Résultats :

Patient : Homme – âge : 19 ans.




Patient test

Date du prélèvement: 17/06/2019 21:02:00
Médecin: Dr X

Sexe: Homme
Age: 19 ans
Le: 18/06/2019
Numéro: 1

PARAMÈTRE	RÉSULTAT	ANTERIORITÉ	UNITÉ	VALEUR DE RÉFÉRENCE
NOUVELLE CATEGORIE				
Nouv Par			U/L	[VAL1-VAL2] U/L

Patient : Femme – âge : 19 ans.




Patient test

Date du prélèvement: 17/06/2019 21:02:00
Médecin: Dr X

Sexe: Femme
Age: 19 ans
Le: 18/06/2019
Numéro: 1

PARAMÈTRE	RÉSULTAT	ANTERIORITÉ	UNITÉ	VALEUR DE RÉFÉRENCE
NOUVELLE CATEGORIE				
Nouv Par			U/L	[VAL5-VAL6] U/L

Patient : NN – âge : 1 jour.




Patient test

Date du prélèvement: 17/06/2019 21:02:00
Médecin: Dr X

Sexe: NN
Age: 1 jours
Le: 18/06/2019
Numéro: 1

PARAMÈTRE	RÉSULTAT	ANTERIORITÉ	UNITÉ	VALEUR DE RÉFÉRENCE
NOUVELLE CATEGORIE				
Nouv Par			U/L	[VAL9-VAL10] U/L

Note : si vous modifiez le sexe, âge du même patient déjà enregistré, vous devez mettre à jour ses données cliniques en cliquant sur le bouton 


.

Unités secondaires

Si vous souhaitez afficher deux valeurs en deux unités interconvertibles de manière automatique, il vous suffit de configurer la formule de conversion de l'unité principale à l'autre (unité secondaire).

Si par exemple l'unité principale est mg/L, la conversion d'un nombre x en unité secondaire en **µg/L** multiplie x fois 1000.

L'expression de l'unité secondaire sera :



Si l'unité secondaire devait être g/L par exemple, l'expression de l'unité secondaire serait : x/1000 g/L et ainsi de suite.

En règle générale l'expression de l'unité secondaire s'écrit comme suit :


(f(x)) unité secondaire (séparés par un espace) : exemple : f(x) = (x-100)*8

➔ Unité secondaire : (x-100)*8 µg/L.

Résultat pour l'unité secondaire : x*1000 µg/L


PARAMÈTRE	RÉSULTAT	ANTERIORITÉ	UNITÉ	VALEUR DE RÉFÉRENCE
	NOUVELLE CATEGORIE			
Nouv Par	**3** **3000**		mg/L µg/L	[VAL9-VAL10] U/L


Méthode d'analyse et commentaires




L'éditeur intégré de Prolab LIS vous permet d'ajouter des commentaires, méthodes d'analyses des tableaux d'interprétation voire n'importe quel contenu qui sera affiché dans le résultat au-dessous du paramètre en question lors de l'impression.

Pour ajouter des commentaires au-dessous d'un paramètre, cliquez sur le bouton bleu ouvrir l'éditeur.






Dans cet exemple, nous allons saisir la méthode d'analyse utilisée pour mesurer le paramètre en question.



Une fois terminé, cliquez copier texte formaté :




Enregistrez les modifications dans la fenêtre de configuration avancée des paramètres.

Résultat :

PARAMÈTRE	RÉSULTAT	ANTERIORITÉ	UNITÉ	VALEUR DE RÉFÉRENCE
		NOUVELLE CATEGORIE		
Nouv Par	3 3000		mg/L µg/L	[VAL9-VAL10] U/L
Méthode d'analyse par Immunoenzymométrie				


Note : vous pouvez ajouter n'importe quel type de données à savoir des tableaux d'interprétation, des images, etc.

Ordre des catégories



Le mode avancé de configuration des paramètres vous permet d'organiser **l'ordre** et la **hiérarchie** des catégories (groupes de paramètres) en quelques minutes.

Sur l'onglet gauche (voir la figure ci-dessus) nous allons essayer de modifier l'ordre et la hiérarchie de la catégorie « **nouvelle catégorie** » que nous venons de créer précédemment.




Simplement, cliquez sur la catégorie dont vous souhaitez modifier l'ordre.

Incrémentez ou décrémentez la valeur de l'ordre en cliquant sur les boutons (+) et (-) de l'ordre :




Si vous souhaitez que cette catégorie soit une sous-catégorie (hiérarchie) au sein d'une autre catégorie, glissez et déposez-la avec le curseur de votre souris dans la catégorie cible, à condition que cette dernière ne soit pas une catégorie fille appartenant à une catégorie parente supérieure.



Ici, dans cet exemple, nous avons déposé NOUVELLE CATÉGORIE dans la catégorie mère FORMULE DE NUMÉRATION SANGUINE.

Une fois terminé, cliquez sur **sauver**.



Nous allons tester cette modification sur la fiche de résultat d'analyse.

PARAMÈTRE	RÉSULTAT	ANTERIORITÉ	UNITÉ	VALEUR DE RÉFÉRENCE
FORMULE NUMERATION SANGUINE				
Globules Blancs	v		Mille/mm3	[4-10]
Globules Rouges	v		Millions/mm3	[3,5-5,5]
Hémoglobine	v		g/dl	[11-16]
Hématocrite	v		%	[37-54]
V.G.M	v		fi	[80-100]
T.G.M.H	v		pg	[27-34]
C.C.M.H	v		g/dl	[32-36]
Plaquette	v		Mille/mm3	[100-300]
Lymphocyte	v		Mille/mm3	[0,8-4,0]
Monocytes	v		Mille/mm3	[0,1-1,5]
Granulocytes	v		Mille/mm3	[2-7]
FNS	v			
NOUVELLE CATEGORIE				
Nouv Par	3 3000		mg/L µg/L	[VAL9-VAL10] U/L
Méthode d'analyse par Immunoenzymométrie				

La nouvelle catégorie s'affiche en tant que sous-catégorie de la catégorie Formule Numération Sanguine qui, elle contient des paramètres propres aussi.

Modification et suppression de paramètres groupe de paramètres

La modification et la suppression de paramètres / groupe de paramètres se font de la même façon que celle dans le mode simple.

Configuration du style des résultats

Prolab LIS vous offre la possibilité de personnaliser entièrement vos fiches de résultats. Cette personnalisation inclut : l'entête et le pied de page, les couleurs, l'arrière-plan, les polices, les tailles de police, le logo, etc.

Entête personnalisé

Si vous souhaitez placer un entête (photo entière) personnalisé :

Dans ce cas vous devez d'abord remplacer le logo par l'entête que vous désirez installer, pour cela, cliquez sur **config labo > logo/Entête puis choisissez votre entête personnalisé.**



Cliquez sur enregistrer.

Maintenant sur Style résultats > Entête : replacez le code html par :

<html><body style="font-family: Times New Roman">

Enregistrer.

Redémarrez l'application.

Résultat :



Personnaliser le code HTML de l'entête courant

Sur Style résultats > Entête > cliquez sur copier

Sur Notepad ou autre éditeur de texte coller le texte copié :

<html><body style="font-family: Times New Roman">

<table width="100%">

<tbody>

<tr>

```
<td valign="top">
<p style="line-height: 70%;" align="center"><img src="{logo}" width="100" /></p>
</td>
<td width="100%">
<h2 style="line-height: 69%;" align="center"><strong>{title1}</strong></h2>
 <p style="line-height: 69%;" align="center">{mail}</p>
<p style="line-height: 69%;" align="center"><strong>{doctor}</strong></p>

<p style="line-height: 69%;" align="center">T&eacute;l&eacute;phone : {phone} | email : {email}</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p> </p>
```

Vous souhaitez masquer le numéro de téléphone : remplacez **{phone}** par n'importe quelle valeur (numéro de téléphone).

Si vous souhaitez par exemple supprimer la ligne complète contentent le numéro de téléphone et l'email, supprimez le texte en bleu et remplacez-le par un autre texte ou laissez le vide.

Copier le texte du Bloc-notes.

Sur Style résultats > Entête > remplacez l'entête par le texte récemment copié.

Enregistrez.

Si vous souhaitez ajouter les modifications 1) et 2) à la liste des modèles entête pour pourvoir les charger facilement sans reprendre les étapes décrites ci-dessus, suivez les instructions de la documentation section Configuration du style des résultats.

Pied de page personnalisé

Le pied de page personnalisé peut être aussi configuré de la même manière que l'entête.





Comment le style des résultats est-il généré

Le style des résultats est basé sur des modèles ou **templates** écrits en HTM qui est un langage de balisage conçu pour représenter les pages web. Ce langage permettant d'écrire de l'hypertexte, d'où son nom. HTML permet également de structurer sémantiquement et logiquement et de mettre en forme le contenu des pages, d'inclure des ressources multimédias dont des images.

Il s'agit donc d'un langage puissant qui permet de générer de manière flexible beaucoup de modèles personnalisés.

Pour modifier le style des pages de résultat, vous devriez être familier avec le langage HTML.

Depuis le tableau de bord, cliquez sur : **Style Résultat.**

Note : n'hésitez pas à demander l'aide de l'assistance technique pour vous aider à mettre en place votre style personnalisé (gratuit pendant la période d'assistance gratuite).



Si l'aperçu n'apparait pas, cliquez sur n'importe quel champ de texte, et taper **espace.**

Généralement un modèle de style résultat contient 5 sections :


1. En-tête
2. Infos patient
3. Catégorie
4. Paramètres
5. Pied de page

Les variables qui se trouvent entre des moustaches {} vont être remplacées par des valeurs spécifiques (données du dossier patient, résultats d'analyses, etc.), nous vous suggérons de ne pas les modifier.

Le modèle de chaque section peut être individuellement remplacé par d'autres **modèles préconfigurés** en cliquant sur les flèches bleues :




Si vous souhaitez modifier les modèles préconfigurés, cliquez sur configuration avancée (en haut à droite).



Un assistant de configuration de blocs HTML s'ouvrira.

Cliquez sur l'onglet code.




Vous allez remarquer que pour chacune des sections précédentes, il existe deux modèles différents ayant le même type.

Vous pouvez créer un nombre illimité de modèles préconfigurés pour chaque section.


Mais que faire si vous n'êtes pas familier avec le code HTML ?!

Pas de problème, il existe des éditeurs visuels en ligne gratuits appelés des éditeurs wysiwyg. Ils vous permettent de convertir vos modèles en code HTML interprétables sur Prolab LIS.


Dans cet exemple nous allons essayer de modifier la partie informations patient :



Le code HTML de cette partie se trouve ici :





Le type du bloc HTML de cette partie est : **infopatient**



Nous allons donc créer un nouveau bloc de code HTML de type **infopatient**.


Pour cela copier d'abord le code d'un autre bloc de même type (en l'occurrence **infopatient**) en cliquant sur **copier**.





Allez sur le site : https://html-online.com/editor/


Remarque : vous pouvez trouver d'autres éditeurs html gratuits en ligne.



Commencer maintenant à modifier ce vous souhaitez le modifier dans l'éditeur visuel sur l'onglet gauche. Les modifications sont instantanément traduites en code HTML à droite au fur et à mesure que vous effectuez une modification.


Une fois terminé, sélectionnez tout le code HTML à droit, clic droit > **copier.**

Revenons maintenant à notre éditeur de Blocs de code HTML, cliquez sur ajouter,



Attribuer un nom au bloc ajouté, le plus important c'est de spécifier le type du bloc ajouté. Ici **infopatient** (sélectionnez-le depuis la liste déroulante).


Collez le code copié depuis l'éditeur HTML en ligne dans le champ de texte sur **l'onglet code** :




Maintenant enregistrez.

Fermez et rouvrez la fenêtre style résultats pour que les changements soient actifs.

Naviguez maintenant à l'aide des flèches bleues pour retrouver le modèle que vous venez de créer.



Résultat :




Enregistrez comme modèle par défaut en cliquant sur le bouton



Résultat :



Remarque : vous pouvez toujours revenir vers la configuration antérieure en sélectionnant les modèles antérieurs préconfigurés.




Les annexes résultats

L'éditeur intégré de Prolab LIS vous permet de créer un nombre illimité d'attachements (annexes) résultats, les attacher et les remplir au moment de la rédaction des résultats des analyses (exemples : ECBU, Spermogrammes, Groupages sanguins … etc.).


Le logiciel vient avec des annexes standards préconfigurées (environ 25 annexes).

Note : le service après-vente propose aussi des fiches annexes avec des styles avancés légers et très bien conçus.

Cependant, vous pouvez vous-mêmes créer vos fiches propres.




Prolab LIS propose deux modes pour la création d'annexes résultats :



1- **Mode simple (recommandé en raison de performance)**
2- **Éditeur avancé**


L'éditeur avancé

L'éditeur avancé ressemble à l'éditeur de texte Microsoft Word, il vous permet de créer de manière simplifiée sans aucune connaissance préalable du code HTML des fiches annexes personnalisées. Cependant, cet éditeur demande une performance élevée de la part de votre machine notamment en termes de mémoire.



L'éditeur avancé vous permet également d'importer vos fiches depuis Microsoft Word et les sauvegarder sur Prolab LIS.

Pour créer une fiche annexe par l'éditeur avancé, cliquez sur **Ajouter nouveau. Saisissiez le nom du modèle. Importez votre modèle depuis Microsoft Word en cliquant sur File > Word Document.**




Ou bien commencer à créer directement votre modèle sur l'éditeur.

Une fois que vous aurez terminé, cliquez sur **enregistrer**.

Éditeur simple


L'éditeur simple vous permet de créer des fiches annexes légères et ergonomiques.

Importer vos fiches depuis Microsoft Word dans l'éditeur simple :




Nous avons créé un exemple de fiche normalement sur Microsoft Word:


Sélectionner tout le document et cliquer sur copie.




Sur annexes > **créer une nouveau template (Modèle) :**



Cliquez sur le petit bouton coller depuis Microsoft Word




Le document est importé avec succès.




Pour les tableaux

Ajustez la taille des bordures et le positionnement des tableaux.



Modifiez la taille des bordures et l'alignement si vous souhaitez que votre tableau s'affiche au milieu par exemple.




TAB (Clavier) pour Entrée pour valider.

Faites la même chose avec les autres tableaux si nécessaire.


Maintenant :

1. Cliquez sur source
2. Sélectionner tout le document
3. Clic droit avec la souris > Copier
4. Cliquez sur Coller le code
5. Cliquez sur Enregistrer




Tester la fiche créée :

Saisie du résultat :



Impression :



Impression
Imprimer
Impression PDF
Copier
Résultat
Attachements: (2)
Clairance Modèle
Imprimantes:
Microsoft Print to PDF
Imprimer le pied de page
Aperçu
LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES
RUE VICTOR HUGO
Prolab Medico
Téléphone : 0000 | email : prolabmedico@gmail.com
Fiche Clairance de Créatinine
Résultats
Normes
unités
Créatinémie
8
7-14
mg/l
MDRD
31
655
ml/min/1.73 m²
Normes selon MDRD
DFG(ml/min/1.73 m²)
Stades
>90
normal
60 à 90
Insuffisance rénale débutante
30 à 60
Insuffisance rénale modérée
15 à 30
Insuffisance rénale sévère

Ajouter l'entête d'indentification du Patient aux modèles créés




Copier le code suivant:

```
<div style="margin-right: 39px;" align="right">
<table style="height: 40px;">
<tbody style="font-size: 14px;">
<tr>
<td colspan="2"><img src="{barcode}" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Le:</td>
<td align="left"><strong>{date}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Num&eacute;ro:</td>
<td align="left"><strong>{id}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Nom et Pr&eacute;nom:</td>
<td align="left"><strong>{name}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Age:</td>
<td align="left"><strong>{age}</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
```




Enregistrer

Résultat:



Impression

Prolab LIS détecte automatiquement les imprimantes installées sur votre système et/ou connectées au réseau. Le programme souvient aussi de chaque imprimante utilisée pour l'impression de code à barres, des tickets, des fiches patient, et des résultats d'analyse. Ainsi, vous n'aurez pas à sélectionner à chaque impression l'imprimante par défaut, Prolab LIS le fait pour vous de manière automatique.




Impression du résultat

Pour imprimer un résultat, il faut d'abord le valider par l'administrateur. Une fois validé, allez sur résultats et cliquez sur imprimer.




Une fenêtre d'aperçu apparait.

Cochez la case imprimer le pied de page (le logiciel se souviendra de votre choix dans les prochaines impressions) si vous voulez afficher le pied de page ainsi que la numérotation des pages.



Naviguez entre résultat principal et attachements pour imprimer chacun individuellement en cliquant respectivement soit sur la liste déroulante attachement (voir ci-dessous) ou sur le bouton résultat.



Une fois l'attachement ou le résultat affiché, cliquez sur le bouton **Imprimer** pour imprimer sur papier.

Pied de page activé résultat :

Le : 19/06/2019 12:10:57 | ID: 2 | Patient test | | Fumer nuit à votre santé - Laboratoire - Santé Page 1 sur 2


Cliquez sur **Impression PDF** pour convertir le document en fichier PDF.

Cliquez sur Copier pour simplement copier le contenu du document.


Réglages des marges d'impression

Sur Prolab, LIS, trois fenêtres d'impression sont disponibles, l'impression taille normale (résultats, fiches, devis), taille moyenne (tickets) et taille petite (code à barres). Vous pouvez régler les marges de manière indépendante pour qu'elles soient chargées de façon automatique en fonction du mode d'impression :

Sur Config Labo > **Réglages des constantes** :




Résultat :




Autosuggestion des conclusions

Pour une saisie rapide des résultats, Prolab LIS apprend les conclusions des analyses précédentes et vous suggère au moment de la saisie des conclusions pertinentes.




Réductions / catégories client



Vous pouvez organiser les réductions au sein de votre établissement en créant des catégories (groupes) de clients, au sein de chaque catégorie/groupe, est appliquée pour chaque paramètre une réduction en valeur absolue (exemple -1 EUR pour le paramètre X et -3 EUR pour le paramètre Y) ou en pourcentage (%).


L'exemple ci-dessous montre une réduction en pourcentage de 10% appliquée en vrac sur tous les paramètres de la catégorie appelée « **générale** ».



Paramètre	Catégorie	Prix initial	Réduction en %	Réduction en VA	Prix net
Troponine	MARQUEURS CARDIAQUES	1300	10	-	1170
Glycémie	BIOCHIMIE	150	10	-	135
CRP	BILAN INFLAMMATOIRE	350	10	-	315
Urée sanguine (Urémie)	BIOCHIMIE	200	10	-	180
Créatinine sanguine	BIOCHIMIE	200	10	-	180
Acide Urique sanguin (Uricémie)	BIOCHIMIE	250	10	-	225
Triglycerides	BILAN LIPIDIQUE	200	10	-	180
Cholésterol total	BILAN LIPIDIQUE	200	10	-	180
Cholésterol HDL	BILAN LIPIDIQUE	200	10	-	180
Cholésterol LDL	BILAN LIPIDIQUE	0	10	-	0
GAMMA GT	BILAN HEPATIQUE	450	10	-	405
Phosphatases Alcalines	BILAN HEPATIQUE	200	10	-	180
Bilirubine indirecte	BILIRUBINE	0	10	-	0
Transaminases: ASAT (TGO)	BILAN HEPATIQUE	200	10	-	180
Transaminases: ALAT (TGP)	BILAN HEPATIQUE	200	10	-	180
Magnesium	BIOCHIMIE	250	10	-	225
Phosphorémie	BIOCHIMIE	250	10	-	225

Pour créer une nouvelle catégorie client et appliquer au sein de cette catégorie un système de réductions spécifique :

Cliquez sur **nouvelle catégorie,** saisissez le nom de la catégorie (obligatoire), les autres propriétés sont facultatives.




Une fois terminé, cliquez sur **enregistrer**.

Maintenant pour le réglage de réductions : cliquez sur le bouton bleu : **réglages des réductions** :


Vous pouvez appliquer soit :

Des réductions paramètre par paramètre et ceci soit en pourcentage ou en VA:



Ou bien :

Des réductions générales soit en % ou en VA en cochant « **en %** » ou « **en valeur absolue** » :




Paramètre	Catégorie	Prix initial	Réduction en %	Réduction en VA	Prix net
Troponine	MARQUEURS CARDIAQUES	1300	-	10	1290
Glycémie	BIOCHIMIE	150	-	10	140
CRP	BILAN INFLAMMATOIRE	350	-	10	340
Urée sanguine (Urémie)	BIOCHIMIE	200	-	10	190
Créatinine sanguine	BIOCHIMIE	200	-	10	190
Acide Urique sanguin (Uricémie)	BIOCHIMIE	250	-	10	240
Triglycerides	BILAN LIPIDIQUE	200	-	10	190
Cholésterol total	BILAN LIPIDIQUE	200	-	10	190
Cholésterol HDL	BILAN LIPIDIQUE	200	-	10	190
Cholésterol LDL	BILAN LIPIDIQUE	0	-	10	-10
GAMMA GT	BILAN HEPATIQUE	450	-	10	440
Phosphatases Alcalines	BILAN HEPATIQUE	200	-	10	190
Bilirubine indirecte	BILIRUBINE	0	-	10	-10
Transaminases: ASAT (TGO)	BILAN HEPATIQUE	200	-	10	190
Transaminases: ALAT (TGP)	BILAN HEPATIQUE	200	-	10	190
Magnesium	BIOCHIMIE	250	-	10	240
Phosphorémie	BIOCHIMIE	250	-	10	240

Une fois terminé cliquez sur **accepter** pour que tout soit calculé.

Les modifications seront automatiquement sauvegardées.

Pour appliquer le système de réductions **Nouvelle catégorie** au patient test, il vous suffit simplement de sélectionner catégorie client :



Les réductions vont être appliquées automatiquement, dans le cout de l'analyse, devis, fiche patient et la comptabilité.


Modifier les réductions

Vous pouvez à tout moment modifier les réductions en allant sur Réglages réductions > modifier les valeurs souhaitées > accepter.

Note : vous pouvez aussi à tout moment changer la catégorie client attribuée à tout client, ce dernier affectera à l'application du changement le cout de l'analyse, devis, fiche patient et la comptabilité de manière dynamique.

Traçabilité

Le module traçabilité capture et enregistre les actions de tous les utilisateurs à la seconde de leur apparition. Cela vous donne une vision globale et détaillée sur l'historique des opérations enregistrées sur Prolab LIS allant des sauvegardes des dossiers patients, résultats, impression aux modifications effectuées par tous les employés du laboratoire. Ce module, à côté d'autres tels que comptabilité, stats ne peut être accédé que par un compte à privilège administrateur.



La recherche rapide vous permet de filtrer rapidement l'historique par mot clé de l'opération effectuée, catégorie, client, employé ou par instrument.

Vous pouvez aussi filtrer cet historique par intervalle de dates et imprimer un rapport en cliquant sur imprimer.


Formules de Calcul mathématique

Le module formule de calcul mathématique vous permet de programmer vos formules (nombre illimité de formules) nécessaires pour le calcul de certains paramètres complémentaires.

L'exemple le plus connu est la formule de calcul du cholestérol de **Friedewald :**


$$\textbf{LDL}\text{-C} = \text{CT} - \textbf{HDL}\text{-C} - \text{TG}/5$$

Pour programmer cette formule, depuis le tableau de bord, cliquez sur **formules maths**.




Cliquez sur **nouveau**.


Saisissez le paramètre à calculer : dans notre cas c'est cholestérol LDL :



Dans le champ formule commencer à saisir la formule on se tenant à sélectionner chaque variable depuis la liste de suggestions.




Enfin :



Enregistrons et allons tester cette formule.

Après avoir cliqué sur Calcul Auto :




Paramètre	Catégorie	Valeur de référence	Unité	Valeur	Alarme
Triglycerides	BILAN LIPIDIQUE	H [0.4-1.6] F...	g/L	3	☐
Cholésterol total	BILAN LIPIDIQUE	<2	g/L	7	☐
Cholésterol HDL	BILAN LIPIDIQUE	H <0,35 F <0,...	g/L	3	☐
Cholésterol LDL	BILAN LIPIDIQUE	<1,5	g/L	3,40	☐

La valeur du Cholestérol LDL a été calculée (3,40) = 7 – 3 – 3/5 = 3,40 avec deux décimales après la virgule.

Diagramme d'une routine d'un laboratoire d'analyses médicales

Exemple simplifié d'un cas avec Prolab LIS



Les formes en rouge sont des PC connectés au réseau sur lesquels est installé Prolab LIS.

Le patient vient au laboratoire avec une demande d'analyse de la part de son médecin traitant

Au niveau de la réception le personnel avec le privilège **saisie dossiers patients** saisit son nom prénom, date de naissance, sexe, médecin traitant, analyses demandé, … etc. Prolab LIS lui génère un code à barre pour les prélèvements et un QR pour le patient lui-même. Le QR patient ne change pas pour un même patient tandis que le code à barre change pour chaque analyse (série de prélèvement) du patient en question.


En fonction des analyses saisie Prolab LIS génère automatiquement un ticket de prélèvement avec les tubes à envoyer avec le patient à la salle de prélèvement :



Vous pouvez utiliser une imprimante thermique pour imprimer deux tickets un pour le patient (à présenter lors de la récupération des résultats) et l'autre pour le personnel préleveur.

À côté du ticket, les tickets code à barres/QR doivent être apposés sur tous les tubes vierges avant le prélèvement.


Vous pouvez utiliser une imprimante thermique pour code à barres afin d'imprimer les tickets générés automatiquement par Prolab LIS en fonction des analyses saisies.





Imprimante thermique pour code à barres + Scanner code à barres

Les échantillons étiquetés vont ressembler à ceci :



Les prélèvements seront répartis sur les paillasses.

Chaque paillasse exécute le groupe d'analyses qui lui est attribué. Étant synchronisées avec le Serveur tous les résultats enregistrés sont collectés et regroupés automatiquement par Prolab LIS.


Le gérant visualise la progression (l'état) des analyses en temps réel, une fois terminées, montant réglé au complet, il valide.

Une fois validée, l'impression des résultats est activée dans la réception.

Le patient peut désormais recevoir un email ou vient récupérer son résultat via le ticket de prélèvement.

En même temps toutes les copies des dossiers patients, analyses sont stockées sur le serveur Prolab LIS pour une facilité de saisie ultérieure (chargement automatique) ou pour visualiser l'historique des résultats précédents.

Dossiers patients / Résultats




Le module dossiers patient enregistre est au cœur du flux de travail de Prolab LIS. Il vous permet d'enregistrer / modifier / supprimer toutes informations relatives à vos patients.

Ajouter un nouveau patient

Pour ajouter un nouveau patient cliquez sur le bouton vert **Ajouter Patient** :





Un nouvel ID et code à barres seront automatiquement généré pour ce Patient.


Sur le champ Nom et prénom si le nom du patient existe déjà, Prolab LIS vous charge automatiquement des données préenregistrées du patient en question, cela vous permet de gagner du temps.

Cependant, si le nom du patient n'existe pas vous devez le saisir complètement.

Note : vous pouvez annuler à tout instant et supprimer la saisie courante en appuyant tout simplement sur la touche « **échappe** » de votre clavier.

Date de naissance et autogénération d'âge :

Prolab LIS génère automatiquement l'âge du patient en saisissant simplement sa date de naissance. Toute fois vous avez le choix d'ignorer ce processus et saisir l'âge de votre patient manuellement.



Sélectionnez les attributs du prélèvement : externe / prioritaire / aucun pour le classement ultérieur.




Sélectionnez le sexe et la catégorie de client (calcul de réductions) → obligatoires

Le numéro de téléphone, l'email et le médecin traitant si nécessaire.

La date du prélèvement est automatiquement ajustée à l'heure de création du dossier patient en cours, si par contre, vous avez prélevé votre patient dans une date antérieure ou vous compter le faire ultérieurement vous pouvez la modifier.


Si vous souhaitez attacher des pièces jointes au dossier en cours, exemple copie de la carte d'identité, ordonnances, autres documents en format : *jpg, png, bmp* ou *gif* cliquez sur pièces jointes.



Maintenant vous devez sélectionner toutes les analyses à faire pour les prélèvements du patient en cours. Pour cela cliquez sur : Paramètres d'Analyse.




Paramètres d'analyse




Une fois sur la fenêtre paramètres d'analyse, vous pouvez soit :

- Sélectionner à la fois un groupe de paramètres en un clic en sélectionnant le groupe approprié, par exemple, si vous sélectionner le groupe biochimie en bleu à droite, tous les paramètres appartenant à ce groupe vont être cochés :




- Ou bien vous pouvez sélectionner les paramètres un par un à gauche et utiliser le champ paramètre pour chercher filtrer un élément.



Une fois que vous aurez sélectionné tous les groupes / paramètres souhaités, cliquez sur **calculer**.


Prolab LIS calculera le **total** et le **NET** en fonction du système de réductions attribué au patient en cours.



Dans cet exemple, le système de réduction n'applique aucune réduction pour les paramètres sélectionnés.

Impression devis

Vous pouvez imprimer la facture d'analyse ici en cliquant sur **Imprimer**.



TIBC	450	**450**	**0**	**0**
Transferrine	1250	**1250**	**0**	**0**
Acide Urique urinaire (Uricurie)	250	**250**	**0**	**0**
Acide vanylmandelique (VMA)	2000	**2000**	**0**	**0**
Electrophorese Hémoglobine	1100	**1100**	**0**	**0**
Proteines Total	350	**350**	**0**	**0**
Fructosamine	900	**900**	**0**	**0**
Vitamine B12	1500	**1500**	**0**	**0**
Vitamine D (25 OH)	2500	**2500**	**0**	**0**
Microalbuminurie de 24 H	800	**800**	**0**	**0**
Urée urinaire (Uraturie)	200	**200**	**0**	**0**
Nouveau paramètre	200	**200**	**0**	**0**
Nouveau paramètre 2	221	**221**	**0**	**0**
BILAN INFLAMMATOIRE				
CRP	350	**350**	**0**	**0**

Total: 30271 CUR

Total NET: 30271 CUR

Réduction en %: 0%

Réduction en VA: 0 CUR

Note : le symbole monétaire est configuré ici **CUR, si vous désirez le modifier veuillez-vous référer à la section configuration labo.**

Imprimer directement sur papier ou exporter en format PDF.

Revenant à présent à la fenêtre paramètres d'analyse.

Cliquez maintenant sur Accepter.

Saisissez le montant payé par le patient en bas, Prolab LIS calcule le montant restant.



Une fois terminé : enregistrer le dossier en cours en cliquant sur le bouton **enregistrer**.

Imprimer ticket de prélèvement et la file d'attente


Maintenant vous avez le dossier patient enregistré dans la base de données, il ne reste que prélever, exécuter les analyses demandées, et rédiger les résultats.

Prolab LIS générera automatiquement la liste des prélèvements à effectuer à partir de la sélection des paramètres.

Pour générer le ticket de prélèvements cliquez sur le bouton Impr. Ticket en haut à gauche :



Un ticket contenant le code à barres, les coordonnées du patient, la date de prélèvement, l'identifiant ainsi que les prélèvements à faire (générés automatiquement) est généré.




Note : nous vous conseillons d'utiliser une imprimante thermique spéciale pour imprimer ces tickets (voir la photo ci-dessous). Ajustez le zoom et sélectionnez l'imprimante par défaut dédiée si nécessaire.



Imprimer les tickets de code à barres à apposer sur les tubes / récipients des prélèvements




Générer les tickets de code à barres à apposer sur les prélèvements, Prolab LIS le fait automatiquement en un seul clic. Cliquez sur le bouton **Impr. CB.**



Note : nous vous conseillons d'utiliser une imprimante thermique spéciale pour imprimer les tickets de code à barres (voir la photo ci-dessous). Ajustez le zoom, les espaces interligne et sélectionnez l'imprimante par défaut dédiée si nécessaire.




Résultat :




Saisie résultat patient

Une fois que les résultat d'analyse en cours sont prêts, cliquez sur résultat (en haut à droite ou à gauche) :



Les catégories (groupes) de paramètres, les valeurs de référence ainsi que les unités sont générées automatiquement.


Vous n'avez qu'à saisir les valeurs.




Attachez des annexes

Vous avez déjà préconfiguré vos annexes résultats dans la section précédente (voir plus haut), vous pouvez maintenant les utiliser.

Pour attacher une annexe résultat, cliquez sur Annexe (si).



Sélectionner la ou les annexes souhaitées puis cliquez sur le bouton vert **Ajouter**.



Remplissez chaque annexe par les résultats.

Une fois terminé cliquez sur **enregistrer**.

Vous pouvez visualiser l'ensemble des annexes ajoutées un par un en cliquant sur parcourir suivant, si vous souhaitez supprimer une annexe ajoutée cliquez sur **supprimer,** si vous désirer réinitialiser et supprimer tout, cliquez sur **supprimer tout**.

Une fois terminé cliquez sur **enregistrer**.

Valeur à calculer par les formules mathématiques préconfigurées :


Cliquer sur calcul auto pour calculer les valeurs à calculer par les formules mathématiques que vous avez enregistrées :




Enregistrer les résultats saisis en cliquant sur le bouton **enregistrer**.

Note : le résultat ne peut être imprimé qu'après validation de l'administrateur.

Une fois le résultat revu et jugé prêt, cliquez sur **validation** (bouton vert).




Pour imprimer le résultat et les annexes cliquez sur **Imprimer**.



Votre e-signature est insérée automatiquement après validation du résultat.

Pour imprimer les annexes attachées : cliquez sur **Attachements :**





Afficher les Antériorités

Si le patient possède déjà un dossier enregistré dans la base de données, Prolab LIS, vous pouvez afficher les résultats antérieurs pour les paramètres ayant déjà été mesurés dans l'analyse précédente.

Pour afficher les antériorités, cochez la case antériorité :






Envoyer un email de résultats

Une fois le résultat validé et enregistré vous pouvez l'envoyer au client (patient / médecin traitant) en cliquant sur **envoi email** :




Assurez-vous que vous avez déjà saisi l'email du destinataire dans le dossier patient :




Assurez-vous que vous avez configuré le modèle email dans **Annexes** (voir plus haut) pour que l'email soit affiché correctement.

Si tout est bien en place vous devriez avoir cette fenêtre :




Vous pouvez attacher à ce mail un fichier PDF des résultats. Pour attacher un PDF du résultat à un email, cocher la case attacher le fichier PDF en haut.




Si vous avez ce message c'est que le fichier PDF a été bien généré et attaché a votre mail.

Cliquez maintenant sur envoyer :



Résultat :






Recherche dans les dossiers patients

Recherche rapide

Pour afficher rapidement les résultats d'un patient, rendez-vous sur l'onglet résultat, ou cliquez sur résultat depuis le tableau de bord,



Commencer à taper le nom du patient, une liste déroulante de suggestions va apparaitre, sélectionner le nom du patient et cliquez sur afficher ou appuyer sur la **touche entrer** de votre clavier.

Moteur de recherche paramétré




Le moteur de recherche paramétré vous permet d'accéder facilement et instantanément à n'importe quel dossier patient en utilisant des filtres de recherche tels que Nom du patient, code à barres (avec lecteur de code à barres), ID, journée du prélèvement, attribut de prélèvement.

Actualiser le système

Il est nécessaire d'actualiser le système parfois si plusieurs postes reliés en réseau envoient des requêtes parallèlement à la base de données, l'actualisation du système permet de :

- Activer les modifications portées sur les paramètres ainsi que certaines valeurs stockées dans la base de données (exemple : mise en page, annexes résultats, etc.).
- Mettre à jour la liste des patients en cours ainsi que les résultats.
- Mettre à jour l'état des analyses en cours (validées ou non)


Pour actualiser le système cliquer sur le bouton actualiser :



Devis d'analyse

Vous pouvez générer un devis d'analyse sans enregistrer un nouveau dossier patient.


Pour calculer le devis d'une analyse, cliquez sur devis d'analyse en haut à droite :




Sélectionner d'abord le groupe client et sélectionner les paramètres et/ou les groupes de paramètres relatifs à l'analyse en question.

Une fois terminé cliquez sur **calculer**.

Si vous souhaitez imprimer le devis pour un patient avec ses coordonnées, remplissez les cases nom prénom, sexe, et âge.




Cliquez sur **imprimer**.




Imprimer une fiche patient

Vous pouvez également imprimer pour chaque patient une fiche contenant les paramètres demandés, le montant total à payer, le montant payer et le reste.

Pour imprimer une fiche patient cliquer sur fiche :



EXTERNE
Résultat
Devis d'analyse
Fiche
Impression Fiches
Imprimer
Impression PDF
Copier
Attachements: (1)
Imprimantes:
Microsoft Print to PDF
Imprimer le pied de page
Aperçu
LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES
RUE VICTOR HUGO
Prolab Medico
Téléphone : 0000 | email : prolabmedico@gmail.com
Patient test
Date du prélèvement: 18/06/2019 17:43:00
Médecin: Dr X
EXTERNE
Sexe: Femme
Age: 19 ans
Le: 18/6/2019
Numéro: 2
BILAN INFLAMMATOIRE
- CRP
BILAN LIPIDIQUE
- Cholésterol HDL
- Cholésterol LDL
- Cholésterol total
- Triglycerides

Suite..



Supprimer un dossier patient


Pour supprimer un dossier patient, sélectionnez-le, et cliquez sur le bouton rouge **Supp**.



Le dossier ainsi que la fiche résultat attachée seront supprimés définitivement de la base de données.


Chargement automatique des dossiers anciens

Si le dossier patient existe déjà, Prolab LIS vous aide à charger les données de ce dernier de façon automatique.



Fiches de paillasse

Les fiches de paillasse vous permettent d'organiser le travail en cours et visualiser la progression du flux de travail.



Pour afficher les derniers paramètres en cours, cliquez sur **actualiser**.

Vous pouvez recherche et filtrer au sein de cette liste les paramètres en cours par patient, code à barres, ID ou par intervalle de dates.

Vous pouvez appliquer d'autres filtres tels que le nom du paramètre, catégorie (groupe), instrument d'analyse, filtrer par intervalles d'ID.

Impression


Impression par patient (paramètre)

Affiche et imprime les paramètres de chaque patient, regroupés par patient.




Impression par catégorie

Affiche et imprime tous les paramètres de tous les prélèvements en cours confus par catégorie :



Impression par patient (groupe)

Affiche et imprime seulement les catégories (groupes) de paramètres, regroupés par patient.




Devis


Si vous avez coché la case « inclure devis » depuis la fenêtre de sélection des paramètres pour un dossier patient, vous devriez pouvoir accéder au devis depuis le module **Devis** (tableau de bord).

Exemple pour patient x, on a coché la case inclure devis d'analyse.

Résultat :


Devis / Facture
Recherche: patient x
Nom
Code à Barres
ID
Afficher
Impression
Patient X ID: 3 TOTAL: 20835 CUR
LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES
RUE VICTOR HUGO
Prolab Medico
Téléphone : 0000 | email : prolabmedico@gmail.com
FACTURE ANALYSE
Patient X
Date du prélèvement: 18/06/2019 21:19:00
Médecin:
Sexe: Femme
Age: 20 ans
Le: 18/06/2019
1
de 1

Suite :


Devis / Facture
Recherche: patient x
Nom
Code à Barres
ID
Afficher
Impression
Patient X ID: 3 TOTAL: 20835 CUR
IMMUNOLOGIE
IgE Totales 800 720 10 80
C1 Inibiteur 1250 1125 10 125
IgE spécefique alimentaire (Trophatop) 3400 3060 10 340
IgE spécefique réspiratoire (Phadiatop) 3400 3060 10 340
Immunoélectrophorese (Immunotypage) 5500 4950 10 550
Protéinurie de BENCE-JONES 6500 5850 10 650
Céruléoplasmine 1600 1440 10 160
Total: 23300 CUR
Total NET: 20835 CUR
Réduction en %: 11%
Réduction en VA: 2465 CUR
1
de 1

Statistiques

Le module Statistiques vous permet d'évaluer :


- Les paramètres et les groupes de paramètres les plus demandés dans un intervalle de temps
- Visualiser le flux de travail en cours
- Le nombre de patients par jour dans un intervalle de temps et le sexe-ratio
- Les revenus et la marge bénéficiaire dans un intervalle de temps
- La performance des employés à travers le nombre de tests effectué dans un intervalle de temps
- Les médecins traitants les plus fréquents dans un intervalle de temps
- Imprimer les rapports des évaluations précédentes avec des représentations graphiques

Pour accéder au module statistiques, cliquez sur **statistiques** depuis le tableau de bord :

Paramètres et groupes de paramètres


Paramètres

Sélectionner un **intervalle de temps** et cliquer sur le bouton **afficher** :




Groupes de paramètres

Sélectionner l'onglet groupe de paramètres




Utilisez les butons imprimer le rapport des paramètres / groupes respectivement pour imprimer les deux rapports correspondants.

Liste de travail



La liste de travail vous affiche les paramètres en cours et les taux de complétude.

Patients




Affiche le nombre de patients et la sexe-ratio. Dans cet exemple 2 patients dont 2 femmes (100% femmes).

Revenus




Dans cet exemple, entre le 17-18 juin la marge bénéficiaire était de 70 CUR.

Performance des employés



Vous devriez avoir plusieurs barres si vous aviez plusieurs employés ayant effectué plusieurs tests pendant un intervalle de temps donné.


Médecins traitants



Même chose ici, vous devriez avoir plusieurs barres si vous aviez plusieurs médecins traitants ayant demandés plusieurs tests pendant un intervalle de temps donné.

Comptabilité

Le module comptabilité vous donne des rapports détaillés sur les mouvements d'argent de la caisse.




Vous pouvez filtrer par :

- Patient
- Employé
- Intervalle de dates
- Intervalle d'ID


Inclure votre TVA.

Après avoir appliqué vos filtres, cliquez sur calculer pour calculer le total, la marge bénéficiaire et le total non payé.




Le programme affiche également le nombre de dossiers patients filtrés à partir duquel les totaux ont été calculés.

Cliquez sur l'onglet patients pour visualiser pour chaque patient le montant payé et le reste à payer :




Imprimer le rapport après avoir fait les calculs en cliquant sur le bouton imprimer :



Gestion des sauvegardes / base de données

Réinitialiser tous les patients / résultats

Si vous souhaitez remettre les compteurs à zéro et réinitialiser les tables patients et résultats, sauvegarder d'abord (voir plus loin) les données anciennes, puis sur base de données (tableau de bord) cliquez sur le bouton réinitialiser les patients et les résultats.




Au redémarrage de l'application, l'ID du premier patient est remis à la valeur initiale qui est égale à 1.

Vider les données d'une table spécifique

Si vous souhaitez vider les données d'une table, sélectionner le nom de la table en question et cliquez sur supprimer toutes les données de cette table.


Exemple : vider la table traçabilité (journal) :




Confirmer la suppression de données en cliquant sur **Oui**.

Import/Export de données sous format XML

La fonctionnalité d'import/export de données XML vous permet de sauvegarder individuellement les données de chaque table sous format XML. Par exemple si vous souhaitez faire une sauvegarde de sécurité de vos paramètres, allez sur l'onglet import/export XML, sélectionner depuis la liste déroulante la table **parameters qui contient la configuration de tous vos paramètres :**




Cliquez sur le bouton parcourir (…).



Sélectionner le dossier d'export, et nommer le ficher à exporter puis cliquez sur enregistrer.


Une fois terminé, cliquez sur Export XML.




Maintenant vous avez une copie sauvegardée de tous vos paramètres, vous ne craignez plus de la perte de votre configuration. Car à tout moment, en cas d'accident, vous pouvez importer les données sauvegardées et écraser la configuration courante question de corriger par exemple un problème ou une perte accidentelle de données.

Pour importer une version des données sauvegardées :


Sélectionner d'abord la table cible, vers laquelle les données vont être importées puis cliquez sur le bouton parcourir (…).



Sélectionner le fichier XML à importer :



Puis cliquez sur **ouvrir**.




Finalement, cliquez sur Import XML.

Les données actuelles vont être écrasées et remplacées par les données contenues dans le fichier XML importé.

Backup et restauration sur Microsoft SQL Server

Si vous êtes en mode réseau sur Microsoft SQL Server, vous pourrez procéder à des backups et des restaurations de toute la base de données à n'importe quel moment en utilisant les fonctionnalités backup et restauration du module bases de données.




Gestion de Stock

Le module de Gestion de stock vous permet de gérer le stock de vos produits, générer des factures d'achats, des bons de livraisons et de surveiller les mouvements des articles (réactifs, consommable etc) dans votre établissement. Cette fonctionnalité est disponible exclusivement sur la version Platinium.

Configuration

Les comptes des achats

La première démarche à faire est de configurer vos comptes d'achat, ce sont les comptes qui enregistrent les montants de vos transactions sortantes et entrantes.




Si vous configurez Comptes Achats pour la première fois, vous allez trouver qu'un compte par défaut a été déjà créé, vous pouvez l'alimenter par le montant qui correspond à celui de vos ressources financières dédiées aux achats comme vous pouvez en créer d'autres.

Utilisez le bouton nouveau pour créer d'autres comptes. Utilisez le bouton enregistrer pour enregistrer les modifications une fois terminé.

Fournisseurs


Vous devez maintenant (obligatoirement) configurer votre ou vos fournisseurs. Pour cela cliquez sur fournisseurs.



Cliquez sur le bouton **Ajouter** pour ajouter un nouveau fournisseur.

Les informations obligatoires sur votre fournisseur sont : **Nom, et comptes d'achats et de ventes**. Prolab LIS doit savoir d'où prélever et où alimenter quand vous effectuez une opération chez le fournisseur en question.


Rendez-vous sur l'onglet **Facturation** pour configurer les comptes d'achats de ventes.




N'oubliez pas d'enregistrer une fois terminé.

Nomenclature des articles

La nomenclature des articles est importante dans la mesure où elle vous permet de créer des lots et de gérer les ruptures.




La représentation de la figure ci-dessus vous permet de comprendre l'importance de la configuration de la nomenclature avant même la création des lots d'articles en question.



Pour créer une nouvelle nomenclature, cliquez sur **Ajouter,** les informations obligatoires sont : **le nom de l'article et la quantité minimale** pour signaler d'éventuelles ruptures de stock.

Cliquez sur l'onglet inventaire pour définir la **quantité minimale.**



Une fois terminé, cliquez sur **enregistrer** pour sauvegarder les modifications.


Création de lots d'articles

Comme expliqué dans : nomenclature, vous pourriez avoir un stock du même article, mais réparti sur différents lots, ces derniers diffèrent par :

- Quantité
- Date d'expiration (si valable)
- Prix


Pour recevoir une commande d'achat il faut d'abord créer **un lot vide** :

Pour ce faire, cliquez sur **Stocks** depuis votre tableau de bord :




Cliquez sur le bouton **Ajouter** pour ajouter un nouveau lot.

Le nom du lot va être généré automatiquement, ensuite vous allez saisir principalement le nom de l'article, la quantité disponible étant 0 (lot vide), spécifier le prix de vente et le coût ainsi que la date de péremption si valable pour le produit en question.



Cliquez sur enregistrer une fois terminé.

Créant maintenant un deuxième lot du même article, mais cette fois-ci avec des attributs différents.




Nous avons préparé deux lots différents du même article. Passant désormais à la commande d'achat.


Achat

Sur le module achat, cliquez sur **Nouveau**.

Sélectionnez votre fournisseur, ses informations seront chargées automatiquement. Vous pouvez les modifier à tout moment.



Saisissez le nom de l'article, et vous allez voir apparaitre les deux lots que vous avez créés. Chacun possède une quantité de départ de 0 unités.




Ici nous avons passé deux commandes de 50 articles pour chacun des deux lots.

Cliquez sur enregistrer la commande pour sauvegarder l'opération.


Cliquez sur confirmer l'achat pour valider.

Si vous souhaitez valider la transaction dans le registre du paiement cliquez sur Oui quand le programme vous le demande.




Cliquez sur oui pour confirmer la transaction.


Cliquez sur imprimer pour imprimer le bon de livraison.



Sur le compte d'achat relié à votre fournisseur, vous allez déjà trouver qu'il a été débité, et la transaction a été enregistrée avec un signe négatif (sortie).




Revenant à vos lots :



Vous allez trouver que la quantité a été mise à jour.

Visualiser les mouvements du stock

Cliquez sur traçabilité des stocks pour visualiser les mouvements effectués pendant une durée déterminée.




Décharges

Pour gérer la consommation à l'intérieur de votre établissement, vous devez exécuter des décharges.

Pour créer une décharge, rendez-vous sur le module décharges :

Cliquez sur nouveau pour créer une nouvelle opération.



Sélectionnez **laboratoire comme bénéficiaire.**


Dans cet exemple, nous avons demandé 20 articles du lot 0000002 et 25 du lot 0000001.

Cliquez sur enregistrer la commande une fois terminé.


Note : en cas d'erreur de saisie vous pouvez modifier en cliquant sur enregistrer la commande, puis utiliser les boutons : retour ligne, retour partiel pour modifier les articles dans la liste et/ou leurs quantités respectives.

Cliquez sur **décharge** (ou F7), et l'opération sera exécutée.

Sur stocks vous allez voir que les quantités des deux lots ont été mises à jour.




Vous pouvez imprimer la décharge en appuyant sur le bouton **imprimer**.




Rebut/Destruction

Le module Rebut/Destruction vous permet d'enregistrer et suivre la destruction des articles arrivés à l'expiration ou bien à reverser.



En bas, vous allez apercevoir la liste des articles arrivés à l'expiration (date en surbrillance orange).

Pour exécuter une destruction, sélectionnez l'article à détruire, saisir, la quantité à détruire, puis cliquez sur le bouton ajouter.



Une fois ajouté à la liste, cliquez sur **confirmer**.


Vous pouvez détruire d'autres articles en cliquant sur réinitialiser et recommencer l'opération décrite ci-dessus.

Vous pouvez aussi imprimer le document de destruction ou le visualiser sur le module mouvements de stock.

Paiements


Le module paiement vous permet de gérer vos paiements de manière globale, l'historique des paiements affiche toutes vos transactions durant un intervalle de temps donnée, filtrer par client ou par référence, et générer un journal des échéances.

Pour afficher un paiement par référence, saisissez la référence du document à la base duquel vous avez effectué un paiement, et vous allez trouver les détails concernant la transaction en question.



L'enregistrement des paiements se fait de manière automatique, mais vous pouvez aussi enregistrer manuellement des paiements.

Créons une transaction manuellement (pour des fins personnelles), cliquons sur **Ajouter**.




Enregistrez.

Puis confirmez la transaction.


Journal des paiements

Le journal des paiements est un outil qui vous permet de visualiser l'historique de vos paiements et de générer le journal des échéances pour vos clients et vos fournisseurs.

Pour y accéder, cliquez sur journal des paiements :




Pour imprimer le journal des échéances, filtrer (par date, référence du document de support, état de la transaction … etc.) et saisissez le nom du destinataire et cliquez sur impression.




Enregistrement des paiements partiels

Sur dossiers patients :

En bas cliquez sur le bouton vert [+] pour enregistrer un paiement partiel.



Saisissez le montant payé, puis appuyez sur **Entrée pour que le reste soit calculé.**



Confirmez la transaction, et fermez la fenêtre.

Le montant payé sera mis à jour.




Faites la même opération pour plusieurs versements.

Pour visualiser l'historique des paiements d'un patient, cliquez sur le bouton vert paiements en haut à droite.



Cliquez maintenant sur le bouton historique des paiements.




Vous trouverez l'historique des versements du patient pour l'analyse en question.


Antériorités

Le module Antériorités vous permet de visualiser l'évaluation des valeurs mesurées d'un ou de plusieurs paramètres et les comparer dans un intervalle de temps déterminé.


Pour calculer les antériorités des paramètres, sélectionnez un patient et cliquez sur afficher.



Filtrer le ou les paramètres recherchés.



Cliquez sur l'onglet détails pour afficher le **Chart** comparatif des données.




Cliquez sur imprimer pour imprimer le graphique et le tableau.

Gestion électronique des documents

Le module gestion électronique des documents vous permet de numériser et d'archiver n'importe quel document, et aussi classer vos archives et leur attribuer des versions.

Pour accéder à ce module cliquez sur GED (documents).




Pour ajouter un nouveau document cliquez sur **ajouter**.

Sélectionnez le fichier, et remplir ses attributs. Cliquez sur **enregistrer** une fois terminé. Le fichier sera importé dans un répertoire **data/**

Vous pouvez ajouter plusieurs versions du même fichier.

Exemple, attribuer un ou des document(s) à un dossier patient.

Sur dossiers patients, sélectionnez le patient auquel vous souhaitez attribuer un ou des document(s).




Cliquez sur **ajouter**, la référence et le nom du patient seront ajoutés automatiquement. **Enregistrez**.


Si vous souhaitez afficher les documents attachés à un patient. Cliquez sur **documents**. Tous les documents attachés à la référence du patient en question seront affichés.

Planificateur / Agenda

Le module Planification vous permet d'organiser vos rendez-vous, vous rappels etc.




Pour ajouter un nouvel évènement, double-cliquez sur la grille, une fenêtre apparait pour remplir les informations relatives à l'événement en question.



Une fois terminé, cliquez sur OK.

Cliquez sur enregistrer pour sauvegarder les modifications.




Utilisez les boutons de navigation et/ou le calendrier à gauche pour naviguer.

Utilisez le champ chercher par nom pour filtrer.

Communication Host

La communication avec les appareils d'analyses médicales est assurée via une interface logicielle créée et sauvegardée dans la base de données de Prolab LIS. Cette interface sert d'intermédiaire pour l'échange d'informations (résultats et requêtes d'analyses), elle vous permet aussi d'automatiser l'enregistrement des résultats et/ou l'envoi des requêtes d'analyses.



Configuration matérielle

Il existe plusieurs options pour la liaison de vos appareils aux PC sur lesquels est installé le LIS PROLAB, pour simplifier nous allons proposer une solution simple :


Vous aurez besoin de:

PC: **OS**: Windows 7 et plus, **Processeur Core i3** et plus, **RAM 4Go** et plus avec carte réseau **Ethernet** et des **ports USB**.


Réseau LAN : Choisir parmi vos PC un qui va être configuré comme serveur, et relier les autres PC à ce dernier (Figure 1). Toutes les informations sauvegardées sur PROLAB vont circuler dans tout le réseau LAN et peuvent être modifiées sur n'importe quel PC.

Des adaptateurs USB-RS232 avec leur Drivers : la plupart des appareils possède une sortie RS232 (DB9) (mâle), il vous faut donc un adaptateur RS232 femelle – USB **OU BIEN** RS232 male – USB relié à un adaptateur RS232 – RS232 femelle (Figure 2,3 sur la vidéo ci-dessous).

Si vous souhaitez lier plusieurs appareils à un seul PC, vous devez utiliser des switches USB.



Principe




La première étape : configuration des alias paramètres

Cette étape est essentielle pour le fonctionnement de l'interface, sans alias de paramètres, l'interface ne peut pas assigner les valeurs transmises aux paramètres de l'identifiant du prélèvement en question.

Où trouver les Alias des paramètres ?

Les alias de paramètres peuvent être trouvés sur la documentation PDF relative à la communication Host fournie par votre fournisseur de l'appareil ou bien au sein même du message transmis par l'appareil (lors des essais). Le réglage des Alias paramètre se fait sur le panneau Nomenclatures paramètres/groupes.


Remarque : cette configuration peut être faite par notre équipe technique après établissement de la communication.




Configuration des ports de communication sur Prolab LIS

Admettons que vous utilisez l'outil de diagnostic de la transmission intégré dans Prolab LIS :

- Si votre appareil est relié via un câble Ethernet (RJ-45), saisissez l'adresse IP suivie d'une virgule "," suivie du port de connexion (trouvez l'adresse IP + le port sur votre appareil) (voir figure ci-dessous) :



Si votre appareil est relié via un câble RS-232 (COM), sélectionnez le port depuis la liste déroulante à gauche (le programme détectera tous les ports actifs sur votre ordinateur).



Checkpoints (conclusion) :

Trois points sont à vérifier avant la création de toute interface :

1. Vérifiez que votre appareil est correctement branché à l'ordinateur.

2. Activez la transmission HOST sur votre appareil.

3. Diagnostiquez la transmission en utilisant l'outil de diagnostic intégré dans Prolab LIS ou un autre outil tels que scriptcommunicator.

(Voir vidéo tutoriel : diagnostic communication Host) ou bien Serial Communicator (Logiciel gratuit) ou bien un logiciel similaire (parlez-en à votre technicien informatique), ceci en passant des échantillons ou (si disponible sur votre appareil) renvoyer des résultats déjà existants.

Vidéos et tutoriels : voir démonstration de la communication Host - Démonstration de la communication Host.

Une fois la transmission établie, l'équipe technique vous créera et vous intégrera une interface logicielle adaptée à votre appareil.


Signal non reçu ?


L'outil de diagnostic de communication Prolab LIS n'est qu'un outil générique qui sert à valider l'état de communication entre l'appareil et le logiciel.

Si vous avez bien suivi le guide, et que vous n'avez pas encore reçu de transmission, cela veut certainement dire qu'il faudrait vérifier la configuration sur l'appareil en question lui-même ou les câbles utilisés (vérifiez sur gestionnaire de périphériques si les Drivers marchent correctement et qu'il n'y a pas un triangle jaune indiquant un problème de pilote).

Si vous pensez que la configuration et les câbles ainsi que les pilotes des câbles (si applicable) marchent correctement, nous vous invitons à utiliser les alternatives suivantes :

- https://sourceforge.net/projects/scriptcommunicator/
- Un autre outil de test de communication COM TCP/IP






Informations supplémentaires à fournir

Une fois que la communication est établie correctement :

Afin d'automatiser l'extraction de données dans l'interface créée, nous avons besoin de savoir les champs/valeurs à extraire depuis le document de sortie (txt, csv) [cas d'output texte] ou le message transmis [cas d'output via une port série] RS232 ou TCP/IP :

- ID / code à barres / identifiant du patient / prélèvement.
- Indication du champs / valeurs à extraire => le paramètre qui recevra cette valeur.

Voici un exemple de communication simple via **RS232 de l'appareil TOSOH HLC-723GX :**



Un autre exemple de communication et de sauvegarde de résultats interceptés via RS232 avec miniVIDAS

PROLAB LIS™

Exemple de transmission automatique des résultats depuis un automate d'hormonologie (miniVidas/Vidas)

<ENQ><STX><RS>mtrsl|<RS>pi|<RS>pn|<RS>si|<RS>ciS.S10|<RS>rtHBS|<RS>rnHBs Ag Ultra|<RS>tt09:05|<RS>td06/14/17|<RS>qlNegatif|<RS>qn0.00|
<GS>a2<RS>mtrsl|<RS>pi|<RS>pn|<RS>si|<RS>ciS.S10|<RS>rtHBS|<RS>rnHBs Ag Ultra|<RS>tt09:05|<RS>td06/14/17|<RS>qlNegatif|<RS>qn0.00|
<GS>a2<RS>mtrsl|<RS>pi|<RS>pn|<RS>si|<RS>ciS.S10|<RS>rtHBS|<RS>rnHBs Ag Ultra|<RS>tt09:05|<RS>td06/14/17|<RS>qlNegatif|<RS>qn0.00|
<GS>a2<RS>mtrsl|<RS>pi|<RS>pn|<RS>si|<RS>ciS.S10|<RS>rtHBS|<RS>rnHBs Ag Ultra|<RS>tt09:05|<RS>td06/14/17|<RS>qlNegatif|<RS>qn0.00|<GS>a2<EOT>
<ENQ><STX><RS>mtrsl|<RS>pi|<RS>pn|<RS>si|<RS>ciB.S12|<RS>rtTSH3|<RS>rnTSH 3|<RS>tt09:21|<RS>td06/14/17|<RS>ql|<RS>qn0.364 uUI/ml|<GS>e5<RS>mtrsl|
<RS>pi|<RS>pn|<RS>si|<RS>ciB.S12|<RS>rtTSH3|<RS>rnTSH 3|<RS>tt09:21|<RS>td06/14/17|<RS>ql|<RS>qn0.364 uUI/ml|<GS>e5<RS>mtrsl|<RS>pi|<RS>pn|
<RS>si|<RS>ciB.S12|<RS>rtTSH3|<RS>rnTSH 3|<RS>tt09:21|<RS>td06/14/17|<RS>ql|<RS>qn0.364 uUI/ml|<GS>e5<RS>mtrsl|<RS>pi|<RS>pn|<RS>si|<RS>ciB.S12|
<RS>rtTSH3|<RS>rnTSH 3|<RS>tt09:21|<RS>td06/14/17|<RS>ql|<RS>qn0.364 uUI/ml|<GS>e5<EOT><ENQ><STX><RS>mtrsl|<RS>pi|<RS>pn|<RS>si|<RS>ciBO.S13|
<RS>rtTSH3|<RS>rnTSH 3|<RS>tt09:21|<RS>td06/14/17|<RS>ql|<RS>qn2.258 uUI/ml|<GS>39<RS>mtrsl|<RS>pi|<RS>pn|<RS>si|<RS>ciBO.S13|<RS>rtTSH3|
<RS>rnTSH 3|<RS>tt09:21|<RS>td06/14/17|<RS>ql|<RS>qn2.258 uUI/ml|<GS>39<RS>mtrsl|<RS>pi|<RS>pn|<RS>si|<RS>ciBO.S13|<RS>rtTSH3|<RS>rnTSH 3|
<RS>tt09:21|<RS>td06/14/17|<RS>ql|<RS>qn2.258 uUI/ml|<GS>39<RS>mtrsl|<RS>pi|<RS>pn|<RS>si|<RS>ciBO.S13|<RS>rtTSH3|<RS>rnTSH 3|<RS>tt09:21|
<RS>td06/14/17|<RS>ql|<RS>qn2.258 uUI/ml|<GS>39<EOT><ENQ><STX><RS>mtrsl|<RS>pi|<RS>pn|<RS>si|<RS>ciD.N1|<RS>rtATPO|<RS>rnAnti-TPO|<RS>tt09:55|
<RS>td06/14/17|<RS>ql|<RS>qn< 0.8 IU/ml|<GS>b5<RS>mtrsl|<RS>pi|<RS>pn|<RS>si|<RS>ciD.N1|<RS>rtATPO|<RS>rnAnti-TPO|<RS>tt09:55|<RS>td06/14/17|
<RS>ql|<RS>qn< 0.8 IU/ml|<GS>b5<RS>mtrsl|<RS>pi|<RS>pn|<RS>si|<RS>ciD.N1|<RS>rtATPO|<RS>rnAnti-TPO|<RS>tt09:55|<RS>td06/14/17|<RS>ql|<RS>qn< 0.8
IU/ml|<GS>b5<RS>mtrsl|<RS>pi|<RS>pn|<RS>si|<RS>ciD.N1|<RS>rtATPO|<RS>rnAnti-TPO|<RS>tt09:55|<RS>td06/14/17|<RS>ql|<RS>qn< 0.8 IU/ml|<GS>b5<EOT>
<ENQ><STX><RS>mtrsl|<RS>pi|<RS>pn|<RS>si|<RS>ciF.N11|<RS>rtTPSA|<RS>rnT. PSA|

ID du patient

Alias Paramètre (Anticoprs Anti TPO)

2° Alias paramètre (Anticorps Anti TPO)

Heure de l'analyse

Date de l'analyse

Pas de résultat qualitatif

Résultats quantitatif

Traitement par l'interface Prolab LIS

Résultat de patient test

IDENTIFIANT 1 AGE 19 ans RESTE A PAYER 63350 CUR CATEGORIE **Hemodialyse** VALIDE Non_EXT_

Patients | Recherche rapide: | Afficher


Enregistrer | Imprimer | Annexes (si) | Annexes (av) | Calcul Auto | Envoi email | Notif SMS | [+] Antériorité

Résultat

Paramètre	Catégorie	Valeur de référence	Unité	Valeur	Alarme
PSA TOTAL	HORMONOLOGIE	[0-3,99]	ng/ml	[redacted]	☐
PSA LIBRE	HORMONOLOGIE		ng/ml	[redacted]	☐
Thyrocalcitonine	HORMONOLOGIE	[0-10]	pg/ml	[redacted]	☐
FT3	HORMONOLOGIE	[2,63-5,70]	pmol/L	[redacted]	☐
FT4	HORMONOLOGIE	[9,01-19,05]	pmol/L	[redacted]	☐
Acide vanylmandelique (VMA)	BIOCHIMIE	[1,9-9,8]		[redacted]	☐
Electrophorese Hémoglobine	BIOCHIMIE	Voir Annexe		[redacted]	☐
AMH (Hormone Anti-Mulliriénne)	HORMONOLOGIE	Voir Annexe	ng/mL	[redacted]	☐
Proteines Total	BIOCHIMIE	[66-83]	mg/l	[redacted]	☐
ACTH	HORMONOLOGIE	[7,2 - 63,3]	pg/ml	[redacted]	☐
Anti-TG	HORMONOLOGIE	< 4,11	UI/mL	[redacted]	☐
Anti-TPO	HORMONOLOGIE	< 5,61	UI/mL	0.8	☐
B.HCG	HORMONOLOGIE	<2	UI/L	[redacted]	☐

Worklist

Le module Worklist est un module destiné à la communication et l'interception des résultats des paramètres en cours des machines d'analyse.



Une fois l'interface configurée, ouvrez Worklist (depuis le tableau de bord), sélectionnez l'instrument connecté, cliquez sur START.

Prolab LIS sera mis en standby, tout résultat envoyé depuis la machine connectée est intercepté et enregistré automatiquement.

Note : Si l'instrument en question fonctionne en mode bidirectionnel, le module Worklist sert aussi à envoyer la liste des paramètres à analyser avec le code à barres de l'échantillon, et recevra le retour des valeurs issues de l'analyse des échantillons en cours.

Fin

Dernière mise à jour : le 20/12/2019

Prolab LIS™
Gestion de laboratoire médical

www.prolablis.com