

Dorian Gaboriau

1er août 2023

Résultats ¹⁴C									
# Laboratoire externe	# Université Laval	# Client (Type échantillon)	Pré-traitement	F ¹⁴ C	±	D ¹⁴ C (‰)	±	¹⁴ C âge (BP)	±
UCIAMS-280281	ULA-11235	GC3-80 (macrorestes végétaux)	HCl	0.5321	0.0010	-467.9	1.0	5070	20
UCIAMS-280282	ULA-11236	GD3-23.5 (macrorestes végétaux)	HCl	0.5147	0.0010	-485.3	1.0	5335	20
UCIAMS-280283	ULA-11237	GC3-19.5 (macrorestes végétaux)	HCl	0.6312	0.0012	-368.8	1.2	3695	20
UCIAMS-280284	ULA-11238	CE1-81 (macrorestes végétaux)	HCl	0.4743	0.0010	-525.7	1.0	5990	20
UCIAMS-280285	ULA-11239	CE1-19.5 (macrorestes végétaux)	HCl	0.5490	0.0011	-451.0	1.1	4815	20
UCIAMS-280286	ULA-11240	GD3-81.5 (macrorestes végétaux)	HCl	0.4090	0.0009	-591.0	0.9	7180	20
UCIAMS-280287	ULA-11241	CF1-20.5 (macrorestes végétaux)	HCl	0.4548	0.0009	-545.2	0.9	6330	20

UCIAMS-280288	ULA-11242	CG1-39 (macrorestes végétaux)	HCl - NaOH - HCl	0.3530	0.0008	-647.0	0.8	8365	20
UCIAMS-280289	ULA-11243	GE3-23 (macrorestes végétaux)	HCl	0.3284	0.0007	-671.6	0.7	8945	20

Les concentrations radiocarbone sont données comme fractions du standard moderne, $\delta^{14}\text{C}$, et âge radiocarbone conventionnel, et suivent les conventions de Stuiver et Polach (Radiocarbon, v.19, p.355, 1977).

Des échantillons mesurant le bruit de fond de l'appareil ont été soustraits, préparés avec des blancs ne contenant pas de ^{14}C (bois pour les échantillons organiques, calcite pour les carbonates et os de mammoth pour les os et dents).

Tous les résultats ont été corrigés en fonction du fractionnement isotopique selon les conventions de Stuiver et Polach (1977), avec des valeurs $\delta^{13}\text{C}$ mesurées sur le graphite préparé, en utilisant le spectromètre AMS. Ces valeurs (qui ne sont pas montrées) peuvent être différentes des $\delta^{13}\text{C}$ du matériel original, si du fractionnement s'est produit durant la graphitisation de l'échantillon ou lors de la mesure AMS.

Remarque:

Certains pré-traitements ont été omis ou annulés quand la quantité d'échantillon soumise était minime.



Guillaume Labrecque, Technicien en charge