

**Dorian Gaboriau**

**8 décembre 2025**

| <b>Résultats <sup>14</sup>C</b> |                    |                                         |                  |                   |        |                       |     |                          |            |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------|--------|-----------------------|-----|--------------------------|------------|
| # Laboratoire externe           | # Université Laval | # Client (Type échantillon)             | Pré-traitement   | F <sup>14</sup> C | ±      | D <sup>14</sup> C (‰) | ±   | <sup>14</sup> C âge (BP) | ±          |
| <b>UCIAMS-316104</b>            | <b>ULA-13289</b>   | HEB-C-59-60<br>(bulk sediment)          | HCl - NaOH - HCl | 0.0154            | 0.0008 | -984.6                | 0.8 | <b>33510</b>             | <b>430</b> |
| <b>UCIAMS-316105</b>            | <b>ULA-13290</b>   | HEB-D-60-61<br>(bulk sediment)          | HCl - NaOH - HCl | 0.0119            | 0.0008 | -988.1                | 0.8 | <b>35600</b>             | <b>550</b> |
| <b>UCIAMS-316106</b>            | <b>ULA-13291</b>   | CLO-B-74-75<br>(macrorestes de plantes) | Aucun            | 0.4652            | 0.0009 | -534.8                | 0.9 | <b>6150</b>              | <b>20</b>  |
| <b>UCIAMS-316107</b>            | <b>ULA-13292</b>   | CLO-A-75-76<br>(macrorestes de plantes) | Aucun            | 0.5849            | 0.001  | -415.1                | 1.1 | <b>4310</b>              | <b>15</b>  |

Les concentrations radiocarbone sont données comme fractions du standard moderne, δ<sup>14</sup>C, et âge radiocarbone conventionnel, et suivent les conventions de Stuiver et Polach (Radiocarbon, v.19, p.355, 1977).

Des échantillons mesurant le bruit de fond de l'appareil ont été soustraits, préparés avec des blancs ne contenant pas de <sup>14</sup>C (bois pour les échantillons organiques, calcite pour les carbonates et os de mammouth pour les os et dents).

*Tous les résultats ont été corrigés en fonction du fractionnement isotopique selon les conventions de Stuiver et Polach (1977), avec des valeurs  $\delta^{13}\text{C}$  mesurées sur le graphite préparé, en utilisant le spectromètre AMS. Ces valeurs (qui ne sont pas montrées) peuvent être différentes des  $\delta^{13}\text{C}$  du matériel original, si du fractionnement s'est produit durant la graphitisation de l'échantillon ou lors de la mesure AMS.*

**Remarque:**

Certains pré-traitements ont été omis ou annulés quand la quantité d'échantillon soumise était minime.



Guillaume Labrecque, Technicien en charge