

Carsten Meyer-Jacob

11 juillet 2025

Résultats ¹⁴ C									
# Laboratoire externe	# Université Laval	# Client (Type échantillon)	Pré-traitement	F ¹⁴ C	±	D ¹⁴ C (‰)	±	¹⁴ C âge (BP)	±
UCIAMS-309735	ULA-12898	MONS-60-61 (macro-restes de plantes)	HCl	0.8752	0.0014	-124.8	1.4	1070	15
UCIAMS-309736	ULA-12899	HEB-B-55-56 (bulk sediment)	HCl - NaOH - HCl	0.0102	0.0008	-989.8	0.8	36830	640
UCIAMS-309737	ULA-12900	GAPA-33-33,5 (macro-restes de plantes)	HCl	0.8851	0.0013	-114.9	1.3	980	15
UCIAMS-309738	ULA-12901	HEB-A-60-60,5 (bulk sediment)	HCl - NaOH - HCl	0.0333	0.0008	-966.7	0.8	27330	200
UCIAMS-309739	ULA-12902	CLO-KB-39-39,5 (macro-restes de plantes)	HCl	0.8182	0.0013	-181.8	1.3	1610	15
UCIAMS-309747	ULA-12906	ROS-KB-43-44,5 (macro-restes de plantes)	Aucun	0.6331	0.0013	-366.9	1.3	3670	20

UCIAMS-309748	ULA-12907	LO6-80-81,5 (macro-restes de plantes)	Aucun	0.8229	0.0014	-177.1	1.4	1565	15
UCIAMS-309749	ULA-12908	ROS-KB-21-23 (macro-restes de plantes)	Aucun	0.8807	0.0014	-119.3	1.4	1020	15

Les concentrations radiocarbones sont données comme fractions du standard moderne, $\delta^{14}\text{C}$, et âge radiocarbonate conventionnel, et suivent les conventions de Stuiver et Polach (Radiocarbon, v.19, p.355, 1977).

Des échantillons mesurant le bruit de fond de l'appareil ont été soustraits, préparés avec des blancs ne contenant pas de ^{14}C (bois pour les échantillons organiques, calcite pour les carbonates et os de mammoth pour les os et dents).

Tous les résultats ont été corrigés en fonction du fractionnement isotopique selon les conventions de Stuiver et Polach (1977), avec des valeurs $\delta^{13}\text{C}$ mesurées sur le graphite préparé, en utilisant le spectromètre AMS. Ces valeurs (qui ne sont pas montrées) peuvent être différentes des $\delta^{13}\text{C}$ du matériel original, si du fractionnement s'est produit durant la graphitisation de l'échantillon ou lors de la mesure AMS.

Remarque:

Certains pré-traitements ont été omis ou annulés quand les quantités d'échantillons soumises étaient minimales.


Guillaume Labrecque, Technicien en charge