

**BIOMETRICAL**

Seguridad y Confianza por la Vida

**REPORTE DE
SERVICIOS**

Nº 26915

FECHA

Cali

27

10

2020

Carrera 27 No. 15-24 - Celular 317 750 8140
www.laboratoriobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Edison Romero

EMPRESA: Coomssangar

SEDE: Tequesdama 40

NOMBRE DEL EQUIPO: Tensiometro

MARCA: Lord

MODELO:

SERIE: 1136132

UBICACIÓN: Tequesdama 40 / Consultorio médico 2 CODIGO: 0405927

INFRAESTRUCTURA: ☐EQUIPO INDUSTRIAL: ☐EQUIPO DE COMPUTO: ☐EQUIPO BIOMEDICO: ☒OTRO: ☐MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☐MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ☒DIAGNOSTICO: ☐VERIFICACIÓN: ☐INSTALACIÓN: ☐

PROBLEMA PRESENTADO:

ACTIVIDADES

Revisión Aspecto Físico del Equipo: ☒ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ N/A

Revisión Condiciones Ambientales: SI ☒ NO ☐ N/A ☐

Limpieza Interna del Equipo: SI ☐ NO ☐ N/A ☒

Limpieza Externa del Equipo: SI ☐ NO ☒ N/A ☐

Pruebas de Funcionamiento: SI ☒ NO ☐ N/A ☐

Lubricación Partes: SI ☐ NO ☐ N/A ☒

Revisión general del equipo
Revisión de pera, válvula, brazalete
y manómetro
Verificación de fugas
Pruebas de funcionamiento

VERIFICACIÓN METROLOGICA

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
80 mmHg	80 mmHg	79.9 mmHg	79.8 mmHg	79.9 mmHg	0.025
80 mmHg	79.9 mmHg	80 mmHg	79.9 mmHg	79.95 mmHg	0.05

REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
Brazalete	1	1

OBSERVACIONES:EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

DOCUMENTO CONTROLADO. PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACION VSO

Edison Romero
INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

Viviana Bastida Luna
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION