

# REGISTRO DE SERVICIO

CR No. 21664

FECHA:

19/05/21



BIOMETRICAL  
Seguridad y confianza por la vida



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

## REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Luisa De la Cruz

EMPRESA: COOEMSSANAR IPS

SEDE: Hospital San José

## INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Kit Forendoscopio / Tensiómetro

MARCA: GMD

MODELO: Adulto

SERIE: No registra

UBICACION: Calle de Palo Hosp. Placer P. CÓDIGO: 0411805

TIPO EQUIPO: Biomedico

TIPO DE SERVICIO: ☐ Preventivo ☒ Correctivo ☐ Diagnóstico ☐ Otro  
☐ Instalación ☐ Garantía ☐ Alistamiento

## TIPO FALLA

☐ Ninguno ☐ Mal uso ☐ Consumible ☐ Mecánica ☐ Hidráulica  
☐ Operativa ☐ Electrónica ☐ Software ☐ Accesorio ☐ Otra  
☐ Neumática ☐ Óptica ☐ Eléctrica ☒ Deterioro

PROBLEMA PRESENTADO: Fuga en la pera

## ACTIVIDADES

☒ Prueba Funcional Inicial.  
☒ Revisión Aspecto Físico del Equipo.  
☒ Revisión Condiciones Ambientales.  
☐ Verificación Sistema Electrónico.  
☐ Verificación Sistema Hidráulico.  
☐ Verificación Sistema Neumático.  
☐ Verificación Sistema Mecánico.  
☐ Verificación Sistema Eléctrico.  
☐ Verificación Sistema Óptico.  
☐ Verificación Sistema Electromecánico.  
☐ Verificación Sistema Vapor.  
☐ Verificación Sistema Operativo.  
☐ Limpieza Interna del Equipo.  
☒ Limpieza Externa del Equipo.  
☐ Lubricación de partes.  
☒ Pruebas de Funcionamiento.

## Rutina de Mantenimiento

Se encontró PERA con Fuga  
Se hace cambio de pera  
Se verifica buen funcionamiento  
del tensiómetro

## VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

Valor Medido

## REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle

Referencia

Cantidad

PERA

tensiómetro adulto

1

## OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐



Ing. Luisa de la Cruz Meza

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

Samuel Cabris

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035  
biometrical.pasto@gmail.com  
www.laboratoriobiometrical.com.co