



BIOMETRICAL

Seguridad y Confianza por la Vida

REPORTE DE
SERVICIOS

Nº 26946

FECHA

Cali 13 01 21

Camera 27 No. 15-24 - Celular 317 750 8140
www.laboratoriobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TECNICO Edison Romero
DIRECCIÓN Commissariat
CALLE Tegucigalpa 40

NOMBRE DEL EQUIPO Compresor
MARCA OLYMPIC
MODELO V-500 3L SERIE 1811020
UBICACIÓN Area de compresores CÓDIGO 0406202

INFRAESTRUCTURA ☐ EQUIPO INDUSTRIAL ☒ EQUIPO DE COMPUTO ☐
EQUIPO BIOMÉTRICO ☐ OTRO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DIAGNÓSTICO ☐ VERIFICACIÓN ☐ INSTALACIÓN ☐

PROBLEMA PRESENTADO: Las unidades no tienen presión

ACTIVIDADES

Revisión Aspecto Físico del Equipo:	Bueno <input checked="" type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/>	Malo <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Revisión Condiciones Ambientales:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Limpieza Interna del Equipo:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Limpieza Externa del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Pruebas de Funcionamiento:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Lubricación Partes:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	

Revisión general del equipo
Revisión del sistema eléctrico.
Verificación de fugas
Se reemplaza una manguera por fuga
Pruebas exitosas.

VERIFICACIÓN METROLOGICA

valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
90 psi	90 psi	90 psi	1	1	1

REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
Manguera 3/8" R6 1 metro		1
Abrazaderas metálicas		2

OBSERVACIONES:

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

Edison Romero

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

DOCUMENTO CONTROLADO PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN 102

Edison Romero
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN



Escaneado con CamScanner