

REGISTRO DE SERVICIO

CR N° 21718

FECHA:

16 04 21



BIOMETRICAL

Seguridad y confianza por la vida



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO

Luisa De La Cruz

EMPRESA

Coemssana IPS

SEDE

Hospital San José

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO

Pulsioxímetro

MARCA

Oxiwatch choicemed

MODELO

MD300C52

SERIE

180736500045

UBICACION

Sala de Partos

CÓDIGO

0409830

TIPO EQUIPO

Biomedico

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo☐ Instalación☒ Correctivo☐ Garantía☐ Diagnóstico☐ Alistamiento☐ Otro

TIPO FALLA

☐ Ninguno☐ Mal uso☒ Consumible☐ Mecánica☐ Hidráulica☐ Operativa☐ Electrónica☐ Software☐ Accesorio☐ Otra☐ Neumática☐ Óptica☐ Eléctrica☒ Deterioro

PROBLEMA PRESENTADO:

ACTIVIDADES

- ☐ Prueba Funcional Inicial.
☐ Revisión Aspecto Físico del Equipo.
☐ Revisión Condiciones Ambientales.
☐ Verificación Sistema Electrónico.
☐ Verificación Sistema Hidráulico.
☐ Verificación Sistema Neumático.
☐ Verificación Sistema Mecánico.
☐ Verificación Sistema Eléctrico.

- ☐ Verificación Sistema Óptico.
☐ Verificación Sistema Electromecánico.
☐ Verificación Sistema Vapor.
☐ Verificación Sistema Operativo.
☐ Limpieza Interna del Equipo.
☐ Limpieza Externa del Equipo.
☐ Lubricación de partes.
☐ Pruebas de Funcionamiento.

Rutina de Mantenimiento

Se realiza cambio de pilas y
 limpieza de contactos, el
 equipo funciona correctamente

VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

90 SPO₂

Valor Medido

90 SPO₂

REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle

Referencia

Cantidad

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

Ingeniero o Técnico Responsable

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035
 biometrical.pasto@gmail.com
 www.laboratoriobiometrical.com.co

