

## REGISTRO DE SERVICIO

CR

Nº 24260

FECHA:

11 | 02 | 2022



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

## REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO

Diego Fernando Melo Arévalo

EMPRESA

Coemisanar IPS

SEDE

Hospital San José

## INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO

Báscula neonatal

MARCA

SECA

MODELO

354

UBICACION

Hospitalización Pediatría

SERIE

No registra

CÓDIGO

0413484

TIPO EQUIPO

Biomedico

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo  
☐ Instalación

☒ Correctivo  
☐ Garantía

☐ Diagnóstico  
☐ Alistamiento

☐ Otro

## TIPO FALLA

☐ Ninguno  
☐ Operativa  
☐ Neumática

☒ Mal uso  
☐ Electrónica  
☐ Óptica

☐ Consumible  
☐ Software  
☐ Eléctrica

☐ Mecánica  
☐ Accesorio  
☐ Deterioro

☐ Hidráulica  
☐ Otra

PROBLEMA PRESENTADO:

Peso no acorde

## ACTIVIDADES

## Rutina de Mantenimiento

- ☒ Prueba Funcional Inicial.
- ☒ Revisión Aspecto Físico del Equipo.
- ☒ Revisión Condiciones Ambientales.
- ☒ Verificación Sistema Electrónico.
- ☐ Verificación Sistema Hidráulico.
- ☐ Verificación Sistema Neumático.
- ☐ Verificación Sistema Mecánico.
- ☐ Verificación Sistema Eléctrico.

- ☐ Verificación Sistema Óptico.
- ☐ Verificación Sistema Electromecánico.
- ☐ Verificación Sistema Vapor.
- ☐ Verificación Sistema Operativo.
- ☐ Limpieza Interna del Equipo.
- ☐ Limpieza Externa del Equipo.
- ☐ Lubricación de partes.
- ☒ Pruebas de Funcionamiento.

Báscula utilizada sin estar graduada a cero total.  
Se hace aclaración y se programa capacitación para el día 12 de febrero a las 8:00 am

## VERIFICACIÓN METROLÓGICA

## Valor Medido

Valor Normal

300 g

1200 g

296 g

1997 g

## REPUESTOS UTILIZADOS

## Cantidad

Detalle

Referencia

## OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

INGENIERO BIOMETRICAL

Seguridad y Confianza por la Vida

Ing. Diego Melo

RH 20211-100717

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035  
 biometrical.pasto@gmail.com  
 www.laboratoriobiometrical.com.co

