

	GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO		CODIGO: FO-M-MT-11	VERSION: 01
			FECHA DE VIGENCIA: 1/01/2020	
			NOMBRE DEL EQUIPO: Tensiómetro	
CLASIFICACION BIOMEDICA: Apoyo y Diagnostico	CONSECUTIVO:	CLASIFICACION DEL RIESGO: No Aplica		
Imagen con Propósitos ilustrativos, no representa el estado actual del equipo		DESCRIPCION DEL EQUIPO:		
		Tensiómetro es un instrumento médico empleado para la medición indirecta de la presión arterial, proporcionando, por lo general, la medición en milímetros de mercurio		
OPERACIÓN DEL EQUIPO:				
ITEM:				
1	La posición adecuada es estar sentado y con la espalda recta			
2	El dispositivo se sitúa en el brazo izquierdo para tomar la tensión.			
3	Se cierra la valvula y se insufla hasta una presión adecuada dependiendo del tipo de paciente			
4	Se abre lentamente la valvula y se observa en el manometro el comportamiento titilante de la aguja.			
RECOMENDACIONES DE USO:				
ITEM:				
1	No golpear el manómetro			
2	No almacenar junto a objetos cortopunzantes			
3	Verificar ausencia de fugas antes de su uso			
4	-----			
5	-----			
6	-----			

	GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO		CODIGO: FO-M-MT-11	VERSION: 01
			FECHA DE VIGENCIA: 1/01/2020	
			NOMBRE DEL EQUIPO: Tensiómetro	
CLASIFICACION BIOMEDICA: Apoyo y Diagnostico	CONSECUTIVO:	CLASIFICACION DEL RIESGO: Bajo (I)		
ASPECTOS DE SEGURIDAD:				
1	Realizar calibración periodica del equipo			
2	Verificar conexiones neumáticas entre las partes			
3	Verifique el estado del equipo			
4	Lea detenidamente la guía rápida de uso del equipo antes de utilizarlo			
SEGURIDAD DEL PACIENTE:				
En la realización de la tensión se requiere que la persona que le hace el examen sea una persona capacitada para realizar y poder leer el los resultados del paciente, así evitando malas lecturas y de pronto lesiones por la presión del brazalete en la persona.				
LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO:				
1	Retirar la bomba infladora y la perilla			
2	Limpie las superficies externas con paño húmedo de alcohol			
3	Retire con la solución de limpieza con un paño limpio y seco			
SOLUCION DE PROBLEMAS:				
1	Comprobar fugas			
2	Verificar que la valvula no este dañada			
3	En caso de falla comunicarse con el departamento de ingeniería			
4	-----			
5	-----			