



BIOMETRICAL
Seguridad y Confianza por la Vida

**REPORTE DE
SERVICIOS**

Nº 26751

FECHA

Buenaventura 22 08 20

Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140
www.laboratoriobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Harion Burbano

EMPRESA: cocemssara

SEDE: Buenaventura. Valle del Cauca.

NOMBRE DEL EQUIPO: Tensiómetro analógico.

MARCA: LOBO

MODELO: Adulto

SERIE: 912403

UBICACIÓN: consultorio 1.

CODIGO: No registra

INFRAESTRUCTURA: ☐

EQUIPO INDUSTRIAL: ☐

EQUIPO DE COMPUTO: ☐

EQUIPO BIOMEDICO: ☒

OTRO: ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ☒

DIAGNOSTICO: ☐

VERIFICACIÓN: ☐

INSTALACIÓN: ☐

PROBLEMA PRESENTADO: brazalete polvorientado.

ACTIVIDADES

Revisión Aspecto Físico del Equipo:	Bueno <input checked="" type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/>	Malo <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Revisión Condiciones Ambientales:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Interna del Equipo:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Externa del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pruebas de Funcionamiento:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lubricación Partes:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Revisión general del equipo
Revisión de pera, válvula, brazalete y manómetro.
Verificación de fugas
Limpieza y desinfección general.
pruebas de funcionamiento.

VERIFICACIÓN METROLOGICA

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
80 mmHg	80 mmHg	/	/	/	/

REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
Brazalete.	No indica.	1

OBSERVACIONES:

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

Observaciones area with diagonal lines.

DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN. V.02

Harion Burbano
INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

[Signature]
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION