

REGISTRO DE SERVICIO

CR No. 21650

FECHA:

17 | 03 | 2021



BIOMETRICAL

Seguridad y confianza por la vida



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO

Luisa De la Cruz

EMPRESA

Cocemisanar IPS

SEDE

Hospital San Jose

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO

Incubadora de transporte

MARCA

AIRSHIELD

MODELO

T1500-1

SERIE

CV01361

UBICACION

Hospitalización Pediatría

CÓDIGO

No Registra

TIPO EQUIPO

Biomedico

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo☒ Correctivo☐ Diagnóstico☐ Otro☐ Instalación☐ Garantía☐ Alistamiento

TIPO FALLA

☐ Ninguno☐ Mal uso☐ Consumible☐ Mecánica☐ Hidráulica☐ Operativa☐ Electrónica☐ Software☐ Accesorio☐ Otra☐ Neumática☐ Óptica☒ Eléctrica☐ Deterioro

PROBLEMA PRESENTADO:

Baterías dañadas

ACTIVIDADES

- ☒ Prueba Funcional Inicial.
- ☒ Revisión Aspecto Físico del Equipo.
- ☒ Revisión Condiciones Ambientales.
- ☒ Verificación Sistema Electrónico.
- ☐ Verificación Sistema Hidráulico.
- ☐ Verificación Sistema Neumático.
- ☐ Verificación Sistema Mecánico.
- ☒ Verificación Sistema Eléctrico.

- ☐ Verificación Sistema Óptico.
- ☐ Verificación Sistema Electromecánico.
- ☐ Verificación Sistema Vapor.
- ☐ Verificación Sistema Operativo.
- ☐ Limpieza Interna del Equipo.
- ☒ Limpieza Externa del Equipo.
- ☐ Lubricación de partes.
- ☒ Pruebas de Funcionamiento.

Rutina de Mantenimiento

Revisión general del equipo
 Revisión de baterías, panel de control,
 baterías, sensores de temperatura.

VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

35°C

Valor Medido

35,5°C

REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle

Referencia

Cantidad

Baterías

FL12260 (12V. 26A/H)

Dos (2)

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

Se realiza cambio de las dos baterías.



BIOMETRICAL

Seguridad y confianza por la vida

Ing. Luisa de la Cruz Meza

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

RA 201905-249

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035
 biometrical.pasto@gmail.com
 www.laboratoriobiometrical.com.co