

## REGISTRO DE SERVICIO

CR N° 21672

FECHA:

12 | 05 | 21

**BIOMETRICAL**  
Seguridad y confianza por la vida

SC-CER571237



CO-SC-CER571237

## REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO

Luisa De La Cruz

EMPRESA

COOEMSSANA IPS

SEDE

Hospital San Jose

## INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO

Equipo de terapia de alto flujo

MARCA

Fisher &amp; Paykel

MODELO

AIRVO 2

SERIE

20031115640

UBICACION

UCI

CÓDIGO

No registra

TIPO EQUIPO

Biomedico

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo  
☐ Instalación☒ Correctivo  
☐ Garantía☐ Diagnóstico  
☐ Alistamiento☐ Otro

## TIPO FALLA

☐ Ninguno  
☐ Operativa  
☐ Neumática☐ Mal uso  
☐ Electrónica  
☐ Óptica☒ Consumible  
☐ Software  
☐ Eléctrica☐ Mecánica  
☐ Accesorio  
☐ Deterioro☐ Hidráulica  
☐ Otra

PROBLEMA PRESENTADO:

Problema en la entrega de FiO<sub>2</sub>.

## ACTIVIDADES

☒ Prueba Funcional Inicial.  
☒ Revisión Aspecto Físico del Equipo.  
☒ Revisión Condiciones Ambientales.  
☐ Verificación Sistema Electrónico.  
☐ Verificación Sistema Hidráulico.  
☐ Verificación Sistema Neumático.  
☐ Verificación Sistema Mecánico.  
☐ Verificación Sistema Eléctrico.☐ Verificación Sistema Óptico.  
☐ Verificación Sistema Electromecánico.  
☐ Verificación Sistema Vapor.  
☐ Verificación Sistema Operativo.  
☐ Limpieza Interna del Equipo.  
☒ Limpieza Externa del Equipo.  
☐ Lubricación de partes.  
☒ Pruebas de Funcionamiento.

## Rutina de Mantenimiento

Se hace revisión general del equipo, encontrando filtros desgastados se hace cambio de filtros y se verifica funcionamiento

## VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

Valor Medido

## REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle	Referencia	Cantidad
Filtro de aire	Fisher & Paykel Airvo 2.	1
		1

## OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

INGENIERO O TÉCNICO RESPONSABLE

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ☎: 317 7508140 - 312 6300035  
biometrical.pasto@gmail.com  
www.laboratoriobiometrical.com.co