

## REGISTRO DE SERVICIO

CR N° 24284

FECHA:

11 | 01 | 2022



BIOMETRICAL

Seguridad y confianza por la vida



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

## REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO

Diego Fernando Melo A.

EMPRESA

Coemsiunar IPS

SEDE

Hospital San José de Túquerres

## INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO

Termómetro

MARCA

ALLA FRANCE

MODELO

FRIDGE FREEZE

SERIE

No registra

UBICACION

FARMACIA

CÓDIGO

0304922

TIPO EQUIPO

biomédico

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo  
☐ Instalación☒ Correctivo  
☐ Garantía☐ Diagnóstico  
☐ Alistamiento☐ Otro

## TIPO FALLA

☐ Ninguno  
☐ Operativa  
☐ Neumática☐ Mal uso  
☐ Electrónica  
☐ Óptica☐ Consumible  
☐ Software  
☐ Eléctrica☐ Mecánica  
☐ Accesorio  
☒ Deterioro☐ Hidráulica  
☐ Otra

PROBLEMA PRESENTADO:

NO enciende

## ACTIVIDADES

- ☒ Prueba Funcional Inicial.
- ☒ Revisión Aspecto Físico del Equipo.
- ☒ Revisión Condiciones Ambientales.
- ☒ Verificación Sistema Electrónico.
- ☐ Verificación Sistema Hidráulico.
- ☐ Verificación Sistema Neumático.
- ☐ Verificación Sistema Mecánico.
- ☐ Verificación Sistema Eléctrico.

- ☐ Verificación Sistema Óptico.
- ☐ Verificación Sistema Electromecánico.
- ☐ Verificación Sistema Vapor.
- ☐ Verificación Sistema Operativo.
- ☒ Limpieza Interna del Equipo.
- ☒ Limpieza Externa del Equipo.
- ☐ Lubricación de partes.
- ☒ Pruebas de Funcionamiento.

## Rutina de Mantenimiento

Se liman conectores  
Se ajusta pantalla  
Limpieza de tarjeta  
Pruebas de funcionamiento

## VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

Valor Medido

## REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle

Referencia

Cantidad

## OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035  
biometrical.pasto@gmail.com  
www.laboratoriobiometrical.com.co