



**BIOMETRICAL**  
Seguridad y Confianza por la Vida

REPORTE DE  
SERVICIOS

Nº 24782

FECHA

Cali 08 02 21

Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140  
www.laboratoriobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Edison Romero

EMPRESA: Coemsscar

SEDE: Tegucigalpa 40 Contribuyente

NOMBRE DEL EQUIPO: Tensiómetro

MARCA: Lord

MODELO: Adulto / Pediatra

SERIE: 1146041

UBICACION: Consulta media 1

CODIGO: 0407954

INFRAESTRUCTURA: ☐

EQUIPO INDUSTRIAL: ☐

EQUIPO DE COMPUTO: ☐

EQUIPO BIOMEDICO: ☒

OTRO: ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ☒

DIAGNOSTICO: ☐

VERIFICACIÓN: ☐

INSTALACIÓN: ☐

PROBLEMA PRESENTADO: La pera se pega

### ACTIVIDADES

	Bueno	Regular	Malo	N/A
Revisión Aspecto Físico del Equipo:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisión Condiciones Ambientales:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Interna del Equipo:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Externa del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pruebas de Funcionamiento:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lubricación Partes:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Revisión general del equipo  
Revisión de manómetro, pera, brazalete  
válvula.  
Verificación de fugas  
Cambio de pera  
Pruebas exitosas.

### VERIFICACIÓN METROLOGICA

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
80 mmHg	80 mmHg	80 mmHg	1	1	1

### REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
Pera	1	1

### OBSERVACIONES:

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCION SIN AUTORIZACION: V02

Edison Romero  
INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

FIRMA DEL MEDICO GENERAL  
RECIBE A SATISFACCION