



BIOMETRICAL

Seguridad y Confianza por la Vida

REPORTE DE SERVICIOS

Nº 26744

FECHA

Buenaventura 11 ME 20

Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140
www.laboratoriobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Leidy Marian Burbano

EMPRESA: Cooemssana IPS

SEDE: Buenaventura

NOMBRE DEL EQUIPO: Tensiómetro

MARCA: Sphygmomanomet

MODELO: NP SERIE: NR

UBICACIÓN: posconsulta CODIGO: NR

INFRAESTRUCTURA: ☐ EQUIPO INDUSTRIAL: ☐ EQUIPO DE COMPUTO: ☐

EQUIPO BIOMEDICO: ☒ OTRO: ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ☐

DIAGNOSTICO: ☐ VERIFICACIÓN: ☐ INSTALACIÓN: ☒

PROBLEMA PRESENTADO:

ACTIVIDADES

	Bueno	Regular	Malo	N/A
Revisión Aspecto Físico del Equipo:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisión Condiciones Ambientales:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
Limpieza Interna del Equipo:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
Limpieza Externa del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
Pruebas de Funcionamiento:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
Lubricación Partes:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>			

Revisión general del equipo
Cambio de Tensiómetro con
todas las partes
pruebas de funcionamiento. OK.
limpieza general

VERIFICACIÓN METROLOGICA

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
80mmHg	80mmHg	80mmHg	80mmHg		

REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
Tensiómetro completo		1

OBSERVACIONES:

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

se sustituye tensiómetro por tensiómetro clido de bayci
de la marca certified, con No Activo FIJO: 495868.

BIOMETRICAL
Seguridad y Confianza por la Vida
Ing. Leidy Burbano V.
R# 202009-00247

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL LABORATORIO BIOMETRICAL. AUTORIZACIÓN. V.02

Cooemssana IPS
Dra. Linda Fong
Odontóloga - Registro No. 19-296

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION