



**BIOMETRICAL**  
Seguridad y Confianza por la Vida

**REPORTE DE  
SERVICIOS**

Nº 26718

FECHA

Calidad

23 09 20

Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 814  
www.laboratoriobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Leidy Marian Burbano

EMPRESA: cooemssana

SEDE: Neuroprotección - e Pac.

NOMBRE DEL EQUIPO: Tensiómetro

MARCA: LOD

MODELO: Adulto - Negro

SERIE: 1158986

UBICACIÓN: Consultorio 7

CODIGO: 0407543

INFRAESTRUCTURA: ☐

EQUIPO INDUSTRIAL: ☐

EQUIPO DE COMPUTO: ☐

EQUIPO BIOMEDICO: ☒

OTRO: ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ☒

DIAGNOSTICO: ☐

VERIFICACIÓN: ☐

INSTALACIÓN: ☐

PROBLEMA PRESENTADO: pero dañada.

**ACTIVIDADES**

	Bueno	Regular	Malo	N/A
Revisión Aspecto Físico del Equipo:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisión Condiciones Ambientales:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>		
Limpieza Interna del Equipo:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>		
Limpieza Externa del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>		
Pruebas de Funcionamiento:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>		
Lubricación Partes:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>		

Revisión general del equipo  
Revisión de pero, válvula, brazalete  
y manómetro  
Verificación de fugas  
Limpieza y desinfección general  
Pruebas de funcionamiento

**VERIFICACIÓN METROLOGICA**

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
80mmHg	85mmHg	83mmHg	/	/	/

**REPUESTOS UTILIZADOS**

DETALLE	REFERENCIA	CANT
pero	/	1

**OBSERVACIONES:**

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

Observaciones area with signature and stamp

DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN. V.02

Leidy Marian Burbano

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION  
Escaneado con CamScanner