

	<b>GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO</b>		<b>CODIGO:</b> FO-M-MT-11	<b>VERSION:</b> 01
			<b>FECHA DE VIGENCIA:</b> 1/01/2020	
			<b>NOMBRE DEL EQUIPO:</b> Succionador	
<b>CLASIFICACION BIOMEDICA:</b> Tratamiento y Mantenimiento de la vida	<b>CONSECUTIVO:</b>	<b>CLASIFICACION DEL RIESGO:</b> No Aplica		
Imagen con Propósitos ilustrativos, no representa el estado actual del equipo		<b>DESCRIPCION DEL EQUIPO:</b>		
		Un succionador es un equipo médico diseñado para evacuar grandes volúmenes de gas, líquidos, tejidos y otros desechos de una herida quirúrgica por medio de succión durante los procedimientos quirúrgicos.		
<b>ITEM:</b>	<b>OPERACIÓN DEL EQUIPO:</b>			
1	Conectar accesorios, liner, mangueras y filtro			
2	Encender el equipo			
3	Verificar si la manguera tiene fugas o el filtro esta sucio o dañado			
4	Regular la presión con la perilla de succionamiento			
<b>ITEM:</b>	<b>RECOMENDACIONES DE USO:</b>			
1	Seguimiento e informes del estado del succionador			
2	No golpear el recolector de secreciones			
3	Verificar el filtro hidrofobico			
4	Verificar ausencia de fugas			
5	Conectar correctamente las mangueras al equipo y a la succión			
6	-----			

	<b>GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO</b>		<b>CODIGO:</b> FO-M-MT-11	<b>VERSION:</b> 01
			<b>FECHA DE VIGENCIA:</b> 1/01/2020	
			<b>NOMBRE DEL EQUIPO:</b> Succionador	
<b>CLASIFICACION BIOMEDICA:</b> Tratamiento y Mantenimiento de la vida	<b>CONSECUTIVO:</b>	<b>CLASIFICACION DEL RIESGO:</b> Bajo (I)		
<b>ASPECTOS DE SEGURIDAD:</b>				
1	Mantener en un lugar seco y sin humedad			
2	verificar funcionamiento después de cada uso			
3	Verifique el estado del equipo			
4	Lea detenidamente la guía rápida de uso del equipo antes de utilizarlo			
<b>SEGURIDAD DEL PACIENTE:</b>				
Al momento de usar el succionador junto con la manguera, evitar que este se desplace produciendo falta de presión de succión evitando que el paciente tenga angustias o malestar al momento de la succión, tener cuidado por ser un equipo que produce vacío.				
<b>LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO:</b>				
1	Apague el equipo desconecte de fuentes de alimentación o baterías			
2	Limpie las superficies externas con paño húmedo de alcohol			
3	Retire con la solución de limpieza con un paño limpio y seco			
<b>SOLUCION DE PROBLEMAS:</b>				
1	Comprobar fuentes de alimentación			
2	Cambiar el filtro si esta mojado o sucio			
3	Verifique las condiciones de configuración de presión			
4	En caso de falla comunicarse con el departamento de ingeniería			
5	-----			