



# BIOMETRICAL

Seguridad y Confianza por la Vida

## REPORTE DE SERVICIOS

Nº 26736

FECHA

Cali 02/12/20

Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140  
www.laboratoriobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Leidy March Burbano

EMPRESA: Cocemssana

SEDE: segundama 44

NOMBRE DEL EQUIPO: lampara de fotocurado

MARCA: sunlite

MODELO: 1275

SERIE:

UBICACIÓN: consultorio odontológico

CODIGO:

INFRAESTRUCTURA: ☐

EQUIPO INDUSTRIAL: ☐

EQUIPO DE COMPUTO: ☐

EQUIPO BIOMEDICO: ☒

OTRO: ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ☒

DIAGNOSTICO: ☐

VERIFICACIÓN: ☐

INSTALACIÓN: ☐

PROBLEMA PRESENTADO:

### ACTIVIDADES

	Bueno	Regular	Malo	N/A
Revisión Aspecto Físico del Equipo:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisión Condiciones Ambientales:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>		
Limpieza Interna del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>		
Limpieza Externa del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>		
Pruebas de Funcionamiento:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>		
Lubricación Partes:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>		

Revisión general del equipo  
cambio de Bombillo halógeno  
Pruebas de funcionamiento ok.  
limpieza general

### VERIFICACIÓN METROLOGICA

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
1	1	1	1	1	1

### REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
Bombillo halógeno 12v 75w	1	1

### OBSERVACIONES:

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN. V.02

Ing. Leidy Burbano V.  
RUT 202009-00217  
INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

Maritza Eraso R Odontóloga  
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION