

REGISTRO DE SERVICIO

CR N° 21708

FECHA:

21 03 21



BIOMETRICAL

Seguridad y confianza por la vida



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO

Luisa De la Cruz

EMPRESA

Cocemssanar IPS

SEDE

Hospital San José

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO

Maquina de anestesia

MARCA

Datex Ohmeda

MODELO

Aestiva 5

SERIE

AMVFO1417

UBICACION

Quirófano 1

CÓDIGO

No registra

TIPO EQUIPO

Biomedico

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo

☒ Correctivo

☐ Diagnóstico

☐ Otro

☐ Instalación

☐ Garantía

☐ Alistamiento

TIPO FALLA

☐ Ninguno

☐ Mal uso

☐ Consumible

☐ Mecánica

☐ Hidráulica

☐ Operativa

☐ Electrónica

☐ Software

☒ Accesorio

☐ Otra

☐ Neumática

☐ Óptica

☐ Eléctrica

☐ Deterioro

PROBLEMA PRESENTADO:

ACTIVIDADES

- ☒ Prueba Funcional Inicial.
- ☒ Revisión Aspecto Físico del Equipo.
- ☐ Revisión Condiciones Ambientales.
- ☐ Verificación Sistema Electrónico.
- ☐ Verificación Sistema Hidráulico.
- ☐ Verificación Sistema Neumático.
- ☐ Verificación Sistema Mecánico.
- ☐ Verificación Sistema Eléctrico.

- ☐ Verificación Sistema Óptico.
- ☐ Verificación Sistema Electromecánico.
- ☐ Verificación Sistema Vapor.
- ☐ Verificación Sistema Operativo.
- ☐ Limpieza Interna del Equipo.
- ☒ Limpieza Externa del Equipo.
- ☐ Lubricación de partes.
- ☒ Pruebas de Funcionamiento.

Rutina de Mantenimiento

- Se hace limpieza del sensor de SPO2.
- Se verifica correcto funcionamiento

VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

85 %

95 %

Valor Medido

85 %

95 %

REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle	Referencia	Cantidad

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

BIOMETRICAL
Seguridad y Confianza por la Vida
Ing. Luisa de la Cruz Meza

INGENIERO O TÉCNICO RESPONSABLE

María Alejandra Mora

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035
biometrical.pasto@gmail.com
www.laboratoriobiometrical.com.co



BIOMETRICAL