



ISO 9001

icontec

SC-CER571237



CO-SC-CER571237

**BIOMETRICAL**

Seguridad y Confianza por la Vida

REPORTE DE SERVICIOS

Nº 26735

FECHA

Cali

D2

M12

A20

Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140
www.laboratoriobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Leidy Marian Burbano

EMPRESA: (ocemssana)

SEDE: Regendama 40

NOMBRE DEL EQUIPO: lampara de fotografado

MARCA: Sunlite

MODELO: 125

SERIE: 126755

UBICACIÓN: consultorio odontológico 2

CODIGO: 0405994

INFRAESTRUCTURA: ☐EQUIPO INDUSTRIAL: ☐EQUIPO DE COMPUTO: ☐EQUIPO BIOMEDICO: ☒OTRO: ☐MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☐MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ☒DIAGNOSTICO: ☐VERIFICACIÓN: ☐INSTALACIÓN: ☐

PROBLEMA PRESENTADO:

ACTIVIDADES

	Bueno	Regular	Malo	N/A
Revisión Aspecto Físico del Equipo:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisión Condiciones Ambientales:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>		
Limpieza Interna del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>		
Limpieza Externa del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>		
Pruebas de Funcionamiento:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>		
Lubricación Partes:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>		

Revisión general.

Cambio de fusible 250V

Cambio de Bombillo 12V 75W

Pruebas de funcionamiento. ok.

Limpieza general

VERIFICACIÓN METROLOGICA

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
1	1	1	1	1	1

REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
fusible 250V	1	1
Bombillo halógeno 12V 75W	1	1

OBSERVACIONES:EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

No usar el equipo sin haberlo conectado al regulador de voltaje.



DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN. V.02

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION