



# BIOMETRICAL

Seguridad y Confianza por la Vida

## REPORTE DE SERVICIOS

Nº 26743

FECHA

Brendaentura DV 12 20

Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140  
www.laboratoriobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Leidy Marian Burbano

EMPRESA: Cooemssanar IPS

SEDE: Brendaentura

NOMBRE DEL EQUIPO: tensiometro

MARCA: Sphygmomaneter

MODELO: NP

SERIE: NP

CODIGO: NP

UBICACIÓN: posconsulta

INFRAESTRUCTURA: ☐

EQUIPO INDUSTRIAL: ☐

EQUIPO DE COMPUTO: ☐

EQUIPO BIOMEDICO: ☒

OTRO: ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ☐

DIAGNOSTICO: ☐

VERIFICACIÓN: ☐

INSTALACIÓN: ☒

PROBLEMA PRESENTADO:

### ACTIVIDADES

	Bueno	Regular	Malo	N/A
Revisión Aspecto Físico del Equipo:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisión Condiciones Ambientales:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
Limpieza Interna del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
Limpieza Externa del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
Pruebas de Funcionamiento:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
Lubricación Partes:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>			

Revisión general del equipo  
pruebas de funcionamiento ok.

### VERIFICACIÓN METROLOGICA

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
80mmHg	80mmHg	80mmHg	80mmHg	1	1

### REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
tensiometro completo		1

### OBSERVACIONES:

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

Se instala tensiometro como backup. en sustitucion. a  
tensiometro reportado de baja marca welch Allyn, N° serie:  
131106084423

**BIOMETRICAL**  
Seguridad y Confianza por la Vida  
Ing. Leidy Burbano V.  
RH 201008-00247

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

DOCUMENTO CONTROLADO. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN. V.02

**Cooemssanar**  
Dra. Linda Feny  
Odontólogo - Registro No. 14.224

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION