

REGISTRO DE SERVICIO

CR N° 21530

FECHA:

10 06 27



BIOMETRICAL

Seguridad y confianza por la vida



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO Luisa de la Cruz

EMPRESA CODEMSSANAR IPS

SEDE Tugueyres

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO Kit Fonendo / Tensiometro

MARCA GMD

MODELO GMD 50-RP-ST20

UBICACION Hospitalización AR2P00 SERIE No registra.

CÓDIGO 0417826

TIPO EQUIPO Biomedico

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo
☐ Instalación

☒ Correctivo
☐ Garantía

☐ Diagnóstico
☐ Alistamiento

☐ Otro

TIPO FALLA

☐ Ninguno
☐ Operativa
☐ Neumática

☐ Mal uso
☐ Electrónica
☐ Óptica

☐ Consumible
☐ Software
☐ Eléctrica

☐ Mecánica
☒ Accesorio
☐ Deterioro

☐ Hidráulica
☐ Otra

PROBLEMA PRESENTADO:

ACTIVIDADES

☒ Prueba Funcional Inicial.
☒ Revisión Aspecto Físico del Equipo.
☒ Revisión Condiciones Ambientales.
☐ Verificación Sistema Electrónico.
☐ Verificación Sistema Hidráulico.
☒ Verificación Sistema Neumático.
☐ Verificación Sistema Mecánico.
☐ Verificación Sistema Eléctrico.

☐ Verificación Sistema Óptico.
☐ Verificación Sistema Electromecánico.
☐ Verificación Sistema Vapor.
☐ Verificación Sistema Operativo.
☐ Limpieza Interna del Equipo.
☒ Limpieza Externa del Equipo.
☐ Lubricación de partes.
☒ Pruebas de Funcionamiento.

Rutina de Mantenimiento

se realiza cambio de brazalete por mal estado en el velcro, se verifico ausencia de fugas y el equipo función correctamente.

VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

Valor Medido

REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle

Referencia

Cantidad

Brazalete

Adulto 2 días

1

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

Luisa de la Cruz Meza

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

Ing. Luisa de la Cruz Meza
RH 201905 - 249

[Firma]

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035
biometrical.pasto@gmail.com
www.laboratoriobiometrical.com.co



BIOMETRICAL
Seguridad y confianza por la vida