

## REGISTRO DE SERVICIO

CR N° 21678

FECHA:

06 05 21



BIOMETRICAL

Seguridad y confianza por la vida



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

## REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO

Luisa De la Cruz

EMPRESA

Coemssanar IPS

SEDE

Hospital San Jose'

## INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO

Termometro inflador

MARCA

BERROM

MODELO

JXB-178

SERIE

M03200566291

UBICACION

Triage

CÓDIGO

0411734

TIPO EQUIPO

Biomedico

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo☒ Correctivo☐ Diagnóstico☐ Otro☐ Instalación☐ Garantía☐ Alistamiento

## TIPO FALLA

☐ Ninguno☐ Mal uso☒ Consumible☐ Mecánica☐ Hidráulica☐ Operativa☐ Electrónica☐ Software☐ Accesorio☐ Otra☐ Neumática☐ Óptica☐ Eléctrica☐ Deterioro

PROBLEMA PRESENTADO:

Baterias agotadas

## ACTIVIDADES

- ☒ Prueba Funcional Inicial.  
☒ Revisión Aspecto Físico del Equipo.  
☒ Revisión Condiciones Ambientales.  
☐ Verificación Sistema Electrónico.  
☐ Verificación Sistema Hidráulico.  
☐ Verificación Sistema Neumático.  
☐ Verificación Sistema Mecánico.  
☐ Verificación Sistema Eléctrico.

- ☐ Verificación Sistema Óptico.  
☐ Verificación Sistema Electromecánico.  
☐ Verificación Sistema Vapor.  
☐ Verificación Sistema Operativo.  
☐ Limpieza Interna del Equipo.  
☒ Limpieza Externa del Equipo.  
☐ Lubricación de partes.  
☒ Pruebas de Funcionamiento.

## Rutina de Mantenimiento

Se hace cambio de baterias  
 Se verifica buen funcionamiento

## VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

Valor Medido

## REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle

Referencia

Cantidad

Baterias

AA

1 Par

## OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE:

SI ☒NO ☐

BIOMETRICAL  
 Seguridad y Confianza por la vida  
 Ing. Luisa de la Cruz  
 317 7508140 - 312 6300035  
 biometrical.pasto@gmail.com  
 www.laboratoriobiometrical.com.co

INGENIERO O TÉCNICO RESPONSABLE

Isabel Ceballos

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035  
 biometrical.pasto@gmail.com  
 www.laboratoriobiometrical.com.co



BIOMETRICAL