

## REGISTRO DE SERVICIO

CR N° 24363

FECHA:

25 / 01 / 2022

**BIOMETRICAL**

Seguridad y confianza por la vida



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

## REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO

Diego Fernando Udo Arévalo

EMPRESA

Coemisanal IPS

SEDE

Hospital San José de Túquerres

## INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO

Doppler fetal

MARCA

EDAN

MODELO

sonotrax II Pro

SERIE

UBICACION

Hospitalización 2º piso

CÓDIGO

TIPO EQUIPO

Biomédico

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo☒ Correctivo☐ Diagnóstico☐ Otro☐ Instalación☐ Garantía☐ Alistamiento

## TIPO FALLA

☐ Ninguno☐ Mal uso☐ Consumible☐ Mecánica☐ Hidráulica☐ Operativa☒ Electrónica☐ Software☐ Accesorio☐ Otra☐ Neumática☐ Óptica☐ Eléctrica☐ Deterioro

PROBLEMA PRESENTADO:

Falla de carga

## ACTIVIDADES

- ☒ Prueba Funcional Inicial.
- ☒ Revisión Aspecto Físico del Equipo.
- ☒ Revisión Condiciones Ambientales.
- ☒ Verificación Sistema Electrónico.
- ☐ Verificación Sistema Hidráulico.
- ☐ Verificación Sistema Neumático.
- ☐ Verificación Sistema Mecánico.
- ☒ Verificación Sistema Eléctrico.

- ☐ Verificación Sistema Óptico.
- ☐ Verificación Sistema Electromecánico.
- ☐ Verificación Sistema Vapor.
- ☐ Verificación Sistema Operativo.
- ☐ Limpieza Interna del Equipo.
- ☒ Limpieza Externa del Equipo.
- ☐ Lubricación de partes.
- ☒ Pruebas de Funcionamiento.

## Rutina de Mantenimiento

Revisión de cargador y Puerto  
Medición de voltajes de batería y  
cargador  
Limpieza a la batería y puerto de carga

## VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

Valor Medido

## REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle

Referencia

Cantidad

## OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

INGENIERO O TÉCNICO RESPONSABLE

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ☎: 317 7508140 - 312 6300035  
biometrical.pasto@gmail.com  
www.laboratoriobiometrical.com.co